

Váš dopis značky/ze dne

Naše značka

Vyřizuje/linka
Macková/5120

Frýdek-Místek
14.11.2018

Věc: Dodatečné informace č. 2 k zadávacím podmínkám

**„Dodávka jednorázového rouškování“
P/036/SKL/18**

Vážení uchazeči,

Dne 13.11.2018 jsme obdrželi písemnou dodatečnou informaci k zadávacím podmínkám, tímto Vám sdělujeme stanovisko zadavatele:

Dotaz č.1:

Set U-kyčel

2x rouška 2-vrstvá na stolek 140x190cm, zesílená

Je tím myšleno:

1x rouška na instrumentační stolek 140x190cm balící

1x uložena v setu

Dotaz č.2:

Set na nohu 1

V setu není určena balící rouška na stolek 2vr.140x190 cm

Dotaz č.3:

Set na nohu 2

2x rouška 2-vrstvá na stolek 140x190cm, zesílená

Je tím myšleno:

1x rouška na instrumentační stolek 140x190cm balící

1x uložena v setu

Odpověď č.1:

Set U-kyčel, ano 1x rouška obalová a 1x rouška zabalena v setu


Odpověď č.2:

Zadavatel upřesňuje obalovou roušku zesílenou, a to 150x190cm u setu noha 1

Odpověď č.3:

Set noha 2, ano 1x rouška obalová a 1x rouška zabalena v setu

S pozdravem



Martina Macková
Nemocnice ve Frýdku – Místku, p.o.