

Váš dopis značky/ze dne

Naše značka

Vyřizuje/linka  
Macková/5120

Frýdek-Místek  
30.11.2018

Věc: Dodatečné informace č. 2 k zadávacím podmínkám

„Dodávka obalového materiálu pro centrální sterilizaci“  
P/041/SKL/18


Vážení uchazeči,

Dne 30.11.2018 jsme obdrželi telefonický dotaz k upřesnění k zadávacím podmínkám k částí č. 14, tímto Vám sdělujeme stanovisko zadavatele:

Odpověď č.1:

Zadavatel upřesňuje velikost kontejnerového filtru kulatého do víka, a to průměr 190mm s otvorem uprostřed a jazýčkem, na kterém je indikátor

S pozdravem



Martina Macková  
Nemocnice ve Frýdku – Místku, p.o.