

Veřejná zakázka

„Nemocnice s poliklinikou Havířov, p.o. – Dodávka RTG digitálního skiagrafického přístroje“

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Název veřejné zakázky:	„Nemocnice s poliklinikou Havířov, p.o. – Dodávka RTG digitálního skiagrafického přístroje“
Název zadavatele: Sídlo zadavatele: IČO zadavatele: URL adresa: Oprávněná osoba zadavatele:	Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace Dělnická 1132/24, 736 01 Havířov IČ 00844896 www.nsphav.cz Ing. et Ing., Bc. Jiří Matěj, MBAce, ředitel
Kontaktní osoba zadavatele: Telefon: E-mail: Profil zadavatele:	JUDr. Rita Kubicová, advokátka +420 608 831 124 vzakazky@advokatkakubicova.eu https://msk.ezak.cz/profile_display_4.html

Vážení dodavatelé,

zadavatel tímto v souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) poskytuje na základě níže uvedeného dotazu dodavatele následující vysvětlení zadávací dokumentace.

Dotaz č. 1 k zadávací dokumentaci:

Zadavatel v technických specifikacích detektorů požaduje

- Odolnost přenosných FLAT panelů vůči tekutinám podle standardu vodotěsnosti – minimální požadovaná hodnota je IPX3,

přičemž se jedná o hodnocenou položku, kdy při hodnotě $\geq$ IPX5 uchazeč obdrží 3 body a při hodnotě $\geq$ IPX7 obdrží uchazeč 5 bodů v rámci dílčího hodnotícího kritéria Technická a kvalitativní úroveň přístroje.

Dle standardů vodotěsnosti odpovídá Zadavatelem požadovaná hodnota IPX3 ochraně proti vodní tříšti v množství 10 litrů za minutu.

Požadavek na takto vysoký stupeň ochrany nepovažujeme pro klinickou praxi za opodstatněný. Dle našich zkušeností se digitální detektor může do kontaktu s kapalinou dostat pouze při jeho desinfikování nebo při potřísnění krví či jinými tělními tekutinami. Pro tyto případy je však plně dostačující ochrana IPX1.

Bude Zadavatel akceptovat nabídku RTG digitálního skiagrafického přístroje od světového výrobce s přenosnými FLAT panely o odolnosti vůči tekutinám IPX1 s ohledem na to, že uchazeči nabízející FLAT panely s vyšší odolností vůči tekutinám budou bodově zvýhodněni v rámci dílčího hodnotícího kritéria č. 2?

Odpověď:

Řada světových výrobců a dodavatelů FLAT panelů nabízí třídu ochrany odolnosti proti působení vody (tekutiny) vyšší než IPX3. Zadavatel stanovil třídu odolnosti proti působení tekutiny IPX3 jako minimální, jelikož třída zohledňuje ne jen objem tekutiny vůči které je FLAT panel odolný, nýbrž i úhel, ze kterého může tekutina na FLAT panel dopadat. Vyšší třídy ochrany odolnosti proti působení tekutiny (vodotěsnosti) umožňují působení tekutiny ze všech úhlů, případně s jejím větším objemem. Třída IPX1 umožňuje pouze odolnost vůči tekutinám v normální provozní poloze a při kontaktu s tekutinou pod jiným než padajícím úhlem může dojít k jeho poškození. V praxi to znamená, že při snímkování např. traumatu, kde FLAT panel je umístěn v různých polohách a úhlech, může být zasažen tekutinou a následně úplně poškozen. Pacienti mohou být často pomoceni či silně krvácí apod., což znamená, že tekutina může prosáknout z různých úhlů na FLAT panel. Z těchto důvodů zadavatel hodnotí „Odolnost přenosných FLAT panelů vůči tekutinám podle standardu vodotěsnosti“, kde účastník s lepší hodnotou obdrží patřičný počet bodů. **Zadavatel trvá na minimálním požadavku třídy ochrany proti odolnosti působení vody, tekutiny (vodotěsnosti) IPX3 a nebude akceptovat FLAT panel s třídou ochrany odolnosti proti působení vody, tekutiny (vodotěsnosti) IPX1.**

Zadávací dokumentace zůstává beze změn.

V Havířově, 5.12.2018

Nemocnice s poliklinikou Havířov,
příspěvková organizace
Ing. et Ing., Bc. Jiří Matěj, MBAce, ředitel
i.s. JUDr. Rita Kubicová, advokátka

