



Třinec, 5. 12. 2018

Vysvětlení, doplnění, změna zadávací dokumentace č. 1

Název VZ: Dodávka periferních žilních kanyl

Číslo VZ: TRI/Hor/2018/04/SKL (P18V00000401)

Druh VZ: veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky

Zadavatel obdržel žádost o **vysvětlení zadávacích podmínek** následujícího znění:

Dotaz:

Dobrý den, dovoluji mi dotaz k 2. části veřejné zakázky. Připouští zadavatel přítomnost portu na bezpečnostních iv. kanylách s křídélky?

Odpověď:

Zadavatel připouští, aby v rámci veřejné zakázky, 2. část - bezpečnostní kanyly s křídélky, byly nabídnuty kanyly vybavené portem, pokud tyto budou splňovat všechny další technické parametry stanovené v zadávacích podmínkách pro 2. část veřejné zakázky.

Současně upozorňujeme, že na hodnocení dílčího kritéria č. 2 – „funkčnost“ nebude mít přítomnost portu vliv (k funkčním vlastnostem portu nebude zadavatel přihlížet).

S pozdravem

Ing. Radovan Horák v. r.

vedoucí logistiky

Nemocnice Třinec, příspěvková organizace