

Zadavatel: **Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o.**
Sídlem: El.Krásnohorské 321, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek
Zastoupena: Ing. Tomášem Stejskalem, MBA - ředitelem
IČ: 00534188

Vysvětlení, změna či doplnění zadávací dokumentace č. 4

dle ustanovení § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění
(dále jen „ZZVZ“)

k veřejné zakázce na dodávky zadávané v otevřeném řízení v nadlimitním režimu, v souladu se ZZVZ
„**Dodávky diagnostických testů včetně výpůjčky biochemického a imunochemického analytického systému**“

Pořadové číslo zakázky: P/040/INV/18

Číslo spisu na profilu zadavatele: P1800000373

Evidenční číslo ve VVZ: Z2018-036265

I.

Vysvětlení zadávací dokumentace na žádost dodavatele

Zadavatel obdržel dne 5. 12. 2018 žádost o dodatečné informace k zadávacím podmínkám výše uvedené veřejné zakázky a v souladu s ustanovením § 98 odst. 3 ZZVZ sděluje následující:

Dotaz č. 1

V Zadávací dokumentaci v Příloze č. 1b - Požadované technické parametry je mimo jiné uveden požadavek k přístroji B (imunochemický analyzátor):

- Malý mrtvý objem (do 50 µl) - zpracování pediatrických vzorků

Námi nabízený imunochemický analyzátor má mrtvý objem 100 µl.

Dotaz zní: Bude zadavatel akceptovat mrtvý objem 100 µl?

Odpověď na dotaz č. 1

Ne, nebude akceptovat. S ohledem na množství krve odebrané pediatrickým pacientům trváme na hodnotě do 50 µl.

Dotaz č. 2

V Zadávací dokumentaci v Příloze č. 1b - Požadované technické parametry je mimo jiné uveden požadavek k přístroji B (imunochemický analyzátor):

- Stanovení vysoce senzitivního troponinu (hs TnI/T, 1h a 3h protokol)

Námi nabízený imunochemický analyzátor umožňuje stanovení hladiny troponinu ve standardním rozsahu přesnosti. Vysoce senzitivní troponin můžeme měřit na jiném imunochemickém analyzátoru, který by byl součástí předmětu plnění.

Dotaz zní: Bude zadavatel akceptovat námi navrhované řešení měření vysoce senzitivního troponinu?

Odpověď na dotaz č.2

Ne, nebude akceptovat. Zdavatel trvá na stanovení vysoce senzitivního troponinu a na jeho měření na požadované přístrojové platformě. Nebude akceptovat měření na jiném imunoanalyzátoru. Měření mimo by vedlo k prodloužení času do vydání výsledku u tohoto statimového vyšetření a také k vyššímu podílu manuální práce při případné nutnosti vytvářet alikvot a v neposlední řadě ke zvýšení nákladů, pokud by bylo nutno při alikvotaci použít sekundární zkumavku nebo cup.

II.

S ohledem na skutečnost, že toto vysvětlení zadávací dokumentace nemůže rozšířit okruh možných účastníků zadávacího řízení ve smyslu ust. § 99 odst. ZZVZ, zadavatel nemění stanovenou lhůtu pro podání nabídek.

Ve Frýdku-Místku, dne 7. 12. 2018



Ing. Tomáš Stejskal, MBA
ředitel Nemocnice ve Frýdku - Místku, p. o.