



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE O VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

podle ust. § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

Identifikační údaje zadavatele:

Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace
se sídlem Vydmuchoh 399/5, Ráj, 734 01 Karviná
IČ: 00844853, DIČ: CZ00844853
zastoupená Ing. et Ing., Bc. Jiřím Matějem, MBAce, ředitelem

Identifikační údaje kontaktní osoby zadavatele:

JUDr. Rita Kubicová, advokátka
se sídlem Veveřavínova 1022/4, 702 00, Ostrava – Moravská Ostrava
IČ: 71332529

Název veřejné zakázky a její numerická identifikace:

„Modernizace vybavení pro obory návazné péče v NsP Karviná-Ráj, p.o. – Elektromedicína II“

Identifikátor veřejné zakázky: P18V00000012

Předmět veřejné zakázky:

Předmětem veřejné zakázky je dodávka a instalace nových (rok výroby 2017), nepoužitých přístrojů:

- Kardiostimulátor dočasný	(2 ks)	
- Lampa fototerapeutická - LED		(2 ks)
- Laser diodový		(1 ks)
- Monitor hemodynamický	(1 ks)	
- Přístroj dermatom – elektrický		(1 ks)
- Přístroj FeNO - vyšetřování oxidu dusnatého ve vydechovaném vzduchu		(1 ks)
- Přístroj na měření srdečního výdeje		(1 ks)
- Turniket pneumatický		(1 ks)
- Váha kojenecká - kalibrovatelná s filtrem	(4 ks)	
- Vrtačka kostní - bateriová	(1 ks)	
- Zevní fixátor		(1 ks)

pro potřeby pracovišť zadavatele, dle technické specifikace.

Předpokládaná hodnota: 2.990.000,- Kč (bez DPH)

Zdroj financování:

Tato VZ má být spolufinancována Evropskou unií z Centra pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální operační program.

Číslo výzvy: 31 – Zvýšení kvality návazné péče. Prioritní osa: 06.2. Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů.

Registrační číslo projektu: (CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001515).

Druh veřejné zakázky:

Nadlimitní veřejná zakázka

Druh zadávacího řízení a doba jeho zahájení:

Otevřené řízení, které bylo zahájeno dne 20.7.2018 odesláním formuláře F02 - Oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění.

Název – předmět, dílčí předpokládaná hodnota a dodávaný počet kusů:

Poř. číslo části VZ	Název zboží	Dílčí předpokládaná hodnota v Kč bez DPH	Počet jednotek
I.	Zevní fixátor	66.000,- Kč	1 Ks
II.	Kardiostimulátor dočasný	66.000,- Kč	2 Ks
III.	Lampa fototerapeutická - LED	132.000,- Kč	2 Ks
IV.	Monitor hemodynamický	661.000,- Kč	1 Ks
V.	Přístroj FeNO – vyšetřování oxidu dusnatého ve vydechovaném vzduchu	41.000,- Kč	1 Ks
VI.	Váha kojenecká – kalibrovatelná s filtrem	99.000,- Kč	4 Ks
VII.	Přístroj na měření srdečního výdeje	661.000,- Kč	1 Ks
VIII.	Vrtačka kostní – bateriová	165.000,- Kč	1 Ks
IX.	Turniket pneumatický	66.000,- Kč	1 Ks
X.	Laser diodový	826.000,- Kč	1 Ks
XI.	Přístroj dermatom - elektrický	207.000,- Kč	1 Ks

Cena sjednaná ve smlouvě na veřejnou zakázku pro části II,III,IV,VIII,X,XI

Část II: 66.000,- Kč (bez DPH), 79.860,-Kč (vč. DPH)

Část III: 118.220,- Kč (bez DPH), 143.046,20 Kč (vč. DPH)

Část IV: 446.300,- Kč (bez DPH), 540.023,- Kč (vč. DPH)

Část VIII: 312.900,- Kč (bez DPH), 378.609,- Kč (vč. DPH)

Část X: 682.645,- Kč (bez DPH), 826.000,- Kč (vč. DPH)

Část XI: 134.390,- Kč (bez DPH), 162.611,90 Kč (vč. DPH)

Označení účastníků zadávacího řízení (identifikační údaje všech účastníků):**Označení účastníků zadávacího řízení pro část I:**

Nebylo účastníků zadávacího řízení.

Označení účastníků zadávacího řízení pro část II:

2.

PROMOS spol. s r.o. projekce, montáže, servis
se sídlem Valašské Meziříčí, Nová 177, PSČ 75701
IČ: 42866103

Označení účastníků zadávacího řízení pro část III:

1.

TSE spol. s r.o.,

se sídlem Mánesova 390/74, České Budějovice 6, 370 01 České Budějovice , Doručovací číslo: PSČ 371 52
IČ: 15771946

Označení účastníků zadávacího řízení pro část IV:

3.

Medsol s.r.o.

se sídlem Praha 6 - Vokovice, Lužná 591/4, PSČ 16000
IČ: 24201596

5.

Ing. Aleš Závorka

se sídlem náměstí Interbrigády 640/8, 16000 Praha 6 - Bubeneč
IČ: 41147341

6.

Společná nabídka

Edwards Lifesciences Czech Republic s.r.o. se sídlem Karolinská 661/4, Karlín, 186 00 Praha 8 IČ: 02004534	EDWARDS LIFESCIENCES POLAND SPOLKA Z ORGANIZCONA ODPOWIEDZIALNOSCIA se sídlem ul. AL.JEROZOLIMSKIE č. 94, Varšava, 00- 807 Polská republika Reg. číslo 142217399
---	--

Označení účastníků zadávacího řízení pro část V:

Nebylo účastníků zadávacího řízení.

Označení účastníků zadávacího řízení pro část VI:

Nebylo účastníků zadávacího řízení.

Označení účastníků zadávacího řízení pro část VII:

3.

Medsol s.r.o.

se sídlem Praha 6 - Vokovice, Lužná 591/4, PSČ 16000
IČ: 24201596

Označení účastníků zadávacího řízení pro část VIII:

8.

Zimmer Czech, s.r.o.

se sídlem Praha 4, Na Vítězné pláni 1719/4, PSČ 14000
IČ: 25107976

Označení účastníků zadávacího řízení pro část IX:

Nebylo účastníků zadávacího řízení.

Označení účastníků zadávacího řízení pro část X:

4.

ZDRAVÍ spol. s r.o.

se sídlem Praha 4, Pod lysinami 477/8, PSČ 14700
IČ: 49689185

Označení účastníků zadávacího řízení pro část XI:

7.

B. Braun Medical s.r.o.

se sídlem Praha 4, V Parku 2335/20, PSČ 14800

IČ: 48586285

8.

Zimmer Czech, s.r.o.

se sídlem Praha 4, Na Vítězné pláni 1719/4, PSČ 14000

IČ: 25107976

Označení vyloučených účastníků zadávacího řízení s uvedením důvodu jejich vyloučení:

Část IV:

3.

Medsol s.r.o.

se sídlem Praha 6 - Vokovice, Lužná 591/4, PSČ 16000

IČ: 24201596

Důvody vyloučení: nesplnění zadávacích podmínek podle ust. § 48 odst. 2 písm. a) ZZVZ.

- 1) Zadavatel v rámci požadovaných technických parametrů stanovil podmínku **aktualizace parametrů ScvO2 min. po 20 sek. .** Účastníkem nabízený přístroj tento parametr nesplňuje (účastník nabízí SpO2, což zadavatel neakceptuje).
- 2) Zadavatel v rámci požadovaných technických parametrů stanovil podmínku **požadované měřené nebo kalkulované parametry EVLW, GEDI,GEF a další uvedené v příloze č. 1 zadávací dokumentace.** U účastníkem nabízeného přístroje tyto parametry nejsou k dispozici.

5.

Ing. Aleš Závorka

se sídlem náměstí Interbrigády 640/8, 16000 Praha 6 - Bubeneč

IČ: 41147341

Důvody vyloučení: nesplnění zadávacích podmínek podle ust. § 48 odst. 2 písm. a) ZZVZ.

- 1) Zadavatel v rámci požadovaných technických parametrů stanovil požadavek **dotyková obrazovka s barevným displejem min. 10“.** Účastníkem nabízený přístroj tento parametr nesplňuje (účastník nabízí řešení přidáním počítače o vel. 19,5“, což zadavatel neakceptuje).
- 2) Zadavatel v rámci požadovaných technických parametrů stanovil požadavek **možnost rozšíření měření monitorace o neinvazivní měření pomocí prstové manžety.** Účastníkem nabízený přístroj tento parametr nesplňuje.

Část VII:

3.

Medsol s.r.o.

se sídlem Praha 6 - Vokovice, Lužná 591/4, PSČ 16000

IČ: 24201596

Důvody vyloučení: nesplnění zadávacích podmínek podle ust. § 48 odst. 2 písm. a) ZZVZ.

- 1) Zadavatel v rámci požadovaných technických parametrů stanovil podmínku **měření hemodynamických parametrů pomocí snímače transpulmonární termodiluce fyziologickým roztokem.** Účastníkem nabízený přístroj tento parametr nesplňuje (Technologie nabízená účastníkem je Technologie Cheetah Medical bioReactance a měří hemodynamické parametry na základě bioimpedance- je neinvazivní a proto nelze pacienta kalibrovat a získat přesná data, což zadavatel neakceptuje).
- 2) Zadavatel v rámci požadovaných technických parametrů stanovil podmínku **Možnost kontinuálního měření základních hemodynamických parametrů pomocí snímače z arteriální linky v režimu automatické kontinuální samokalibrace.** Účastníkem nabízený přístroj tento parametr nesplňuje (jedná se o principo bioimpedance s nalepenými elektrodami na těle pacienta, nevyužívá arteriální linku ani samokalibraci, což zadavatel neakceptuje).
- 3) Mezi požadovanými měřeními parametry účastník **nenabízí** tyto parametry - SVR,SVRI,SVV,EVLWPVPI,GEDIITBV,ScvO2.

- 4) Zadavatel v rámci požadovaných technických parametrů stanovil podmínku **Uzavřený venozní systém pro vstřikování termodilučního bolusu**. Účastníkem nabízený přístroj tento parametr nesplňuje.
- 5) Zadavatel v rámci požadovaných technických parametrů stanovil podmínku **Celková hmotnost monitoru max 3kg**. Účastníkem nabízený přístroj tento parametr nesplňuje.

Označení dodavatelů, s nimiž byla uzavřena smlouva (identifikační údaje vybraného dodavatele):

část I:

Zadavatel v souladu s ust. § 127 odst. 1 ZZVZ zrušil část I. zadávacího řízení.

Označení dodavatele pro část II:

PROMOS spol. s r.o. projekce, montáže, servis
se sídlem Valašské Meziříčí, Nová 177, PSČ 75701
IČ: 42866103

Dodavatel byl vybrán v souladu s ust. § 122 odst. 2 ZZVZ, když jim podaná nabídka vyhověla posouzení provedeného zadavatelem.

Smlouva uzavřena dne 11.12.2018.

Označení dodavatele pro část III:

TSE spol. s r.o.,
se sídlem Mánesova 390/74, České Budějovice 6, 370 01 České Budějovice, Doručovací číslo: PSČ 371 52
IČ: 15771946

Dodavatel byl vybrán v souladu s ust. § 122 odst. 2 ZZVZ, když jim podaná nabídka vyhověla posouzení provedeného zadavatelem.

Smlouva uzavřena dne 11.12.2018.

Označení dodavatele pro část IV:

Edwards Lifesciences Czech Republic s.r.o. se sídlem Karolinská 661/4, Karlín, 186 00 Praha 8 IČ: 02004534	EDWARDS LIFESCIENCES POLAND SPOLKA Z ORGANIZCONA ODPOWIEDZIALNOSCIA se sídlem ul. AL.JEROZOLIMSKIE č. 94, Varšava, 00-807 Polská republika Reg. číslo 142217399
---	--

Dodavatel byl vybrán v souladu s ust. § 122 odst. 2 ZZVZ, když jim podaná nabídka vyhověla posouzení provedeného zadavatelem.

Smlouva uzavřena dne 5.12.2018.

část V:

Zadavatel v souladu s ust. § 127 odst. 1 ZZVZ zrušil část I. zadávacího řízení.

část VI:

Zadavatel v souladu s ust. § 127 odst. 1 ZZVZ zrušil část I. zadávacího řízení.

část VII:

Zadavatel v souladu s ust. § 127 odst. 1 ZZVZ zrušil část I. zadávacího řízení.

Označení dodavatele pro část VIII:

Zimmer Czech, s.r.o.

se sídlem Praha 4, Na Vítězné pláni 1719/4, PSČ 14000
IČ: 25107976

*Dodavatel byl vybrán v souladu s ust. § 122 odst. 2 ZZVZ, když jim podaná nabídka vyhověla posouzení provedeného zadavatelem.
Smlouva uzavřena dne 11.12.2018.*

část IX:

Zadavatel v souladu s ust. § 127 odst. 1 ZZVZ zrušil část I. zadávacího řízení.

Označení dodavatele pro část X:

ZDRAVÍ spol. s r.o.

se sídlem Praha 4, Pod lysinami 477/8, PSČ 14700
IČ: 49689185

*Dodavatel byl vybrán v souladu s ust. § 122 odst. 2 ZZVZ, když jim podaná nabídka vyhověla posouzení provedeného zadavatelem.
Smlouva uzavřena dne 11.12.2018.*

Označení dodavatele pro část XI:

Zimmer Czech, s.r.o.

se sídlem Praha 4, Na Vítězné pláni 1719/4, PSČ 14000
IČ: 25107976

*Dodavatel byl vybrán v souladu s ust. § 122 odst. 1 ZZVZ, když jim podaná nabídka vyhověla posouzení a byla zadavatelem v souladu se zadávacími podmínkami vyhodnocena za ekonomicky nejvýhodnější.
Smlouva uzavřena dne 11.12.2018*

Označení poddodavatelů dodavatelů pokud jsou zadavateli známi:

V rámci této veřejné zakázky není takového poddodavatele.

Odůvodnění postupu dle ust. § 217 odst. 2 písm. g) až i) ZZVZ: Zadavatel nepoužil v rámci této veřejné zakázky takového postupy.

Soupis osob a přijatých opatření dle ust. § 217 odst. 2 písm. l) ZZVZ:

Není takovýchto osob ani opatření, neboť nebyl zjištěn střet zájmů žádné osoby podílející se na veřejné zakázce či zadávacím řízení.

Odůvodnění stanovení požadavku dle ust. § 217 odst. 2 písm. n) ZZVZ:

Zadavatel nepožadoval prokázání obratu.

V ostatním zadavatel odkazuje na údaje obsažené v Oznámení o výsledku zadávacího řízení.

V Karviné dne 8.1.2019

Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj,
příspěvková organizace
zastoupená Ing. et Ing., Bc. Jiřím Matějem, MBAce, ředitelem
i.s. JUDr. Rita Kubicová, advokátka