

# Vysvětlení/změna zadávací dokumentace č. 1

## VZ Nákup porodní vany pro porodnické oddělení NsP Havířov, p.o.

### 1) Dotazy:

V příloze č. 2 zadávací dokumentace nazvané „Technická specifikace“ jsou požadovány mimo jiné tyto specifikace:

Manuální napouštění – nerezové ventily  
Air-pool systém  
Trysky pro podvodní masáž  
Nerezové čerpadlo  
Ochrana čerpadla proti chodu na sucho  
Dezinfekce vody  
Dveře

**Dotaz č. 1:** Je pro zadavatele akceptovatelné z technické specifikace pro porodní vanu vypustit požadavky na air-pool systém, trysky pro podvodní masáž, nerezové čerpadlo, ochranu čerpadla proti chodu na sucho, dezinfekci vody a dveře, které jsou nežádoucí výbavou pro porodní vanu?

**Dotaz č. 2:** Je pro zadavatele akceptovatelné napouštění vody pomocí elektronického barevného dotykového kontrolního displeje?

**Dotaz č. 3:** Mohl by prosím zadavatel upřesnit, zda pojmem air-pool systém má na mysli vzduchové trysky tzv. perličku?

### Odpovědi:

**Odpověď č. 1:** Zadavatel sděluje, že trvá na požadavcích: nerezové čerpadlo, ochrana čerpadla proti chodu na sucho, dezinfekce vody a dveře. V ostatním, tj.: air-pool systém a trysky pro podvodní masáž zadavatel upouští.

**Odpověď č. 2:** Zadavatel netrvá na dotykovém barevném displeji, požaduje manuální napouštění.

**Odpověď č. 3:** Zadavatel od požadavku na air-pool systém upustil.

**2)** Zadavatel tímto oznamuje, že upravuje technickou specifikaci, čímž **dochází k aktualizaci Technické specifikace** (Příloha č. 2 Oznámení o zahájení zadávacího řízení) a **Obchodních podmínek** (Příloha č. 4 Oznámení zahájení o zadávacího řízení).

**3)** Vzhledem k výše uvedenému zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, a to tak, že tato je nově stanovena na **6.2.2019 do 07:00 hod.**

V Havířově 25.01.2019

vyřizuje: Bc. Alexandra Stušová