

Oznámení o zahájení zadávacího řízení

(dále jen „Oznámení“)

Veřejná zakázka malého rozsahu

realizovaná v souladu s ŘD 02-16-03-S-PTN „Veřejné zakázky“, která upravuje zásady a postupy při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „Zákon“).

„Pořízení zdravotnických přístrojů – přístroj pro zobrazení předního i zadního segmentu oka“

I.	Zadavatel:	příspěvková organizace
	Název:	Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace
	Sídlo:	Vydmuchov 399/5, Ráj, 734 01 Karviná
	IČ zadavatele:	008 44 853
	Oprávněná osoba za zadavatele:	Ing. et Ing., Bc. Jiří Matěj, MBAce ředitel
	Kontaktní osoba zadavatele:	Bc. Alexandra Stušová specialista pro veřejné zakázky a dotace
	Telefon:	596 383 274
	E-mail:	stusova@nspka.cz
II.	Druh veřejné zakázky:	dodávky
	Číselné označení zakázky:	P19V00000027
	Předmět veřejné zakázky:	Dodání, instalace, zaškolení a předvedení 1 ks přístroje pro zobrazení předního i zadního segmentu oka, dle požadovaných parametrů.
	Zadávací dokumentace:	Příloha č. 1 <u>Související přílohy:</u> Čestné prohlášení – Příloha č. 2 Obchodní podmínky – Příloha č. 3 Krycí list nabídky – Příloha č. 4 Seznam významných dodávek – Příloha č. 5
III.	Lhůta pro podání nabídek:	14.02.2019, 08:00 hod.
	Místo pro podání nabídek:	https://msk.ezak.cz/vz00004463
IV.	Údaje o hodnotících kritériích:	Nejnižší nabídková cena ... váha 100% Hodnocena bude vždy cena vč. DPH

Veškeré další relevantní informace a požadavky zadavatele jsou součástí dokumentů zveřejněných na profilu zadavatele, dle bodu III.

Zadávací dokumentace

„Pořízení zdravotnických přístrojů – přístroj pro zobrazení předního i zadního segmentu oka“

1. Zadavatel

Nemocnice s poliklinikou Karviná–Ráj, příspěvková organizace
Vydmučov 399/5, Ráj, 734 01 Karviná
IČ: 00844853, DIČ CZ00844853

Zastoupena Ing. et Ing., Bc. Jiřím Matějem, MBAce - ředitelem

2. Druh a předmět veřejné zakázky

Předmětem zakázky je dodání, instalace a předvedení funkčnosti 1 ks přístroje pro zobrazení předního i zadního segmentu oka pro Oční oddělení, Nemocnice s poliklinikou Karviná–Ráj, p.o., pracoviště Karviná.

Součástí zakázky je také zajištění propojení do software FORUM, propojení a připojení včetně licencí se softwarem FORUM včetně umožnění zpracování obrázků a znázornění průniku obrázků z OCT se snímky z přístroje, zaškolení obsluhy a dodání příslušné dokumentace, upgrade, bezplatné provádění servisu a revizí přístroje dle platných právních předpisů, norem a návodu výrobce po celou dobu záruky, která činí min. 24 měsíců.

Technické specifikace:

- snímání od šíře zornice 3,3 mm
- snímání jednotlivých obrázků color, green, blue, red, autofluorescenční snímky a snímky předního segmentu oka;
- velikost zorného pole volitelná 45°, 30° nebo 30° SP (small pupil- malá zornička);
- snímání předního segmentu oka (barevné snímky, red-free snímky);
- funkce autofokus - pro jednoduché zaostřování;
- poskládání snímků zadního segmentu do jedné mapy;
- 23" TFT monitor pro editaci a zpracování snímků;
- intuitivní obsluha a nastavení přístroje;
- interní min. 24.0 Mega pixel senzor;
- HDD pro archivaci 100.000 snímků, zabudovaná DVD/CD RW mechanika, USB port;
- software pro editaci, porovnávání a archivaci snímků i na externí PC;
- stereofotky, zobrazení v 3D;
- ametropická kompenzace -35 až + 35 D průběžně;
- 3D pohled na pupilu spec. brýlemi;
- jednoduchá obsluha, auto zaměření, auto zaměření blesku;
- bezokulárové ostření obrazu na obrazovce větší než 21";
- snímací senzor kamery integrovaný v těle přístroje;
- včetně elektricky výškově stavitelného stolku;
- dodavatel přístroje zajistí připojení do software FORUM pro správu a uchovávání pořízených snímků, propojení a připojení včetně licencí s databázovým sw. FORUM a při propojení se stávajícím OCT umožnění zpracování obrázků a znázornění průniku obrázků z OCT se snímky z přístroje.

Zadavatel v případech, kdy u parametrů v technické specifikaci není stanoven min./max. rozsah, připouští použití pro splnění parametru obecné pravidlo odchylky +/- 10% od zadaných parametrů. Musí však být dosaženo naplnění požadovaných medicínských výkonů.

Dodané zboží musí být nové, nerepasované a nepoužité.

Zadavatel dále požaduje:

Dodavatel v Příloze č. 1 Obchodních podmínek (Kupní smlouvy) uvede, zda jím nabízené zboží splňuje požadovaný parametr a dále uvede podrobnou technickou specifikaci a fotografii nabízeného zboží, jeho součástí, příslušenství a požadovaného vybavení. Obchodní podmínky včetně výše uvedené přílohy budou podepsány oprávněnou osobou.

V rámci své nabídky dodavatel přiloží doklad prokazující shodu (ES prohlášení o shodě, označení shody CE), požadovaného, resp. dodavatelem nabízeného zboží, vydaný příslušným orgánem, a to v původním jazyce a českém jazyce, překlad nemusí být úředně ověřen.

Předmětem veřejné zakázky je rovněž předvedení funkčnosti nabízeného zboží a seznámení zaměstnanců kupujícího s obsluhou zboží tak, aby jej byli schopni řádně užívat, dále dodání veškerých návodů k použití a údržbě dodávaného zboží v českém jazyce, technické dokumentace v českém jazyce a uživatelské dokumentace v českém jazyce.

Seznam poddodavatelů

V případě, že veřejná zakázka bude plněna prostřednictvím třetí osoby, požaduje zadavatel tuto skutečnost uvést v nabídce a identifikovat tyto třetí osoby (účastník ZŘ je povinen u poddodavatele uvést jeho identifikační údaje, přiložit písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky a dokumenty poddodavatele k prokázání základní a profesní způsobilosti). Účastník ZŘ odpovídá v plném rozsahu za veškerou součinnost poddodavatelů. Změna poddodavatele v průběhu VZ je možná po předchozím písemném souhlasu zadavatele. Pokud účastník ZŘ nepřiloží seznam poddodavatelů, má se za to, že bude VZ realizovat pouze s využitím vlastních kapacit.

Dodavatel provede přijímací zkoušku funkčnosti nabízeného zboží.

- dodávka bude realizována na základě předávacího protokolu vč. předání veškerých návodů k použití (1x v tištěné, 1x v elektronické podobě na CD/DVD či USB flash disku), prohlášení o shodě výrobku v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů a pokud se jedná o zdravotnický prostředek dle zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích, v platném znění, s uvedením klasifikační třídy, záručního listu (vše v českém jazyce), proškolení obsluhy z užívání a údržby přístroje zdarma,
- po dobu záruky bude dodavatel poskytovat záruční servis, předepsané prohlídky a revize vč. náhradních dílů, které je dle doporučení výrobce nutné při prohlídkách přístroje pravidelně měnit dle platné legislativy a návodů výrobce, zejména zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích, ve znění pozdějších předpisů, a to zdarma.

3. Lhůta a místo pro podání nabídek

Nabídku v rozsahu dle bodu 11 „Zadávací dokumentace“ odešlete **prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK** v termínu do 14.02.2019 do 08:00 hodin.

Nabídky doručené zadavateli po uplynutí stanovené lhůty nebudou hodnoceny.

4. Doba a místo plnění

Požadovaný termín dodání zboží je 30 kalendářních dnů od podpisu smlouvy.

Místem plnění je Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, Oční oddělení.

5. Požadavky na prokázání splnění způsobilosti

5.1. Základní způsobilost splňuje účastník, který doloží bezdlužnost a trestní bezúhonnost formou čestného prohlášení statutárního zástupce nebo podnikatele – fyzické osoby (Příloha č. 2 Oznámení).

5.2. Profesní způsobilost splňuje účastník, který předloží v kopii:

- **výpis z obchodního rejstříku**, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán,
- doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím celému předmětu zakázky, oprávnění k podnikání může být nahrazeno **výpisem z živnostenského rejstříku**.

Účastník je oprávněn pro prokázání splnění profesní způsobilosti předložit **výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů**, pokud je v něm zapsán. Doklady prokazující profesní způsobilost musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení.

5.3. Technická kvalifikace

K prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů dodavatele pro plnění předmětné zakázky zadavatel požaduje seznam min. 3 významných dodávek o stejných nebo kvalitativně vyšších parametrech a stejné nebo vyšší kapacitě ve srovnání s poptávaným zbožím, za poslední 3 roky, u každé v min. 200.000,- Kč bez DPH (Příloha č. 5 Oznámení).

6. Hodnotící kritéria

Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je ekonomická výhodnost, hodnocena dle nejnižší nabídkové ceny.

Nejnižší nabídková cena

100%

U tohoto kritéria dodavatelé uvedou kupní cenu za 1 ks přístroje pro zobrazení předního i zadního segmentu oka. V této ceně musí být rovněž započítány náklady na dodávku zboží na konkrétní pracoviště, instalaci, předvedení funkčnosti, cestovní náklady, proškolení zaměstnanců z obsluhy a údržby a jiné, dále zajištění připojení do software FORUM, propojení a připojení včetně licencí s databázovým softwarem FORUM včetně umožnění zpracování obrázků a znázornění průniku obrázků z OCT se snímky z přístroje.

Součástí této ceny nejsou náklady na servis či předepsanou odbornou údržbu po uplynutí záruční doby.

Nejvíce bodů získá nabídka s nejnižší hodnotou. Vzorec pro výpočet:

$$\text{Bodová hodnota} = 100 * \text{Hodnota nejvhodnější nabídky} / \text{Hodnota posuzované nabídky}$$

Pozn.: Cena bude vždy hodnocena vč. DPH.

Zadavatel si vyhrazuje právo nejdříve nabídky hodnotit a až poté posoudit nabídku vybraného účastníka ZŘ.

7. Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny

Dodavatel je povinen nabídkovou cenu uvést v Obchodních podmínkách (Příloha č. 3 Oznámení) a v Krycím listu (Příloha č. 4 Oznámení). V Krycím listu uvede všechny požadované údaje nutné pro provedení hodnocení. Jakýkoliv rozpor v cenových údajích v nabídce zjištěný při otevírání obálek s nabídkami nebo při posuzování a hodnocení nabídek je nesplněním této zadávací podmínky, která může vést až k vyřazení nabídky.

Celková nabídková cena musí zahrnovat veškeré náklady účastníka na splnění celého předmětu plnění specifikovaného zadávací dokumentací, zejména veškeré náklady spojené s jeho dodáním, uvedením do provozu a přezkoušením jeho řádné funkčnosti včetně odstranění veškerých rizik a vlivů, prováděním servisu a revizí po celou dobu záruční lhůty, odvodů daní, cla a jakékoliv další výdaje spojené s realizací předmětu plnění včetně zajištění propojení do software FORUM, propojení a připojení včetně licencí s databázovým softwarem FORUM, při propojení se stávajícím OCT umožnění zpracování obrázků a znázornění průniku obrázků z OCT se snímky z přístroje.

Cena je cenou nejvýše přípustnou a nelze ji překročit. Zadavatel připouští překročení (resp. snížení) nabídkové ceny v případě změny sazby DPH týkající se předmětu zakázky.

8. Platební podmínky

Zálohy na platby nebudou sjednány.

Platba za přístroj bude probíhat způsobem, který je popsán v Obchodních podmínkách (Příloha č. 3 Oznámení), konkrétně v čl. VII odst. 3 a dle úhradového kalendáře, který tvoří Přílohu č. 2 Obchodních podmínek.

9. Kontaktní osoba zadavatele

Bc. Alexandra Stušová, specialista na veřejné zakázky a dotace, tel. 596 383 274, stusova@nspka.cz

10. Zadávací lhůta

Do 30.04.2019.

Zadávací lhůta se prodlužuje účastníkům, s nimiž může zadavatel uzavřít smlouvu (tj. s účastníkem, který se umístil jako druhý nebo třetí v pořadí) až do doby uzavření smlouvy nebo zrušení zadávacího řízení. Účastníci jsou povinni na vyzvání poskytnout zadavateli součinnost potřebnou k uzavření smlouvy na zakázku v maximální délce 5 pracovních dnů ode dne doručení výzvy k uzavření smlouvy.

11. Podmínky a požadavky na zpracování nabídky

Zadavatel pro plnění předmětné zakázky stanovuje Obchodní podmínky formou kupní smlouvy, které jsou Přílohou č. 3 Oznámení. Dodavatel je povinen obchodní podmínky akceptovat. Zadavatel jejich změnu neumožňuje. Účastník obchodní podmínky vč. příloh (specifikace nabízeného zboží, ze které bude možné zjistit, zda zboží splňuje požadované parametry dle zadávací dokumentace a cenové nabídky), doplněné (viz poznámky žlutě označené v textu) a podepsané oprávněnou osobou přiloží do nabídky.

Nabídka bude obsahovat vyplněné a podepsané:

- a) Čestné prohlášení (Příloha č. 2)
- b) Obchodní podmínky (Příloha č. 3) ve formátu **.pdf** a rovněž **.doc**
- c) Krycí list nabídky (Příloha č. 4)
- d) Seznam významných dodávek (Příloha č. 5)

Součástí nabídky bude rovněž:

- e) doplněná technická specifikace vč. podrobné specifikace a fotografie nabízeného zboží a příslušenství (Příloha č. 1 Obchodních podmínek) ve formátu **.pdf** a rovněž **.doc**
- f) cenová nabídka (Příloha č. 2 Obchodních podmínek) ve formátu **.pdf** a rovněž **.doc**
- g) doklad prokazující shodu dodavatelem nabízeného zboží (v původním jazyce a jazyce českém)
- h) seznam poddodavatelů (má-li smysl)
- i) doklad o odborné způsobilosti (Oznámení o splnění ohlašovací povinnosti ve vztahu ke své činnosti či povinnost notifikace zdravotnického prostředku – Sdělení SÚKL – dle zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích, v platném znění)
- j) doklad o oprávnění k provádění servisu – souhlas či pověření výrobce k provádění servisu, údržby kontrol zařízení a systému specifikovaného v této zadávací dokumentaci a nabízeného v ČR

Dále dokumenty dle bodu 5 této Zadávací dokumentace.

Jednotlivé stránky nabídky budou očíslovány vzestupně.

12. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

550 000,- Kč bez DPH.

13. Informace o elektronickém nástroji E-ZAK

Podrobné instrukce elektronického nástroje E-ZAK naleznete v uživatelské příručce pro dodavače, pod odkazem: <https://msk.ezak.cz/data/manual/EZAK-Manual-Dodavatele.pdf>

Systémové požadavky na PC pro podání nabídek v aplikaci E-ZAK najdete na adrese <http://www.ezak.cz/faq/pozadavky-na-system>

14. Další informace a údaje

- a. Zakázka je realizovaná v souladu s § 31 Zákona v režimu výběrového řízení, na něž se nevztahují kogentní ustanovení Zákona, vyjma zásad uvedených v § 6 Zákona. Pojmy či postupy použité v rámci tohoto zadávacího řízení, které odpovídají pojmům či postupům obsaženým v Zákoně, jsou použity pouze z důvodu dodržení zásad uvedených v § 6 Zákona, a dále z důvodu zachování jednotné terminologie při zadávání veřejných zakázek, a v žádném případě je nelze vykládat jako úmysl zadavatele podřídit kteroukoli z částí zadávacího řízení postupu dle Zákona,
- b. Zadavatel si vyhrazuje právo nehodnotit žádnou z předložených nabídek a zadávání veřejné zakázky

kdykoliv zrušit. Zadavatel není povinen sdělovat důvody takového rozhodnutí.

- c. Zadavatel si vyhrazuje právo v průběhu výběrového řízení, změnit, upřesnit nebo doplnit podmínky výběrového řízení a to všem účastníkům výběrového řízení shodně.
- d. Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit si informace poskytnuté účastníkem u třetích osob a účastník je povinen mu v tomto ohledu poskytnout veškerou potřebnou součinnost.
- e. Upozorňujeme na skutečnost, že dodatečně zveřejňované informace na profilu zadavatele v elektronickém prostředí E-ZAK nebudou dodavatelům automaticky zasílány. Z tohoto důvodu je nutno obsah zadávací dokumentace ke stažení a sekci *Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace* průběžně sledovat.
- f. Vzhledem k tomu, že je veřejné zakázky realizována s využitím elektronického nástroje, je v prostředí elektronického nástroje vytvořen prostředek pro podávání žádostí o vysvětlení zadávací dokumentace i jejich vypořádání zadavatelem. Tato forma komunikace umožní nejrychlejší a nejjednodušší zpracování případných dotazů i jejich doručení účastníkům.
Účastníci mohou požadovat dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Žádost musí být učiněna písemně prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 2 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.
- g. Nabídka nesplňující podmínky zadavatele nebude hodnocena.
- h. Dodavatel je oprávněn podat pouze jednu nabídku, a to v českém jazyce.
- i. Variantní nabídku zadavatel nepřipouští.
- j. Ukončením výběrového řízení a oznámením výsledků soutěže nevznikne automaticky smluvní vztah.
- k. Zadavatel si vyhrazuje právo vyloučit účastníka zadávacího řízení pro nezpůsobilost, pokud se prokáže, že se účastník ZŘ dopustil v posledních 3 letech od zahájení za zadávacího řízení závažných nebo dlouhodobých pochybení při plnění dřívějšího smluvního vztahu se zadavatelem zadávané veřejné zakázky, nebo s jiným veřejným zadavatelem, která vedla ke vzniku škody, předčasnému ukončení smluvního vztahu nebo jiným srovnatelným sankcím.
- l. Zadavatel nepožaduje předložení vzorků, ale vyhrazuje si právo v průběhu hodnocení nabídek požádat o předložení předmětu nabídky za účelem ověření deklarovaných technických parametrů. Účastník je povinen předložit předmět nabídky nejpozději do 5 pracovních dnů od obdržení žádosti.

S pozdravem

Ing. et Ing., Bc. Jiří Matěj, MBAce v. r.

ředitel