



Vysvětlení, změna či doplnění zadávací dokumentace č. 2

dle ustanovení § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném znění

Zadavatel: Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace

Se sídlem: I.P. Pavlova 552/9, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov

IČO: 00844641

Zastoupena: MUDr. Ladislavem Václavcem, MBA, ředitelem

Veřejná zakázka:

**„Dodávky reagensů pro stanovení krevního obrazu, včetně bezplatné
výpůjčky hematologického analyzátoru pro CL“**

Číslo spisu: **SZZ/Otr/2019/01/reagencie KO+hematolog. analyzátor-CL**

Číslo zakázky: **P19V00000041**

Na základě požadavku účastníka ZŘ poskytuje zadavatel k výše uvedené Veřejné zakázce tyto informace k zadávací dokumentaci.

DOTAZ č. 1

V Příloze č. 5 ZD Minimální technické podmínky je uvedeno:

- Všechny parametry (Krevní obraz, Diferenciál na automatech, Retikulocyty na automatech) vyplývající z této ZD (mimo Tělních tekutin) musí mít vlastní skupinu pro stejný typ přístroje jako je nabízený, v EHK v ČR.

Dotaz: Není nám znám závazný právní předpis, který by laboratořím v ČR ukládal povinnost účastnit se EHK pouze v ČR. Stejně tak nám není známa právní úprava, která by dodavatelům ukládala povinnost zajistit účast jakéhokoli uchazeče v jakémkoli EHK. Jako dodavatel nemůžeme nijak ovlivnit účast / neúčast jiných uživatelů v EHK a ani zřízení skupiny, toto je výlučně na poskytovateli EHK.

Může zadavatel tento neopodstatněný požadavek ze ZD vypustit?

ODPOVĚď č. 1

Povinnost účastnit se EHK v akreditované laboratoři, kterou CL je, je dána normou ČSN EN ISO 15189. Laboratoř zadavatele používá přednostně systém EHK dostupný v ČR, zároveň pro hodnocení výsledků EHK požaduje zařazení do skupiny s dostatečným počtem účastníků. Výběr jiných (zahraničních) cyklů je teprve další možností. V případě nutnosti používat jiný systém EHK (zahraniční) bude zadavatel požadovat náhradu za případné navýšení nákladů po dodavateli. Tyto náklady budou uvedeny a započítány v nabídce dodavatele.

DOTAZ č. 2

V Příloze č. 5 ZD Minimální technické podmínky je uvedeno:

- 2. Samostatný mód pro měření leukopenických vzorků.

Dotaz: Z jakého důvodu zadavatel požaduje samostatný mód měření leukopenických vzorků? Přeměňování těchto vzorků v samostatném módu s sebou nese vyšší náklady a delší TAT.

ODPOVĚĎ č. 2

Laboratoř zadavatele dlouhodobě spolupracuje s onkologickými pracovišti, kde je významná část pacientů s leukopenií. Diagnostika takovýchto vzorků ve speciálním módu je přesnější a správnější, čímž zároveň poskytuje klinicky přínosnější informace. Zadavatel na svém požadavku trvá.

DOTAZ č. 3

V Příloze č. 5 ZD Minimální technické podmínky je uvedeno:

- 3. Možnost rozšíření modulárního systému o stanovení krevních destiček pomocí specifického barvení (ne prostou optickou metodou)

Dotaz: Může zadavatel objasnit z jakého důvodu požaduje možnost rozšíření systému o stanovení destiček pomocí specifického barvení a dále proč neumožňuje stanovení trombocytů optickou metodou?

ODPOVĚĎ č. 3

Zadavatel upravuje znění výše uvedeného požadavku:

- možnost rozšíření modulárního systému o stanovení krevních destiček pomocí specifického barvení (ne prostou optickou metodou) **je výhodou.** ANO x NE (nehodící se škrtněte)

DOTAZ č. 4

V Příloze č. 5 ZD Minimální technické podmínky je uvedeno:

- 4. míchání vzorků před aspirací několikanásobným obrácením zkumavky dnem vzhůru a zpět, počet obrácení musí být stejný pro všechny analyzované vzorky.

Dotaz: Může zadavatel objasnit z jakého doporučení či předpisu vychází při stanovení tohoto požadavku?

ODPOVĚĎ č. 4

Zadavatel upravuje znění výše uvedeného požadavku:

- míchání vzorků (homogenizace) před aspirací několikanásobným obrácením zkumavky dnem vzhůru a zpět.

Vzhledem k provedené úpravě zadávacích podmínek zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek k výše uvedené veřejné zakázce do 17. 4. 2019 do 10:00 hodin.

V Krnově dne-2. 04. 2019


MUDr. Ladislav Václavec, MBA
ředitel