

Veřejná zakázka
„Pořízení zdravotní přístrojové techniky – Monitorovací systém základních životních funkcí pro dětskou JIP a ultrazvukový přístroj na dětské oddělení“

Vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace č. 1

Dle § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“)

Název veřejné zakázky:	„Pořízení zdravotní přístrojové techniky – Monitorovací systém základních životních funkcí pro dětskou JIP a ultrazvukový přístroj na dětské oddělení“
Název zadavatele: Sídlo zadavatele: IČO zadavatele: URL adresa: Oprávněná osoba zadavatele:	Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace Dělnická 1132/24, 736 01 Havířov IČ 00844896 www.nsphav.cz Ing. et Ing., Bc. Jiří Matěj, MBAce, ředitel
Kontaktní osoba zadavatele: Telefon: E-mail: Profil zadavatele:	JUDr. Rita Kubicová, advokátka +420 608 831 124 vzakazky@advokatkakubicova.eu https://msk.ezak.cz/profile_display_4.html

Vážený dodavatelé,

zadavatel tímto v souladu s ust. § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) poskytuje na základě níže uvedených dotazů dodavatele následující vysvětlení a potažmo doplnění zadávací dokumentace:

Dotaz č. 1 k zadávací dokumentaci:

Zadavatel požaduje možnost připojení 3D/4D TEE jícnové sondy. Z pohledu klinického využití přístroje a navýšení ceny zakázky se zdá tento požadavek nadbytečný.

Bude zadavatel na tomto požadavku trvat?

Odpověď:

Zadavatel netrvá na požadavku možnosti připojení 3D/4D jícnové sondy.

Dotaz č. 2 k zadávací dokumentaci:

Zadavatel požaduje maximální hmotnost přístroje 75 kg.

Bude zadavatel akceptovat hmotnost přístroje v 10%ní toleranci (80kg) se zachováním velice dobré manévrability

Odpověď:

Zadavatel bude akceptovat hmotnost přístroje v 10%ní toleranci.

Dotaz č. 3 k zadávací dokumentaci:

Zadavatel požaduje pomocnou dotykovou LCD obrazovku minimálně 12“.

Bude zadavatel akceptovat pomocnou dotykovou LCD obrazovku 10,1“ s vysokým rozlišením

Odpověď:

Zadavatel bude akceptovat pomocnou dotykovou LCD obrazovku 10,1“ s vysokým rozlišením.

Dotaz č. 4 k zadávací dokumentaci:

Zadavatel požaduje rozsah kmitočtu 3-10MHz,

Bude zadavatel akceptovat sondu z kmitočtem 4-9MHz se zachováním klinické funkčnosti?

Odpověď:

Zadavatel bude akceptovat sondu z kmitočtem 4-9MHz se zachováním klinické funkčnosti?

Dotaz č. 5 k zadávací dokumentaci:

Zadavatel požaduje upgrade na 2D/3D/4D TEE jícnovou sektorovou sondu s kmitočtovým rozsahem od 3 do 8 MHz.

Z pohledu klinického využití přístroje a navýšení ceny zakázky se zdá tento požadavek nadbytečný.

Bude zadavatel na tomto požadavku trvat?

Odpověď:

Zadavatel netrvá na tomto požadavku.

S ohledem na skutečnost, že toto vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace může rozšířit okruh možných účastníků zadávacího řízení ve smyslu ust. § 99 odst. 2 ZZVZ, zadavatel prodlužuje stanovenou lhůtu pro podání nabídek do **30.4.2019 do 10:00 hod.**

V Havířově, dne 9.4.2019

Nemocnice s poliklinikou Havířov,
příspěvková organizace
Ing. et Ing., Bc. Jiří Matěj, MBAce, ředitel
i.s. JUDr. Rita Kubicová, advokátka