



Vysvětlení, změna či doplnění zadávací dokumentace č. 3

*dle ustanovení § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek,
v platném znění*

Zadavatel: Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace

Se sídlem: I.P. Pavlova 552/9, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov

IČO: 00844641

Zastoupena: MUDr. Ladislavem Václavcem, MBA, ředitelem

Veřejná zakázka:

„Dodávky reagensů pro stanovení krevního obrazu, včetně bezplatné výpůjčky hematologického analyzátoru pro CL“

Číslo spisu: **SZZ/Otr/2019/01/reagencie KO+hematolog. analyzátor-CL**

Číslo zakázky: **P19V00000041**

Na základě požadavku účastníka ZŘ poskytuje zadavatel k výše uvedené Veřejné zakázce tyto informace k zadávací dokumentaci.

DOTAZ č. 1

V Příloze č. 5 ZD Minimální technické podmínky je uvedeno:

- **Všechny parametry (Krevní obraz, Diferenciál na automatech, Retikulocyty na automatech) vyplývající z této ZD (mimo Tělních tekutin) musí mít vlastní skupinu pro stejný typ přístroje jako je nabízený, v EHK v ČR.**

ODPOVĚď č. 1

Povinnost účastnit se EHK v akreditované laboratoři, kterou CL je, je dána normou ČSN EN ISO 15189. Laboratoř zadavatele používá přednostně systém EHK dostupný v ČR, zároveň pro hodnocení výsledků EHK požaduje zařazení do skupiny s dostatečným počtem účastníků. Výběr jiných (zahraničních) cyklů je teprve další možností. V případě nutnosti používat jiný systém EHK (zahraniční) bude zadavatel požadovat náhradu za případné navýšení nákladů po dodavateli. Tyto náklady budou uvedeny a započítány v nabídce dodavatele.

Nový dotaz:

V ČR není dostupný pouze jediný systém EHK, jsou dostupné např. RfB, UK NEQAS a jiné, tyto systémy (EU) zahrnují více účastníků i modelů analyzátorů, včetně námi nabízené technologie. Nejsme si zcela jisti významem odpovědi, chápeme ji tak, že všichni uchazeči veřejné zakázky musí do nabídky uvést a započítat také náklady na EHK, potom žádáme zadavatele, aby v zadávací dokumentaci specifikoval své požadavky na EHK. Pokud náklady na EHK mají uvést v nabídce jen uchazeči, jejichž technologie není z jakéhokoli důvodu vedena v zadavatelem požadované EHK, domníváme se že SEKK, pak je pro určité uchazeče tento požadavek neopodstatněně omezující a diskriminační.

Žádáme zadavatele o zvažování vyjmutí tohoto požadavku ze zadávací dokumentace.

ODPOVĚď č. 1

Zadavatel upravuje výše uvedený parametr Přílohy č. 5 ZD Minimální technické podmínky:

- **Všechny parametry (Krevní obraz, Diferenciál na automatech, Retikulocyty na automatech) vyplývající z této ZD (mimo Tělních tekutin) musí mít vlastní skupinu pro stejný typ přístroje jako je nabízený, v EHK, který je běžně dostupný v ČR.**

DOTAZ č. 2

V Příloze č. 5 ZD Minimální technické podmínky je uvedeno:

- **Samostatný mód pro měření leukopenických vzorků.**

ODPOVĚď č. 2

Laboratoř zadavatele dlouhodobě spolupracuje s onkologickými pracovišti, kde je významná část pacientů s leukopenií. Diagnostika takovýchto vzorků ve speciálním módu je přesnější a správnější, čímž zároveň poskytuje klinicky přínosnější informace. Zadavatel na svém požadavku trvá.

Nový dotaz:

Z jakých podkladů, resp. vědeckých studií vychází zadavatel, pokud uvádí, že měření leukopenických vzorků onkologických pacientů je „ve speciálním módu přesnější a správnější, čímž zároveň poskytuje klinicky přínosnější informace“?

Tvrzení, že měření leukopenických vzorků onkologických pacientů „je ve speciálním módu přesnější a správnější, čímž zároveň poskytuje klinicky přínosnější informace“ vnímáme jako nepodložené a zavádějící.

Zadavatele nijak necharakterizuje a nespecifikuje požadavky na tento „speciální mód“, pouze uvádí obecný pojem „speciální mód“, tudíž jej nelze srovnat s ostatními technologiemi dostupnými na trhu měřícími leukopenické vzorky taktéž.

Domníváme se, že zadavatel vychází pouze z marketinkových podkladů určitého dodavatele nabízejícího určitou konkrétní technologii měření, což může být chápáno jako diskriminační. Tyto podklady nenabízí nezávislé, vědecké srovnání přesnosti a správnosti analýzy tohoto typu vzorků s ostatními, v současnosti dostupnými technologiemi.

Tento požadavek je neopodstatněný a rovněž omezující pro uchazeče, jejichž technologie sice měří leukopenické vzorky onkologických pacientů, ale nepoužívá „speciální mód“.

Z výše uvedených důvodů žádáme zadavatele o vyjmutí tohoto bodu ze zadávací dokumentace.

ODPOVĚď č. 2

Zadavatel váš dotaz ze dne 5. 4. 2019 nechápe jako žádost o vysvětlení zadávací dokumentace ve smyslu §98 ZZVZ, když předmětný dotaz obsahuje výlučně a jen polemiku s odpovědí zadavatele na předchozí dotaz, kterou zadavatel zveřejnil na svém profilu dne 2. 4. 2019. Byť zadavatel není ze zákona povinován na tuto polemiku reagovat, uveřejní na svém profilu mimo rámec zákonných lhůt reakci s tím, že na další polemiku s účastníkem ZŘ již přistupovat nebude.

V Krnově dne 10. 4. 2019

MUDr. Ladislav Václavec, MBA
ředitel