

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA

„Dodávka urodynamického přístroje“

Zadavatel: Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace

se sídlem Vydmučov 399/5, Ráj, 734 01 Karviná

IČ: 008 44 853, DIČ: CZ00844853

zastoupený Ing. et Ing., Bc. Jiřím Matějem, MBAce

Oznámení o rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky

Nejnižší nabídková cena – váha 100%

Číslo nabídky	Obchodní název nebo jméno a příjmení FO účastníka	Nabídková cena vč. DPH v Kč	Výsledné pořadí
1	MEDKONSULT, s. r. o.	461 061,- Kč	1.
2	ADVAMED s.r.o.	592 900,- Kč	2.

Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky byla ekonomická výhodnost nabídky, hodnocena dle nejnižší nabídkové ceny.

Nejvhodnější nabídka v rámci výše uvedené veřejné zakázky byla vybrána nabídka č. 1 – MEDKONSULT, s. r. o. se sídlem Olomouc – Nová Ulice, Balcárkova 1258/8, PSČ 77900; IČ 476 79 522.

Identifikační údaje účastníků, jejichž nabídka byla hodnocena:

Účastník č. 1: **MEDKONSULT, s. r. o.**

se sídlem Olomouc – Nová Ulice, Balcárkova 1258/8, PSČ 77900

IČ: 476 79 522

Účastník č. 2: **ADVAMED s.r.o.**

se sídlem Počernická 272/96, Malešice, 108 00 Praha 10

IČ: 016 96 114

Vyřizuje: Bc. Alexandra Stuřová

Oznámení o vyloučení účastníka z účasti v zadávacím řízení

Zadavatel rozhodl o vyloučení účastníka **č. 3 – MEDETRON s.r.o.** se sídlem Vavrečkova 5673, 760 01 Zlín; IČ 469 76 078 z účasti v zadávacím řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Dodávka urodynamického přístroje“.

Odůvodnění:

Účastník nesplnil požadavky na technickou specifikaci.

Zadavatel požadoval: *Vytahovač pro profilometrii, nastavitelné rameno pro vytahovač se zavěšením na vyšetřovací stůl + stojan.*

Účastník měl uvést v Příloze č. 1 Obchodních podmínek v tabulce „Technické parametry“ ANO, pokud požadovaný parametr splňuje nebo NE, pokud požadovaný parametr nesplňuje a pokud účastník nevyplní (nebude uvedeno ani ANO, ani NE) bude zadavatel posuzovat, jako by bylo uvedeno NE.

Účastník u tohoto parametru, tj. *Vytahovač pro profilometrii, nastavitelné rameno pro vytahovač se zavěšením na vyšetřovací stůl + stojan* neuvedl ani ANO ani NE, tedy pole nechal prázdné a v poli *Reálná hodnota* uvedl: „*uchycení ramena – pouze stojan*“.

Vyřizuje: Bc. Alexandra Stuřová