



Vysvětlení, změna či doplnění zadávací dokumentace č. 1

Zadavatel: Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace

Se sídlem: I.P. Pavlova 552/9, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov

IČO: 00844641

Zastoupena: MUDr. Ladislavem Václavcem, MBA, ředitelem

Veřejná zakázka:

„Dodávka 12 ks pečovatelských lůžek a matrací pro OOP Dvorce“

Číslo spisu: **SZZ/Otr/2019/06/12 ks lůžek+matrací-OOP Dvorce**

Číslo zakázky: **P19V00000109**

(dále také „VZ“)

Na základě požadavku účastníka ZŘ poskytuje zadavatel k výše uvedené Veřejné zakázce tyto informace k zadávací dokumentaci.

DOTAZ č. 1

Zadavatel v technické specifikaci mimo jiné uvádí:

Ruční patientský ovladač: ochrana proti nechtěnému polohování tzv. GO tlačítko

Dotaz: Bude zadavatel akceptovat patientský ovladač s ochranou proti nechtěnému polohování pomocí klíče a nikoli tlačítka při splnění veškerých požadovaných funkcí?

ODPOVEĎ č. 1

Ano, zadavatel akceptuje navržené technické řešení, které splňuje požadavky zadavatele.

V Krnově dne **31. 05. 2019**

MUDr. Ladislav Václavec, MBA
ředitel