

Veřejná zakázka
„Výpůjčka plně automatizovaného imunochemického analyzátoru a dodávky
specifického spotřebního materiálu“

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

dle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Zadavatel:

Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace
Vydmuchov 399/5, Ráj, 734 01 Karviná, IČ: 00844853

Název veřejné zakázky:

„Výpůjčka plně automatizovaného imunochemického analyzátoru a dodávky specifického spotřebního materiálu“

Vážení dodavatelé,

zadavatel tímto v souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) poskytuje na základě níže uvedeného dotazu dodavatele následující vysvětlení zadávací dokumentace:

Dotaz č. 1 k zadávací dokumentaci:

„Zadavatel v zadávací dokumentaci v článku 2. Vymezení předmětu veřejné zakázky na straně 5 v bode Technické požadavky na imunochemický analyzátor uvádí jako požadavek: „ jednoduchá, automatizovaná denní údržba analyzátoru (do 20 minut denně).

Bude zadavatel akceptovat automatizovanou denní údržbu analyzátoru do 23 minut? “

Odpověď:

Ano. Zadavatel bude akceptovat automatizovanou denní údržbu analyzátoru do 23 minut.

V ostatním zůstává zadávací dokumentace nezměněna.

V Karviné, dne 29.6.2019

Nemocnice s poliklinikou Karviná-,Ráj
příspěvková organizace
Ing. et Ing., Bc. Jiří Matěj, MBAce, ředitel
i.s. JUDr. Rita Kubicová, advokátka