



Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace
Dělnická 1132/24, Havířov, PSČ 736 01, IČ 00844896
Akreditovaná nemocnice

Výzva k podání nabídek
OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ
(dále jen „Oznámení“)

Veřejná zakázka malého rozsahu

realizovaná v souladu s ŘD 1/46/2016 – 3. REVIZE „Veřejné zakázky“, která upravuje zásady a postupy při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „Zákon“).

„Dodávka a instalace ultrazvuku pro gynekologii“

I.	Zadavatel:	příspěvková organizace
	Název:	Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace
	Sídlo:	Dělnická 1132/24, 736 01 Havířov
	IČ zadavatele:	008 44 896
	Oprávněná osoba za zadavatele:	MUDr. Martin Sedláček, MBAce – ředitel
	Kontaktní osoba zadavatele:	Ing. Pavol Jantoš specialista pro veřejné zakázky a dotace
	Telefon:	596 383 527
	E-mail:	jantos@nspka.cz
II.	Druh veřejné zakázky:	Dodávka
	Předmět veřejné zakázky:	Dodávka, instalace, předvedení a zaškolení personálu: 1 ks ultrazvuk pro gyn. příjmovou ambulanci.
	Číselné označení zakázky:	P19V00000137
	Zadávací dokumentace:	Příloha č. 1 Oznámení <u>Související přílohy:</u> Čestné prohlášení – Příloha č. 2 Oznámení Seznam významných dodávek – Příloha č. 3 Oznámení Obchodní podmínky – Příloha č. 4 Oznámení Krycí list – Příloha č. 5 Oznámení
III.	Lhůta pro podání nabídek:	12.07.2019, 08:00 hod.
	Místo pro podání nabídek:	https://msk.ezak.cz/vz00004573
IV.	Údaje o hodnotících kritériích:	Ekonomická výhodnost nabídky, hodnocena dle nejnížší nabídkové ceny: Nejnižší nabídková cena – váha 100% Hodnocena bude cena vč. DPH

Veškeré další relevantní informace a požadavky zadavatele jsou součástí dokumentů zveřejněných na profilu zadavatele, dle bodu III.

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
veřejné zakázky
„Dodávka a instalace ultrazvuku pro gynekologii“

1. Zadavatel

Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace
Dělnická 1132/24, 736 01 Havířov
IČ: 00844896, DIČ CZ00844896
zastoupený MUDr. Martinem Sedláčkem, MBAce, ředitelem

2. Druh a předmět veřejné zakázky

Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku ve smyslu Zákona.

Předmětem zakázky je dodání, instalace, předvedení a zaškolení personálu ohledně užívání 1 ks ultrazvuku pro potřeby gynekologické příjmové ambulance - NsP Havířov, příspěvkové organizace

dle níže uvedené specifikace:

Technický parametr nebo vlastnost přístroje
Základní požadované vlastnosti:
• digitální ultrazvukový přístroj s dynamikou systému – min. 250 dB
• širokopásmový beamformer s nastavením rozsahu snímané frekvence minimálně 1 – 18 MHz umožňující připojení širokopásmových sond typu single crystal
• režimy zobrazení pro všechny sondy: ○ B-mód - zobrazení amplitud odražených signálů jasovou škálou ○ Pulsní doppler (PW) – zobrazení křivky rychlosti v čase ○ Barevně kódovaný Doppler (CFM) vč. energetického módu (power Doppler, CPD) ○ Duplexní zobrazení B-mód + barevný Doppler nebo B-mód + pulsní Doppler ○ Triplexní zobrazení B-mód + pulsní Doppler + barevný Doppler ○ Trapezoidní zobrazení u lineární sondy – rozšíření úhlu zobrazení s možností měření rozměrů
• druhy diagnostických zobrazovacích technik pro všechny sondy: ○ zobrazení tkání: ▪ zobrazení na základní frekvenci ve více stupních minim. na 3 frekvencích ▪ THI – harmonické zobrazení tkání ○ zobrazení průtoku: ▪ barevný Doppler (CFM) ▪ pulsní Doppler (PW) (steering 0-20° - optimálně pomocí tlačítka krajní polohy tj. -20/0/+20° s další úpravou nastavení úhlu pomocí otočného tlačítka, ne opakovaným stlačováním tlačítka) ▪ barevné mapování energie – power Doppler, energetický Doppler (CPD) ▪ ve všech případech s korekcí dopplerovského úhlového zkreslení ▪ dostatečné zesílení signálu a možnost jeho nastavení ▪ stejně kvalitní zobrazení i při krajních frekvencích

• automatická optimalizace obrazu ve všech modech a dopplerovských zobrazeních
• optimalizace Dopplera (low, high)
• zvětšování a zmenšování hloubky (hloubka v rozsahu minim. 1-35cm), fokusace, zoom obrazu, posun dopplerovské křivky
• měření v živém i ve zmrazeném obraze (minim. 6 měření v jednom obraze)
• automatické zvětšení okolí kurzoru při měření
• automatická kalkulace dopplerovských parametrů z dopplerovské křivky na zmraženém i aktivním záznamu s výpočty hodnot S, D, S/D, PI, RI
• Dual Live mód - současné zobrazení B-obrazu a B-obrazu včetně CFM
• měření a kalkulace
• anatomický M-mód
• HPRF
• systém odrušení speklí nastavitelný v několika krocích (ne jen on/off)
• obrazová frekvence alespoň 1000 obr/sec
Další požadavky:
• plochý barevný LCD monitor – min. 21,5" úhlopříčka s poměrem stran 16:9, FullHD, nastavitelný vertikálně i horizontálně
• minim. 3 vstupy pro UZ sondy
• mechanická QWERTY klávesnice umístěná na ovládacím panelu
• tlačítkový ovládací panel
• velkokapacitní vnitřní paměť (min. 1000 vyš.), CD/DVD mechanika, minimálně 2 USB porty na ovládacím panelu, snadno dostupné pro obsluhu (na ovládacím panelu)
• mobilní přístroj (nikoliv přenosný ani přenosný s přídatným podvozem) s váhou do max. 50kg, max. šířka 48 cm
• možnost rozšíření o baterii
• uživatelská nastavení pro každou sondu, včetně rychlého přepínání
• černobílý videoprinter
Sondy:
• sondy s vysokým axiálním a laterálním rozlišením odolné desinfekci přípravkem dostupným na českém trhu a doporučeným výrobcem přístroje
• automatické zmražení sond při nečinnosti
○ konvexní abdominální sonda minimálně 2-8 MHz
○ širokopásmová vaginální sonda 4-9 MHz
Archivace a komunikace:
• Komunikace s PACS a NIS zadavatele, pomocí DICOM 3.0
• Přístroj musí mít funkci logování uživatelů a možnost šifrování uložených dat, kryptování HDD, včetně automatického odmazání záznamů - GDPR kompatibilní
• Vlastní databáze patientských a obrazových dat:
○ Velikost min. 500 GB
○ záznam videosmyčky ve všech modech s uložením do vlastní databáze
○ export, import, zálohování a vyhledávání dle pacienta, diagnózy nebo typu a parametrů vyšetření
• volba exportního obrazového formátu – běžné PC formáty na CD/DVD a USB flash mediích (DICOM, TIFF, BMP, JPG, AVI)

Zadavatel v případech, kdy u parametrů v technické specifikaci není stanoven min./max. rozsah, připouští použít pro splnění parametru obecné pravidlo odchylky +/- 10% od zadaných parametrů. Musí však být dosaženo naplnění požadovaných medicínských výkonů.

Zadavatel dále požaduje:

Součástí dodávky je doprava na určené pracoviště, instalace, zprovoznění a zaškolení personálu v obsluze dle návodu na použití.

Součástí zakázky je i bezplatné provádění servisu a revizí přístrojů dle platných právních předpisů, norem a návodu výrobce po celou dobu záruční lhůty.

Délka záruční doby min. 36 měsíců.

Dodavatel uvede podrobnou technickou specifikaci vč. fotografie nabízeného zboží, jeho součástí, příslušenství a požadovaného vybavení v Příloze č. 1, Obchodních podmínek (Kupní smlouvy), která bude podepsaná oprávněnou osobou.

V rámci své nabídky dodavatel přiloží doklad prokazující shodu (ES prohlášení o shodě, označení shody CE), požadovaného, resp. dodavatelem nabízeného zboží, vydaný příslušným orgánem, a to v původním jazyce a českém jazyce, překlad nemusí být úředně ověřen.

Předmětem veřejné zakázky je rovněž předvedení funkčnosti nabízeného zboží a seznámení zaměstnanců kupujícího s obsluhou tak, aby jej byli schopni řádně užívat, dále dodání veškerých návodů k použití a údržbě dodávaného zboží v českém jazyce, technická dokumentace v českém jazyce a uživatelské dokumentace v českém jazyce.

Seznam poddodavatelů:

V případě, že veřejná zakázka bude plněna prostřednictvím třetí osoby, požaduje zadavatel tuto skutečnost uvést v nabídce a identifikovat tyto třetí osoby (účastník ZŘ je povinen u poddodavatele uvést jeho identifikační údaje, přiložit písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky a dokumenty poddodavatele k prokázání základní a profesní způsobilosti). Účastník ZŘ odpovídá v plném rozsahu za veškerou součinnost poddodavatelů. Změna poddodavatele v průběhu VZ je možná po předchozím písemném souhlasu zadavatele. Pokud účastník ZŘ nepřiloží seznam poddodavatelů, má se za to, že bude VZ realizovat pouze s využitím vlastních kapacit.

3. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

347 000,- Kč bez DPH.

4. Lhůta a místo pro podání nabídek

Nabídku v rozsahu dle zadávací dokumentace odešlete **prostřednictvím elektronického tržiště zadavatele (v prostředí elektronického nástroje E-ZAK)** v termínu do 12.07.2019 do 08:00 hodin.

Nabídky doručené zadavateli po uplynutí stanovené lhůty nebudou hodnoceny.

Jiná forma podání nabídky, než prostřednictvím nástroje E-ZAK, není přípustná.

5. Požadavky na prokázání splnění kvalifikace

5.1. Základní způsobilost splňuje dodavatel, který doloží bezdlužnost a trestní bezúhonnost formou čestného prohlášení statutárního zástupce nebo podnikatele – fyzické osoby (Příloha č. 2 Oznámení).

5.2. Profesní způsobilost splňuje dodavatel, který předloží v kopii:

- výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán,
- doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních, oprávnění k podnikání může být nahrazeno výpisem z živnostenského rejstříku.

Účastník je oprávněn pro prokázání splnění profesní způsobilosti předložit **výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů**, pokud je v něm zapsán. Doklady prokazující profesní způsobilost musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení.

5.3. Technická kvalifikace

K prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů dodavatele pro plnění předmětné zakázky zadavatel požaduje Seznam min. 3 významných dodávek o stejných nebo kvalitativně vyšších parametrech a stejné nebo vyšší kapacitě ve srovnání s poptávaným přístrojem, za roky 2016-2019 ve finančním objemu min. 140 000 Kč bez DPH u každé samostatně (Příloha č. 3 Oznámení)

6. Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny

Dodavatel je povinen nabídkovou cenu uvést v Obchodních podmínkách (Příloha č. 4 Oznámení) a v Krycím listu (Příloha č. 5 Oznámení). V Krycím listu uvede všechny požadované údaje nutné pro provedení hodnocení. **Nabídková cena bude uvedena v totožné výši jak na Krycím listu, tak i v Obchodních podmínkách. Jakýkoliv rozpor v cenových údajích v nabídce zjištěný při posuzování a hodnocení nabídek je nesplněním této zadávací podmínky, která může vést až k vyřazení nabídky.**

Celková nabídková cena musí zahrnovat veškeré náklady účastníka na splnění celého předmětu plnění specifikovaného zadávací dokumentací, zejména veškeré náklady spojené s jeho dodáním, uvedením do provozu a přezkoušením jeho řádné funkčnosti včetně odstranění veškerých rizik a vlivů, prováděním servisu a revizí po celou dobu záruční lhůty, odvodů daní, cla a jakékoliv další výdaje spojené s realizací předmětu plnění.

Cena je cenou nejvýše přípustnou a nelze ji překročit. Zadavatel připouští překročení (resp. snížení) nabídkové ceny v případě změny sazby DPH týkající se předmětu zakázky.

7. Hodnotící kritéria

Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je ekonomická výhodnost nabídky, hodnocena dle nejnižší nabídkové ceny:

Nejnižší nabídková cena

100 %

U tohoto kritéria dodavatelé uvedou kupní cenu, včetně všeho požadovaného, za 1 ks ultrazvuku. V této ceně musí být započítána dodávka zboží na konkrétní pracoviště, instalace, zprovoznění, předvedení funkčnosti, cestovní náklady, proškolení zaměstnanců z obsluhy a údržby a jiné.

Zadavatel provede seřazení nabídek dle výše nabídkové ceny v Kč vč. DPH, a to od nejlevnější po nejdražší nabídku.

Hodnocena bude cena vč. DPH.

Jako nejvýhodnější bude vybrána nabídka s nejnižší cenovou nabídkou.

Zadavatel si vyhrazuje právo nejdříve nabídky hodnotit a až poté posoudit nabídku vybraného dodavatele.

8. Zadávací lhůta

Do 30. 09. 2019.

Zadávací lhůta se prodlužuje účastníkům, s nimiž může zadavatel uzavřít smlouvu (tj. s účastníkem, který se umístil jako druhý nebo třetí v pořadí) až do doby uzavření smlouvy nebo zrušení zadávacího řízení. Účastníci jsou povinni na vyzvání poskytnout zadavateli součinnost potřebnou k uzavření smlouvy na zakázku v maximální délce 5 pracovních dnů ode dne doručení výzvy k uzavření smlouvy.

9. Termín a místo plnění

Místem plnění je Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace --- Dělnická 1132/24, Město, 736 01 Havířov --- gynekologická příjmová ambulance.

Požadovaný termín splnění je do 30 kalendářních dnů od nabytí účinnosti smlouvy.

10. **Platební podmínky**

Zálohy na platby nebudou sjednány.

Lhůta splatnosti faktury je stanovena na 60 kalendářních dnů ode dne jejich doručení objednateli.

11. **Kontaktní osoba zadavatele**

Ing. Pavol Jantoš, specialista na veřejné zakázky a dotace, tel. 596 383 527, e-mail: jantos@nspka.cz.

Zadavatel zároveň upozorňuje, že v rámci této veřejné zakázky má v úmyslu adresovat korespondenci zájemcům, resp. účastníkům, zejména prostřednictvím komunikačního kanálu el. nástroje E-ZAK.

12. **Obsah a forma nabídky**

Zadavatel pro plnění předmětné zakázky stanovuje Obchodní podmínky, formou kupní smlouvy, které jsou Přílohou č. 4 Oznámení. Dodavatel je povinen obchodní podmínky akceptovat. Zadavatel jejich změnu neumožňuje. Účastník obchodní podmínky vyplněné (viz žlutě podbarvené části) vč. přílohy a podepsané oprávněnou osobou přiloží do nabídky.

Nabídka bude obsahovat vyplněné a podepsané:

- a) Čestné prohlášení (Příloha č. 2)
- b) Seznam významných dodávek (Příloha č. 3)
- c) Obchodní podmínky (Příloha č. 4) ve formátu **pdf** a rovněž **doc**
- d) Krycí list nabídky (Příloha č. 5)

Zadavatel dále požaduje:

- a) doplněná technická specifikace vč. podrobné specifikace a fotografie nabízeného zboží a příslušenství (Příloha č. 1 Obchodních podmínek) ve formátu **pdf** a rovněž **doc**
- b) cenová nabídka (Příloha č. 2 Obchodních podmínek) ve formátu **pdf** a rovněž **doc**
- c) prohlášení o shodě (v původním jazyce a jazyce českém)
- d) seznam poddodavatelů (má-li smysl)
- e) doklad o odborné způsobilosti (Oznámení o splnění ohlašovací povinnosti ve vztahu ke své činnosti či povinnost notifikace zdravotnického prostředku – Sdělení SÚKL – dle zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích, v platném znění)
- f) doklad o oprávnění k provádění servisu – souhlas či pověření výrobce k provádění servisu, údržby kontrol zařízení a systému specifikovaného v této zadávací dokumentaci a nabízeného v ČR

Dokumenty dle bodu 5 této Zadávací dokumentace.

Všechny stránky nabídky budou očíslovány vzestupnou řadou. Zadavatel požaduje, aby nabídka obsahovala údaje o obsahu nabídky s uvedením čísel stran kapitol nabídky vč. uvedení celkového počtu listů nabídky.

13. **Informace o elektronickém nástroji E-ZAK**

Podrobné instrukce elektronického nástroje E-ZAK naleznete v uživatelské příručce pro dodavatele, pod odkazem: <https://skoleni.ezak.cz/data/manual/EZAK-Manual-Dodavatele.pdf> Systémové požadavky na PC pro podání nabídek v aplikaci E-ZAK najdete na adrese <http://www.ezak.cz/faq/pozadavky-na-system>.

14. **Další informace a údaje**

- a. Zakázka je realizovaná v souladu s § 31 Zákona v režimu výběrového řízení, na něž se nevztahují kogentní ustanovení Zákona, vyjma zásad uvedených v § 6 Zákona. Pojmy či postupy použité v rámci tohoto zadávacího řízení, které odpovídají pojmům či postupům obsaženým v Zákoně, jsou použity pouze z důvodu dodržení zásad uvedených v § 6 Zákona, a dále z důvodu zachování jednotné terminologie při zadávání veřejných zakázek, a v žádném případě je nelze vykládat jako úmysl zadavatele podřídit kteroukoli z částí zadávacího řízení postupu dle Zákona.
- b. Zadavatel si vyhrazuje právo nehodnotit žádnou z předložených nabídek a zadávání veřejné zakázky kdykoliv zrušit. Zadavatel není povinen sdělovat důvody takového rozhodnutí.
- c. Zadavatel si vyhrazuje právo v průběhu výběrového řízení, změnit, upřesnit nebo doplnit podmínky výběrového řízení a to všem účastníkům výběrového řízení shodně.
- d. Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit si informace poskytnuté účastníkem u třetích osob a účastník je povinen mu v tomto ohledu poskytnout veškerou potřebnou součinnost.
- e. Účastníci mohou požadovat dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Žádost musí být učiněna písemně prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 3 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.
- f. Upozorňujeme, že dodatečně zveřejňované informace na profilu zadavatele v elektronickém prostředí E-ZAK nebudou dodavatelům automaticky zasílány. Z tohoto důvodu je nutno průběžně sledovat obsah Zadávací dokumentace veřejné zakázky a sekci Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace.
- g. Nabídka nesplňující podmínky zadavatele nebude hodnocena.
- h. Účastník je oprávněn podat pouze jednu nabídku, a to v českém jazyce.
- i. Variantní nabídku zadavatel nepřipouští.
- j. Ukončením výběrového řízení a oznámením výsledků soutěže nevznikne automaticky smluvní vztah.
- k. Zadavatel si vyhrazuje právo vyloučit účastníka zadávacího řízení pro nezpůsobilost, pokud se prokáže, že se účastník ZŘ dopustil v posledních 3 letech od zahájení zadávacího řízení závažných nebo dlouhodobých pochybení při plnění dřívějšího smluvního vztahu se zadavatelem zadávané veřejné zakázky, nebo s jiným veřejným zadavatelem, která vedla ke vzniku škody, předčasnému ukončení smluvního vztahu nebo jiným srovnatelným sankcím.
- l. Zadavatel nepožaduje předložení vzorků, ale vyhrazuje si právo v průběhu hodnocení nabídek požádat o předložení předmětu nabídky za účelem ověření deklarovaných technických parametrů. Účastník je povinen předložit předmět nabídky nejpozději do 5 pracovních dnů od obdržení žádosti.

MUDr. Martin Sedláček, MBA
ředitel