



Vysvětlení, změna či doplnění zadávací dokumentace č. 1

Zadavatel: Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace
Se sídlem: I.P. Pavlova 552/9, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov
IČO: 00844641
zastoupena: MUDr. Ladislavem Václavcem, MBA, ředitelem

Veřejná zakázka:

„Dodávka ultrazvukového přístroje pro urologické oddělení,,

Číslo spisu: **SZZ/Otr/2019/09/ultrazvuk-UROL**

Číslo zakázky: **P19V00000140**

(dále také „VZ“)

Na základě požadavku účastníka ZŘ poskytuje zadavatel k výše uvedené Veřejné zakázce tyto informace k zadávací dokumentaci.

OTAZ č. 1

Zadavatel požaduje k UZV konvexní sondu 1,2-5,7MHz. Bude zadavatel akceptovat sondu 1,5-5MHz?
Bude zadavatel požaduje lineární sondu min 5-14MHz. Bude zadavatel akceptovat nabídku UZV se sondou 3,5-12,5MHz?

ODPOVĚď č. 1

E, zadavatel trvá na původním požadavku.

16. 07, 2019

Krnově dne

MUDr. Ladislav Václavec, MBA
ředitel