



**Vysvětlení, změna či doplnění zadávací dokumentace č. 1
k Veřejné zakázce**

Zadavatel: Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace

Se sídlem: Olomoucká 470/86, Předměstí, 746 01 Opava

IČO: 47813750

Zastoupena: MUDr. Ladislavem Václavcem, MBA, ředitelem

Veřejná zakázka:

**„Dodávka 10 ks lůžek, vč. matrací
pro urologii“**

Číslo spisu: **SNO/Otr/2019/16/10 ks lůžek+matrací-UROL**

Číslo zakázky: **P19V00000147**

(dále jen „VZ“)

Na základě požadavku účastníka ZŘ poskytuje zadavatel k výše uvedené Veřejné zakázce tyto informace k zadávací dokumentaci.

DOTAZ č. 1

- parametr: Maximální vnější rozměry 98 x 206cm z důvodu prostorového rozmístění.

Může uchazeč nabídnout lůžko s maximálním vnějším rozměrem 98 x 215cm?

Součástí vnějších rozměrů budou i nárazová kolečka a možnost prodloužení lůžka o 20cm, ikdyž tyto standardní funkce zadávací dokumentace neobsahuje. Nebo jej zadavatel vyžaduje jako standardní vybavení lůžka?

ODPOVĚď č. 1

ANO, zadavatel bude akceptovat výše uvedený rozměr lůžka.

Současně zadavatel upravuje parametry technické specifikace lůžek v těchto bodech:

- Maximální vnější rozměry 98 x 215 cm z důvodu prostorového rozmístění
- Možnost prodloužení ložné plochy min. o 20 cm
- Ochranná kolečka proti nárazu v rozích konstrukce

Upravenou ZD zveřejňuje zadavatel na profilu zadavatele.

Vzhledem k úpravě technické specifikace prodlužuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek:

PŮVODNÍ LHŮTA: 2. 8. 2019 9:00 hod

NOVÁ LHŮTA: 12. 8. 2019 9:00 hod

V Opavě dne **31. 07. 2019**

MUDr. Ladislav Václavec, MBA
ředitel