

Zadavatel: **Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o.**
Sídlem: El.Krásnohorské 321, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek
Zastoupena: Ing. Tomášem Stejskalem, MBA – ředitelem
IČ: 00534188

Vysvětlení, změna či doplnění zadávací dokumentace č. 1

k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávku

„Dodávka lůžek pro ODNP“

Pořadové číslo zakázky: P/013/INV/19

Číslo spisu na profilu zadavatele: P1900000173

I.

Vysvětlení zadávací dokumentace na žádost dodavatele

Zadavatel obdržel dne 22. 8. 2019 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce a sděluje následující:

Dotaz č. 1 k zadávací dokumentaci

V příloze č. 1 zadávací dokumentace Technická specifikace je uvedeno: „Bezpečná pracovní zátěž min. 250 kg“

Dotaz zní:

Může uchazeč nabídnout lůžko, které splňuje všechny ostatní požadované parametry a jehož bezpečná pracovní zátěž je 230 kg?

Odpověď č. 1


Zadavatel akceptuje bezpečnou pracovní zátěž 230 kg.

II.

Zadavatel s ohledem na výše uvedené prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, a to do **30. 8. 2019 do 9:00 hodin.**

Nabídky se podávají v souladu se zadávací dokumentací prostřednictvím elektronického nástroje, kterým je profil zadavatele v systému E-ZAK, dostupného na internetové adrese
https://msk.ezak.cz/profile_display_7.html

Ve Frýdku-Místku, dne 23. 8. 2019



Ing. Tomáš Stejskal, MBA
ředitel Nemocnice ve Frýdku – Místku, p. o.