



Vysvětlení, změna či doplnění zadávací dokumentace č. 1 k Veřejné zakázce

Zadavatel: Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace

Se sídlem: Olomoucká 470/86, Předměstí, 746 01 Opava

IČO: 47813750

Zastoupena: MUDr. Ladislavem Václavcem, MBA, ředitelem

Veřejná zakázka:

„Dodávky instrumentů pro elektrokoagulaci, vč. výpůjčky bipolárního generátoru pro COS“

Číslo spisu: **SNO/Otr/2019/20/instrumenty+bipolární generátor-COS**

Číslo zakázky: **P19V00000186**

(dále jen „VZ“)

Na základě požadavku účastníka ZŘ poskytuje zadavatel k výše uvedené Veřejné zakázce tyto informace k zadávací dokumentaci.

DOTAZ č. 1

V smlouvě je uveden bod

IV.1 Zařízení půjčitel přenechává vypůjčitelu na dobu neurčitou, s počátkem od instalace zařízení.

Jelikož náš interní předpis nařizuje udelat smlouvu o výpůjčce jenom na dva roky navrhujeme následující úpravu Smlouvy o Výpůjčce:

“ Tato smlouva se uzavírá na dobu 2 roky a bude se prodlužovat automaticky až do skončení Rámcové kupní smlouvy.”

Bude zadavatel akceptovat tuto změnu?

ODPOVĚď č. 1

ANO, zadavatel tuto změnu akceptuje. Upravený návrh smlouvy o výpůjčce bude zveřejněn na Profilu zadavatele.

DOTAZ č. 2

Zadavatel požaduje u elektrochirurgického generátoru „Bipolární technologie - řezání a koagulace najednou“. Předpokládáme, že uvedená specifikace definuje minimální technické požadavky a uchazeč může nabídnout obdobné technické řešení. Námi dodávaný generátor umožňuje pro řízenou bipolární koagulaci použití nástrojů, u kterých jsou koagulace a řez ovládány odděleně, je možné zatavení s následným řezem, nebo jenom samostatné zatavení nebo jen samostatná studená disekce tkáně nožem. Připustí zadavatel nabídku výše specifikovaného přístroje?

ODPOVĚď č. 2

NE, zadavatel trvá na původním požadavku – možnosti zároveň provádět řezání i koagulaci. Řešení tazatele nevyhovuje požadavkům zadavatele.

DOTAZ č. 3

Zadavatel požaduje u elektrochirurgického generátoru „Možnost aktivace a deaktivace stiskem tlačítka na nástroji, na panelu generátoru a nožním pedálem, bez nutnosti tlačítko/pedál držet po dobu koagulace“.

Předpokládáme, že uvedená specifikace definuje minimální technické požadavky a uchazeč může nabídnout obdobné technické řešení. Námi dodávaný generátor umožňuje aktivaci nástroje pomocí aktivčního tlačítka na nástroji, popř. nožním pedálem. Při aktivaci je nutno držet tlačítko / pedál po celou dobu aktivace. Připustí zadavatel nabídku výše specifikovaného přístroje?

ODPOVĚĎ č. 3

NE, zadavatel trvá na původním požadavku.

DOTAZ č. 4

Zadavatel požaduje u nástrojů „Aktivace a deaktivace nástroje pouhým stisknutím aktivčního tlačítka bez nutnosti držet“. Předpokládáme, že uvedená specifikace definuje minimální technické požadavky a uchazeč může nabídnout obdobné technické řešení. U našich nástrojů je nutno držet aktivční tlačítko po celou dobu koagulace.

Připustí zadavatel nabídku výše specifikovaných nástrojů?

ODPOVĚĎ č. 4

NE, zadavatel trvá na původním požadavku.

DOTAZ č. 5

Zadavatel požaduje u nástrojů „Aktivace a deaktivace nástroje pouhým stisknutím aktivčního tlačítka bez nutnosti držet“. Předpokládáme, že uvedená specifikace definuje minimální technické požadavky a uchazeč může nabídnout obdobné technické řešení. U našich nástrojů je nutno držet aktivční tlačítko po celou dobu koagulace, poté je možno disekovat tkáň samostatným, studeným nožem, popř. disekci neprovádět a po posunutí nástroje pokračovat další koagulací pro vyšší bezpečnost spoje.

Připustí zadavatel nabídku výše specifikovaných nástrojů?

ODPOVĚĎ č. 5

NE, zadavatel trvá na původním požadavku.

DOTAZ č. 6

Zadavatel požaduje u nástrojů „5 mm instrumenty rovné: Úchop. část rovná - pracovní délka 24, 36 a 44 cm, délka úchopové části nástroje min. 26 mm a dále Úchop. část tvaru Maryland - pracovní délka 12,5, 17, 36 a 44 cm, délka úchopové části nástroje min. 21 mm“.

Předpokládáme, že uvedená specifikace definuje minimální technické požadavky a uchazeč může nabídnout obdobné technické řešení. Námi dodávané 5 mm rovné nástroje mají bilaterální branže, pracovní délky 23, 37 a 44 cm, délku úchopové části nástroje 19,5 mm, čelisti nástroje jsou potaženy nelepivým potahem z nanovláknů proti ulpívání tkáně. Námi dodávané 5 mm nástroje tvaru Maryland mají pevnou a pohyblivou branži, pracovní délky 13, 19, 23, 37 a 44 cm, délku úchopové části nástroje 20 mm, čelisti nástroje jsou potaženy nelepivým potahem z nanovláknů proti ulpívání tkáně.

ODPOVĚĎ č. 6

ANO, zadavatel akceptuje uvedené rozměry.

DOTAZ č. 7

Zadavatel požaduje u nástrojů „5 mm instrumenty s flexibilním distálním koncem v rozsahu 80°: úchop. část rovná- pracovní délka 24, 36 a 44 cm, délka úchopové části nástroje min. 26 mm, Úchop. část tvaru Maryland - pracovní délka 36 a 44 cm, délka úchopové části nástroje min. 21 mm a dále 12 mm instrumenty: pracovní délka 24 a 44 cm, délka úchopové části nástroje min. 45 mm, možnost pohybu distálního konce nástroje v rozsahu až 80°“.

Výše popsané vlastnosti a rozměry nástrojů naprosto přesně definují nástroje Caiman® 5 Articulating, Caiman® 5 Articulating Maryland a Caiman® 12 Articulating dodavatele Bbraun. Tyto typy nástrojů nenabízí žádný jiný dodavatel na našem trhu. Z tohoto důvodu vznášíme tento dotaz, kterým se pokoušíme získat vysvětlení diskriminační povahy Zadávací dokumentace a žádáme o narovnání zadávacích podmínek (Specifikace a minimální technické požadavky) tak, aby byla možná účast více dodavatelů s nabídkou

konkurenčních nástrojů.

Připustí zadavatel nabídku nástrojů bez flexibilního distálního konce?

ODPOVĚĎ č. 7

Zadavatel požaduje flexibilní distální konec a to z medicínského důvodu, protože více vyhovuje potřebám při náročných operacích. Nástroje bez flexibilního distálního konce nemají takové možnosti manipulace a polohování a proto nejsou pro zadavatele vyhovující.

V souvislosti s touto změnou prodlužuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek:

PŮVODNÍ LHŮTA. 16. 9. 2019 do 10:00 hod.

NOVÁ LHŮTA: 20. 9. 2019 do 10:00 hod.

V Opavě dne

MUDr. Ladislav Václavec, MBA
ředitel