



Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace
Dělnická 1132/24, Havířov, PSČ 736 01, IČ 00844896
Akreditovaná nemocnice

Výzva k podání nabídek
OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ
(dále jen „Oznámení“)

Veřejná zakázka malého rozsahu

realizovaná v souladu s ŘD 1/46/2016 – 3. REVIZE „Veřejné zakázky“, která upravuje zásady a postupy při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „**Zákon**“).

„Pořízení zdravotnických přístrojů – videořetězec II“

I.	Zadavatel:	příspěvková organizace
	Název:	Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace
	Sídlo:	Dělnická 1132/24, 736 01 Havířov
	IČ zadavatele:	008 44 896
	Oprávněná osoba za zadavatele:	Ing. Norbert Schellong, MPH – ředitel
	Kontaktní osoba zadavatele:	Ing. Pavol Jantoš specialista pro veřejné zakázky a dotace
	Telefon:	596 491 384
	E-mail:	pavol.jantos@nsphav.cz
II.	Druh veřejné zakázky:	Dodávka
	Předmět veřejné zakázky:	Dodávka, instalace, předvedení a zaškolení personálu 1 ks videořetězce pro COS.
	Číselné označení zakázky:	P19V00000319
	Zadávací dokumentace:	Příloha č. 1 Oznámení <u>Související přílohy:</u> Čestné prohlášení – Příloha č. 2 Oznámení Seznam významných dodávek – Příloha č. 3 Oznámení Obchodní podmínky – Příloha č. 4 Oznámení Krycí list – Příloha č. 5 Oznámení
III.	Lhůta pro podání nabídek:	15.11.2019, 08:00 hod.
	Místo pro podání nabídek:	https://msk.ezak.cz/vz00004755
IV.	Údaje o hodnotících kritériích:	Ekonomická výhodnost nabídky, hodnocena dle nejnižší nabídkové ceny: Nejnižší nabídková cena – váha 100% Hodnocena bude cena vč. DPH

Veškeré další relevantní informace a požadavky zadavatele jsou součástí dokumentů zveřejněných na profilu zadavatele, dle bodu III.

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
veřejné zakázky
„Pořízení zdravotnických přístrojů – videořetězec II“

1. Zadavatel

Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace
Dělnická 1132/24, 736 01 Havířov
IČ: 00844896, DIČ CZ00844896
zastoupený Ing. Norbertem Schellongem, MPH, ředitelem

2. Druh a předmět veřejné zakázky

Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku ve smyslu Zákona.

Předmětem zakázky je dodání, instalace, předvedení a zaškolení personálu ohledně užívání 1 ks video řetězce pro potřeby COS - NsP Havířov, příspěvkové organizace:

Přístroj musí splňovat zadavatelem požadovanou technickou specifikaci:

A: Atestovaný (MDE) monitor 1 ks

- 1) TFL LCD (LED) technologie
- 2) úhlopříčka minimálně 26"
- 3) rozlišení obrazu 1920 x 1080
- 4) zobrazovací úhel 178° všemi směry
- 5) svítivost min. 500cd/m2
- 6) překreslovací frekvence max. 10ms
- 7) kontrast min. 1500:1
- 8) počet zobrazovacích barev min. 10⁹
- 9) režim HDTV
- 10) schopnost nastavení různých scanovacích režimů
- 11) obrazové vstupy min.:
 - a) 2 x DVI-D
 - b) 1 x SD/HD/3G-SDI
 - c) 1 x VGA
 - d) 1 x C-Video
 - e) 1 x S-Video
 - g) 1 x RGB (5x BNC)
- 12) obrazové výstupy min.:
 - a) 1 x DVI-D
 - b) 1 x SD/HD/3G-SDI
- 13) VESA 100 a VESA 200 uchycení

B: Kamerová jednotka včetně integrovaného světelného zdroje 1 ks

- 1) medicínský atest
- 2) 2D Full HD zobrazení (1920x1080p)
- 3) integrovaný HDTV videoprocessor a světelný zdroj s technologií LED
- 4) podpora 3čip CCD kamerové hlavy bez nutnosti další investice (modul, software), pouze připojení periferie
- 5) podpora 1čip CCD lomené kamerové hlavy bez nutnosti další investice (modul, software), pouze připojení periferie

- 6) podpora 3čip CMOS kamerové hlavy bez nutnosti další investice (modul, software), pouze připojení periferie
- 7) podpora HD flexibilních videoendoskopů s čipem na distálním konci bez nutnosti další investice (modul, software), pouze připojení periferie
- 8) podpora HD rigidních videoendoskopů s čipem na distálním konci bez nutnosti další investice (modul, software), pouze připojení periferie
- 9) podpora fluorescenční diagnostiky pomocí ICG kontrastu
- 10) podpora frekvenčně selektivního barevného zobrazení (zvýrazněná struktura superficiálních venózních struktur bez nutnosti použití kontrastní či jiné látky (kyseliny) v těle pacienta
- 11) integrované záznamové zařízení - archivace obrázků pomocí USB nebo využití interní paměti (ovládání z tlačítek kamer. hlavy i endoskopu)
- 12) ovládání kamerové jednotky dotykovým displejem
- 13) možnost ovládání nastavení ve sterilním prostředí pomocí tlačítek na kamerové hlavě
- 14) digitální zoom až 1,5x nastavitelný ve 3 krocích
- 15) volitelný poměr stran obrazu - 16:10 /16:9 /4:3 /5:4
- 16) výstupy - 1 x DVI-D, 2x HD-SDI, 1x Y/C, 1x Composite
- 17) vnitřní paměť pro uložení až 20 jednotlivých předvoleb
- 18) předvolba nastavení až 50 údajů patientských dat
- 19) možnost rotace obrazu o 180° a vertikálního a horizontálního zrcadlení obrazu
- 20) integrovaný 4LED zdroj studeného světla
- 21) 4 LED lampy s životností každé lampy min. 10.000 hodin
- 22) výkon 4LED světelného zdroje odpovídající výkonu 300 W xenonu
- 23) podpora frekvenčně selektivního barevného zobrazení (zvýrazněná struktura superficiálních venózních struktur bez nutnosti použití kontrastní či jiné látky (kyseliny) v těle pacienta
- 24) možnost ovládání zdroje světla z tlačítek na kamerové hlavě / endoskopu
- 25) plynulá (ruční i automatická) regulace intenzity světla dle světelných podmínek operačního pole
- 26) intenzita světla řízena přímo kamerovou jednotkou při standardním osvětlení a dále v režimu frekvenčně selektivního barevného zobrazení
- 27) automatické uzavření světelného výstupu po vytažení světlovodného kabelu
- 28) podpora frekvenčně selektivního barevného zobrazení (zvýrazněná struktura superficiálních venózních struktur bez nutnosti použití kontrastní či jiné látky (kyseliny) v těle pacienta

C: Kamerová hlava lomená endoskopická 1 ks

- 1) endoskopická HDTV kamerová hlava
- 2) lomená, zvětšení 0,8x
- 3) 1 chip, CCD technologie
- 4) připojení k optikám standardních výrobců
- 5) rotace kamerové hlavy s možností aretace
- 6) možnost rotace zobrazeného pole – ne digitální rotace obrazu
- 7) podpora frekvenčně selektivního barevného zobrazení (zvýrazněná struktura superficiálních venózních struktur bez nutnosti použití kontrastní či jiné látky (kyseliny) v těle pacienta
- 8) váha max. 85 g vč. připojovacího kabelu
- 9) 3 programovatelná ovládací tlačítka
- 10) kompatibilní se stávajícím instrumentáři na oddělení (bipolární resekce TURis Olympus, flexibilní cystoskopy zn. Olympus, flexibilní ureterorenoskopy zn. Olympus)

D: Videoloaparoskop 1 ks

- 1) integrovaný systém: optika + světlovod + kamerová hlava s 3 programovatelnými tlačítky pro ovládání kamerové jednotky
- 2) HDTV rigidní videoteleskop s čipovou technologií na distálním konci
- 3) podpora frekvenčně selektivního barevného zobrazení (zvýrazněná struktura superficiálních venózních struktur bez nutnosti použití kontrastní či jiné látky (kyseliny) v těle pacienta
- 4) FULL HD, 16:9 zobrazení, autoklávovatelný systém
- 5) samoodmlžovací systém
- 6) automatické zaostřování obrazu
- 7) průměr optiky 10 mm, pracovní délka min. 330 mm, úhel pohledu 30°, zorné pole min. 90°, hloubka ostrosti 21-200 mm
- 8) sterilizační kontejner

E: Insuflační jednotka 1 ks

- 1) volitelná rychlost průtoku s údajem o spotřebě plynu
- 2) volitelná velikost insuflované dutiny
- 3) maximální průtok 45 l/min
- 4) volitelné nastavení tlaku v insuflované dutině
- 5) podpora odsávání kouře řízená stávající HF jednotkou
- 6) volitelná intenzita odsávání kouře a aerosolu
- 7) součástí jsou insuflační hadice, desuflační hadice, vysokotlaká hadice CO₂, 20 ks filtrů

F: Atestovaný MDE Přístrojový vozík 1 ks

- 1) izolační transformátor (včetně prohlášení o shodě)
- 2) nastavitelné rameno pro hlavní monitor
- 3) 4 pojízdná kolečka, min. 2 z nich brzděná
- 4) manipulační madla
- 5) antistatická povrchová úprava
- 6) držák na infúze
- 7) držák pro CO₂ láhev
- 8) držák kamerové hlavy a kabelu s krytím optické části kamery
- 9) držák ovládacího nožního pedálu koagulace
- 10) centrální tlačítko na zapnutí/vypnutí všech přístrojů
- 11) kryt zadní stěny vozíku pro bezpečnost provozu na sále

G: Cystoskop 1 ks

- 1) cystoskop musí být kompatibilní s dříve pořízenými optikami Olympus, OES PRO a OES ELITE
- 2) cystoskopický plášť 22,5 Fr., vč. standardního zavaděče, 1 ks
- 3) ochrana proti sklouzávání flexibilního nástroje při ohybu pomocí pracovního můstku
- 4) pracovní Albarran můstek, jednokanálový, samozamykatelný, 1 ks
- 5) náhradní těsnění k pracovnímu můstku, 10 ks
- 6) všechny uvedené položky musí být resterilizovatelné v parním sterilizátoru na 134°C

H: Endoresektoskop 1 ks

- 1) kompatibilita s dříve pořízenými optikami Olympus, OES PRO a OES ELITE
- 2) kompatibilita s dříve pořízenými vf generátorem Olympus, UES-40
- 3) vnější průměr pláště maximálně 27 Fr.
- 4) podpora plazmové vaporizace a bipolární enukleace prostaty
- 5) možnost single flow resekce pomocí vnitřního pláště a dodatečného dvojventilu
- 6) možnost připojení resekčních klíčků různých velikostí (malá, střední, velká)
- 7) možnost připojení valorizační elektrody ve tvaru hříbku
- 8) možnost připojení valorizační oválné elektrody
- 9) možnost připojení páskové resekční elektrody pro větší koagulační efekt
- 10) možnost připojení jehlové incizní elektrody (kolmé a šikmé)
- 11) možnost připojení kuličkové koagulační elektrody
- 12) možnost připojení elektrody pro enukleaci prostaty, tzv. TUEB
- 13) dvouplášťový rotační systém s připojením hadic pro kontinuální proplach, konektory s kohoutem, vč. klasického obturátoru, 1 ks
- 14) veškeré nabízené součásti nástroje musí být sterilizovatelné v parním sterilizátoru (autokláv 134°C)
- 15) 1 ks - sterilizační kontejner s aretovaným gumovým uchycením jednotlivých částí resektoskopu
- 16) bezpečné uchycení veškerých částí nástroje (vč. uchycení optik)
- 17) víko
- 18) použitelný do parního autoklávu, 134 °C.

Zadavatel v případech, kdy u parametrů v technické specifikaci není stanoven min./max. rozsah, připouští použít pro splnění parametru obecné pravidlo odchylky +/- 10% od zadaných parametrů. Musí však být dosaženo naplnění požadovaných medicínských výkonů.

Zadavatel dále požaduje:

Součástí dodávky je doprava na určené pracoviště, instalace, zprovoznění a zaškolení personálu v obsluze dle návodu na použití.

Součástí zakázky je i bezplatné provádění servisu a revizí přístrojů dle platných právních předpisů, norem a návodu výrobce po celou dobu záruční lhůty.

Délka záruční doby min. 36 měsíců.

Dodavatel uvede podrobnou technickou specifikaci vč. fotografie nabízeného zboží, jeho součástí, příslušenství a požadovaného vybavení v Příloze č. 1, Obchodních podmínek (Kupní smlouvy), která bude podepsaná oprávněnou osobou.

V rámci své nabídky dodavatel přiloží doklad prokazující shodu (ES prohlášení o shodě, označení shody CE), požadovaného, resp. dodavatelem nabízeného zboží, vydaný příslušným orgánem, a to v původním jazyce a českém jazyce, překlad nemusí být úředně ověřen.

Předmětem veřejné zakázky je rovněž předvedení funkčnosti nabízeného zboží a seznámení zaměstnanců kupujícího s obsluhou tak, aby jej byli schopni řádně užívat, dále dodání veškerých návodů k použití a údržbě dodávaného zboží v českém jazyce, technická dokumentace v českém jazyce a uživatelské dokumentace v českém jazyce.

Tato veřejná zakázka je hrazena z finančních prostředků zřizovatele, zadavatel si vyhrazuje právo zakázku kdykoliv zrušit v případě neobdržení finančních prostředků od zřizovatele.

Seznam poddodavatelů:

V případě, že veřejná zakázka bude plněna prostřednictvím třetí osoby, požaduje zadavatel tuto skutečnost uvést v nabídce a identifikovat tyto třetí osoby (účastník ZŘ je povinen u poddodavatele uvést jeho identifikační údaje, přiložit písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky a dokumenty poddodavatele k prokázání základní a profesní způsobilosti). Účastník ZŘ odpovídá v plném rozsahu za veškerou součinnost poddodavatelů. Změna poddodavatele v průběhu VZ je možná po předchozím písemném souhlasu zadavatele. Pokud účastník ZŘ nepřiloží seznam poddodavatelů, má se za to, že bude VZ realizovat pouze s využitím vlastních kapacit.

3. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

1 650 000,- Kč bez DPH.

4. Lhůta a místo pro podání nabídek

Nabídku v rozsahu dle zadávací dokumentace odešlete **prostřednictvím elektronického tržiště zadavatele (v prostředí elektronického nástroje E-ZAK)** v termínu do 15.11.2019 do 08:00 hodin.

Nabídky doručené zadavateli po uplynutí stanovené lhůty nebudou hodnoceny.

Jiná forma podání nabídky, než prostřednictvím nástroje E-ZAK, není přípustná.

5. Požadavky na prokázání splnění kvalifikace

5.1. Základní způsobilost splňuje dodavatel, který doloží bezdlužnost a trestní bezúhonnost formou čestného prohlášení statutárního zástupce nebo podnikatele – fyzické osoby (Příloha č. 2 Oznámení).

5.2. Profesní způsobilost splňuje dodavatel, který předloží v kopii:

- a) výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán,
- b) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím celému předmětu zakázky, oprávnění k podnikání může být nahrazeno výpisem z živnostenského rejstříku.

Účastník je oprávněn pro prokázání splnění profesní způsobilosti předložit **výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů**, pokud je v něm zapsán. Doklady prokazující profesní způsobilost musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení.

5.3. Technická kvalifikace

K prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů dodavatele pro plnění předmětné zakázky zadavatel požaduje Seznam min. 3 významných dodávek o stejných nebo kvalitativně vyšších parametrech a stejné nebo vyšší kapacitě ve srovnání s poptávaným přístrojem, za roky 2015-2019 ve finančním objemu min. 825 000 Kč bez DPH u každé samostatně (Příloha č. 3 Oznámení)

6. Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny

Dodavatel je povinen nabídkovou cenu uvést v Obchodních podmínkách (Příloha č. 4 Oznámení) a v Krycím listu (Příloha č. 5 Oznámení). V Krycím listu uvede všechny požadované údaje nutné pro provedení hodnocení. **Nabídková cena bude uvedena v totožné výši jak na Krycím listu, tak i v Obchodních podmínkách.** Jakýkoliv rozpor v cenových údajích v nabídce zjištěný při otevírání obálek s nabídkami nebo při posuzování a hodnocení nabídek je nesplněním této zadávací podmínky, která může vést až k vyřazení nabídky.

Celková nabídková cena musí zahrnovat veškeré náklady účastníka na splnění celého předmětu plnění specifikovaného zadávací dokumentací, zejména veškeré náklady spojené s jeho dodáním, uvedením do provozu a přezkoušením jeho řádné funkčnosti včetně odstranění veškerých rizik a vlivů, prováděním servisu a revizí po celou dobu záruční lhůty, odvodů daní, cla a jakékoliv další výdaje spojené s realizací předmětu plnění.

Cena je cenou nejvýše přípustnou a nelze ji překročit. Zadavatel připouští překročení (resp. snížení) nabídkové ceny v případě změny sazby DPH týkající se předmětu zakázky.

7. Hodnotící kritéria

Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je ekonomická výhodnost nabídky, hodnocena dle nejnižší nabídkové ceny:

Nejnižší nabídková cena

100 %

U tohoto kritéria dodavatelé uvedou kupní cenu, včetně všeho požadovaného, za 1 ks videořetězce. V této ceně musí být započítána dodávka zboží na konkrétní pracoviště, instalace, zprovoznění, předvedení funkčnosti, cestovní náklady, proškolení zaměstnanců z obsluhy a údržby a jiné.

Nejvíce bodů získá nabídka s nejnižší hodnotou. Vzorec pro výpočet:

$$\text{Bodová hodnota} = 100 * \text{Hodnota nejvhodnější nabídky} / \text{Hodnota posuzované nabídky}$$

Zadavatel provede seřazení nabídek dle jejich bodového ohodnocení.

Hodnocena bude cena vč. DPH.

Jako nejvýhodnější bude vybrána nabídka s nejnižší cenovou nabídkou.

Zadavatel si vyhrazuje právo nejdříve nabídky hodnotit a až poté posoudit nabídku vybraného dodavatele.

8. Zadávací lhůta

Do 31. 03. 2020.

Zadávací lhůta se prodlužuje účastníkům, s nimiž může zadavatel uzavřít smlouvu (tj. s účastníkem, který se umístil jako druhý nebo třetí v pořadí) až do doby uzavření smlouvy nebo zrušení zadávacího řízení. Účastníci jsou povinni na vyzvání poskytnout zadavateli součinnost potřebnou k uzavření smlouvy na zakázku v maximální délce 5 pracovních dnů ode dne doručení výzvy k uzavření smlouvy.

9. Termín a místo plnění

Místem plnění je Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace --- Dělnická 1132/24, Město, 736 01 Havířov --- COS.

Požadovaný termín splnění je do 30 kalendářních dnů od nabytí účinnosti smlouvy.

10. Platební podmínky

Zálohy na platby nebudou sjednány.

Lhůta splatnosti faktury je stanovena na 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení objednateli.

11. Kontaktní osoba zadavatele

Ing. Pavol Jantoš, specialista na veřejné zakázky a dotace, tel. 596 491 384, e-mail: pavol.jantos@nsphav.cz.

Zadavatel zároveň upozorňuje, že v rámci této veřejné zakázky má v úmyslu adresovat korespondenci zájemcům, resp. účastníkům, zejména prostřednictvím komunikačního kanálu el. nástroje E-ZAK.

12. Obsah a forma nabídky

Zadavatel pro plnění předmětné zakázky stanovuje Obchodní podmínky, formou kupní smlouvy, které jsou Přílohou č. 4 Oznámení. Dodavatel je povinen obchodní podmínky akceptovat. Zadavatel jejich změnu neumožňuje. Účastník obchodní podmínky vyplněné (viz žlutě podbarvené části) vč. přílohy a podepsané oprávněnou osobou přiloží do nabídky.

Nabídka bude obsahovat vyplněné a podepsané:

- a) Čestné prohlášení (Příloha č. 2)
- b) Seznam významných dodávek (Příloha č. 3)
- c) Obchodní podmínky (Příloha č. 4) ve formátu **pdf** a rovněž **doc**
- d) Krycí list nabídky (Příloha č. 5)

Zadavatel dále požaduje:

- a) doplněná technická specifikace vč. podrobné specifikace a fotografie nabízeného zboží a příslušenství (Příloha č. 1 Obchodních podmínek) ve formátu **pdf** a rovněž **doc**
- b) cenová nabídka (Příloha č. 2 Obchodních podmínek) ve formátu **pdf** a rovněž **doc**
- c) prohlášení o shodě (v původním jazyce a jazyce českém)
- d) seznam poddodavatelů (má-li smysl)
- e) doklad o odborné způsobilosti (Oznámení o splnění ohlašovací povinnosti ve vztahu ke své činnosti či povinnost notifikace zdravotnického prostředku – Sdělení SÚKL – dle zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích, v platném znění)
- f) doklad o oprávnění k provádění servisu – souhlas či pověření výrobce k provádění servisu, údržby kontrol zařízení a systému specifikovaného v této zadávací dokumentaci a nabízeného v ČR

Dokumenty dle bodu 5 této Zadávací dokumentace.

Všechny stránky nabídky budou očíslovány vzestupnou řadou. Zadavatel požaduje, aby nabídka obsahovala údaje o obsahu nabídky s uvedením čísel stran kapitol nabídky vč. uvedení celkového počtu listů nabídky.

13. Informace o elektronickém nástroji E-ZAK

Podrobné instrukce elektronického nástroje E-ZAK naleznete v uživatelské příručce pro dodavatele, pod odkazem: <https://skoleni.ezak.cz/data/manual/EZAK-Manual-Dodavatele.pdf> Systémové požadavky na PC pro podání nabídek v aplikaci E-ZAK najdete na adrese <http://www.ezak.cz/faq/pozadavky-na-system>.

14. Další informace a údaje

- a. Zakázka je realizovaná v souladu s § 31 Zákona v režimu výběrového řízení, na něž se nevztahují kogentní ustanovení Zákona, vyjma zásad uvedených v § 6 Zákona. Pojmy či

postupy použité v rámci tohoto zadávacího řízení, které odpovídají pojmům či postupům obsaženým v Zákoně, jsou použity pouze z důvodu dodržení zásad uvedených v § 6 Zákona, a dále z důvodu zachování jednotné terminologie při zadávání veřejných zakázek, a v žádném případě je nelze vykládat jako úmysl zadavatele podřídít kteroukoli z částí zadávacího řízení postupu dle Zákona.

- b. Zadavatel si vyhrazuje právo nehodnotit žádnou z předložených nabídek a zadávání veřejné zakázky kdykoliv zrušit. Zadavatel není povinen sdělovat důvody takového rozhodnutí.
- c. Zadavatel si vyhrazuje právo v průběhu výběrového řízení, změnit, upřesnit nebo doplnit podmínky výběrového řízení a to všem účastníkům výběrového řízení shodně.
- d. Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit si informace poskytnuté účastníkem u třetích osob a účastník je povinen mu v tomto ohledu poskytnout veškerou potřebnou součinnost.
- e. Účastníci mohou požadovat dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Žádost musí být učiněna písemně prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 3 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.
- f. Upozorňujeme, že dodatečně zveřejňované informace na profilu zadavatele v elektronickém prostředí E-ZAK nebudou dodavatelům automaticky zasílány. Z tohoto důvodu je nutno průběžně sledovat obsah Zadávací dokumentace veřejné zakázky a sekci Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace.
- g. Nabídka nesplňující podmínky zadavatele nebude hodnocena.
- h. Účastník je oprávněn podat pouze jednu nabídku, a to v českém jazyce.
- i. Variantní nabídku zadavatel nepřipouští.
- j. Ukončením výběrového řízení a oznámením výsledků soutěže nevznikne automaticky smluvní vztah.
- k. Zadavatel si vyhrazuje právo vyloučit účastníka zadávacího řízení pro nezpůsobilost, pokud se prokáže, že se účastník ZŘ dopustil v posledních 3 letech od zahájení zadávacího řízení závažných nebo dlouhodobých pochybení při plnění dřívějšího smluvního vztahu se zadavatelem zadávané veřejné zakázky, nebo s jiným veřejným zadavatelem, která vedla ke vzniku škody, předčasnému ukončení smluvního vztahu nebo jiným srovnatelným sankcím.
- l. Zadavatel nepožaduje předložení vzorků, ale vyhrazuje si právo v průběhu hodnocení nabídek požádat o předložení předmětu nabídky za účelem ověření deklarovaných technických parametrů. Účastník je povinen předložit předmět nabídky nejpozději do 5 pracovních dnů od obdržení žádosti.

Ing. Norbert Schellong, MPH v. r.
ředitel