



**Vysvětlení, změna či doplnění zadávací dokumentace č. 1 a č. 2
k Veřejné zakázce**

Zadavatel: Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace
Se sídlem: Olomoucká 470/86, Předměstí, 746 01 Opava
IČO: 47813750
Zastoupena: Ing. Karem Siebertem, MBA, ředitelem

Veřejná zakázka:

**„Dodávka flexibilního ureterorenoskopu pro
urologickou ambulanci,“**

Číslo spisu: **SNO/Otr/2020/01/flexibilní ureterorenoskop-UROL**

Číslo zakázky: **P20V00000002**

(dále také „VZ“)

Na základě požadavku účastníka ZŘ poskytuje zadavatel k výše uvedené Veřejné zakázce tyto informace k zadávací dokumentaci.

DOTAZ č. 1

Zadavatel uvádí v Zadávací dokumentaci čl. 3. Vymezení předmětu veřejné zakázky - následující základní požadavky:

Kompatibilní s kamerovým systémem, zdrojem světla a nástroji značky Olympus.

Dotaz: Bude zadavatel požadovat vestavěný moiré filtr v nabízeném endoskopu, který je nutný pro dosažení kompatibility se stávajícím kamerovým systémem?

ODPOVĚď č. 1

ANO, zadavatel bude požadovat moiré filtr.

DOTAZ č. 2

Zadavatel uvádí v Zadávací dokumentaci čl. 3. Vymezení předmětu veřejné zakázky – následující základní požadavky:

Hloubka pole 2-50 mm a zároveň minimální rozlišovací vzdálenost 1,5 mm.

Z uvedeného není jasné jakou hodnotu minimální rozlišovací vzdálenosti / hloubky pole zadavatel požaduje.

Dotaz: Bude zadavatel akceptovat dodávku flexibilního ureterorenoskopu s minimální rozlišovací vzdáleností 2 mm a hloubkou pole 2 – 50 mm?

ODPOVĚď č. 2

ANO, zadavatel bude akceptovat dodávku flexibilního ureterorenoskopu s minimální rozlišovací vzdáleností 2 mm a hloubkou pole 2 – 50 mm.

V Opavě dne **15 -01- 2020**

Mgr. Hana Hozová
naměstkyň ředitele
pro ošetrovatelskou péči
V době nepřítomnosti ředitele SNO
pověřena jeho zastupováním.

Ing. Karel Siebert, MBA
ředitel



Slezská nemocnice
v Opavě 1
příspěvková organizace
Olomoucká 470/86
Předměstí, 746 01 Opava
IČO 47 81 37 50