



Vysvětlení, změna či doplnění zadávací dokumentace č. 1

Zadavatel: Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace

Se sídlem: I.P. Pavlova 552/9, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov

IČO: 00844641

Zastoupena: MUDr. Ladislavem Václavcem, MBA, ředitelem

Veřejná zakázka:

„Dodávka 3 ks mycího a desinfekčního automatu pro neurologické a chirurgické oddělení,“

Číslo spisu: **SZZ/Otr/2020/02/3 ks myček podl.mís-NEU+CHIR**

Číslo zakázky: **P20V00000030**

(dále také „VZ“)

Na základě požadavku účastníka ZŘ poskytuje zadavatel k výše uvedené Veřejné zakázce tyto informace k zadávací dokumentaci.

DOTAZ č. 1

Zadavatel v zadávací dokumentaci v oddíle 3. VYMEZENÍ PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY – ZÁKLADNÍ POŽADAVKY – Minimální technické požadavky, požaduje - rotační rameno. Je tím myšleno tlakové mytí v komoře pomocí rotačního ramene?

Pro dokonalé umytí všech částí a prostor nabízíme tlakové mytí v komoře pomocí sedmi rotačních trysek. Souhlasí zadavatel s rotačními tryskami?

ODPOVĚď č. 1

Ano, zadavatel akceptuje požadované technické řešení.

V Krnově dne **18. 02. 2020**
.....

MUDr. Ladislav Václavec, MBA
ředitel