



Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace

Dělnická 1132/24, Havířov, PSČ 736 01, IČ 00844896

Akreditovaná nemocnice

Výzva k podání nabídek

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

(dále jen „Oznámení“)

Veřejná zakázka malého rozsahu

realizovaná v souladu s ŘD 1/46/2016 – 3. REVIZE „Veřejné zakázky“, která upravuje zásady a postupy při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „Zákon“).

„Pořízení zdravotnických přístrojů – nová telemetrie a kardiokardiograf“

I.	Zadavatel:	příspěvková organizace
	Název:	Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace
	Sídlo:	Dělnická 1132/24, 736 01 Havířov
	IČ zadavatele:	008 44 896
	Oprávněná osoba za zadavatele:	Ing. Norbert Schellong, MPH – ředitel
	Kontaktní osoba zadavatele:	Ing. Pavel Švarc manažer investic a veřejných zakázek
	Telefon:	596 491 442
	E-mail:	pavel.svarc@nsphav.cz
II.	Druh veřejné zakázky:	Dodávka
	Předmět veřejné zakázky:	Dodávka, instalace, předvedení a zaškolení personálu nové telemetrie a nového kardiokardiografu
	Číselné označení zakázky:	P20V00000089
	Zadávací dokumentace:	Příloha č. 1 Oznámení Související přílohy: Čestné prohlášení – Příloha č. 2 Oznámení Seznam významných dodávek – Příloha č. 3 Oznámení Obchodní podmínky – Příloha č. 4 Oznámení Krycí list – Příloha č. 5 Oznámení
III.	Lhůta pro podání nabídek:	17.4.2020, 08:00 hod.
	Místo pro podání nabídek:	https://msk.ezak.cz/profile_display_4.html
IV.	Údaje o hodnotících kritériích:	Ekonomická výhodnost nabídky, hodnocena dle nejnižší nabídkové ceny: Nejnižší nabídková cena – váha 100% Hodnocena bude cena vč. DPH

Veškeré další relevantní informace a požadavky zadavatele jsou součástí dokumentů zveřejněných na profilu zadavatele, dle bodu III.

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
veřejné zakázky
„Pořízení zdravotnických přístrojů – telemetrie a kardiokardiograf“

1. Zadavatel

Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace
Dělnická 1132/24, 736 01 Havířov
IČ: 00844896, DIČ CZ00844896
zastoupený Ing. Norbertem Schellongem, MPH, ředitelem

2. Druh a předmět veřejné zakázky

Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku ve smyslu Zákona.

Předmětem zakázky je dodání, instalace, předvedení a zaškolení personálu ohledně užívání nové telemetrie a nového kardiokardiografu pro potřeby porodního sálu v NsP Havířov, příspěvkové organizace.

Předmětné vybavení musí splňovat zadavatelem požadovanou technickou specifikaci.

Technická specifikace zařízení:

A: Kardiokardiograf 1ks

- 1) Lehký a kompaktní antepartální fetální monitor
- 2) 6,5" LCD displej s dotykovým ovládáním – možnost polohování
- 3) Ovládání a software včetně popisů ovládacích tlačítek v českém jazyce
- 4) Snímání srdeční frekvence plodu – US sonda – 1ks
- 5) Monitorování děložních stahů – TOCO sonda – 1ks
- 6) Snímání pulzu matky z TOCO sondy v rozsahu 40-240 tepů za minutu, bez nutnosti monitorování dalších parametrů vitálních funkcí matky. Zároveň nesmí dojít ke snížení komfortu rodičky např. nalepením EKG svodů na její hrudník
- 7) Softwarové vybavení pro snímání dvojčat v základu – aktivace připojením druhé US sondy
- 8) Rozsah měření srdeční frekvence plodu US sondou od 50-240 tepů za minutu
- 9) Automatická detekce pohybu plodů
- 10) Křížová kontrola kanálů mezi plody a mezi matkou a plody
- 11) Lehké a kompaktní voděodolné sondy vybavené identifikátorem sloužícím k určení, která sonda přenáší kterou srdeční frekvenci
- 12) Možnost zadání patientských dat, možnost vkládání předem definovaných poznámek do záznamu
- 13) Nastavitelné alarmy měřených parametrů včetně hlasitosti
- 14) Regulovatelná hlasitost ozev tepové frekvence plodu
- 15) Zapisovač – tisk záznamu na termopapír, nastavitelná rychlost (1, 2, 3 cm/min.), nastavitelný časovač – záznamu
- 16) Zápis do paměti – možnost dotisku v případě nedostatku papíru
- 17) Hmotnost do 6 kg
- 18) Možnost připojení do centrálního monitorovacího systému
- 19) NIBP

B: Bezdrátový monitorovací systém - telemetrie

- 1) Bezdrátová monitorovací jednotka je připojena ke kardiokardiografu
- 2) Monitorování srdeční frekvence plodu a pohyby plodu US sondou – 2x US sonda

- 3) Monitorování děložní aktivity a pulzu matky TOCO sondou v rozsahu 40-240 tepů/min bez nutnosti monitorování dalších parametrů vitálních funkcí matky. Zároveň nesmí dojít ke snížení komfortu rodičky např. nalepením EKG svodů na její hrudník
- 4) Voděodolné bezdrátové fetální sondy – možnost monitorování pod vodou
- 5) LED ukazatel na sondě indikuje stav baterie, stav připojení sondy k základní stanici
- 6) Kapacita baterie v sondách - min. 8 hodin monitorování
- 7) Základní stanice slouží i jako dobíjecí stanice pro sondy
- 8) Doba nabíjení sond z úplného vybití méně než 3 hodiny
- 9) Indikátor vybití baterie – upozorní 30 minut před vybitím baterie
- 10) Identifikace sondy prostřednictvím základní stanice
- 11) Napájení základní stanice prostřednictvím připojeného kardiokardografu
- 12) Propojení základní stanice se sondami – možnost komunikace prostřednictvím audio upozornění
- 13) Dosah signálu až 100m v závislosti na uspořádání prostoru
- 14) Vozík se dvěma zásuvkami
- 15) Držák na telemetrii.

C: Požadavek na kompatibilitu bezdrátové monitorovací jednotky (telemetrie) se stávajícími kardiokardografy Avalon FM 20, FM 30 a FM 40, které jsou v majetku nemocnice.

Zadavatel v případech, kdy u parametrů v technické specifikaci není stanoven min./max. rozsah, připouští použít pro splnění parametru obecné pravidlo odchylky +/- 10% od zadaných parametrů. Musí však být dosaženo naplnění požadovaných medicínských výkonů.

Zadavatel dále požaduje:

Součástí dodávky je doprava na určené pracoviště, instalace, zprovoznění a zaškolení personálu v obsluze dle návodu na použití. _

Součástí zakázky je i bezplatné provádění servisu a revizí přístrojů dle platných právních předpisů, norem a návodu výrobce po celou dobu záruční lhůty.

Délka záruční doby min. 36 měsíců.

Dodavatel uvede podrobnou technickou specifikaci vč. fotografie nabízeného zboží, jeho součástí, příslušenství a požadovaného vybavení v Příloze č. 1, Obchodních podmínek (Kupní smlouvy), která bude podepsaná oprávněnou osobou.

V rámci své nabídky dodavatel přiloží doklad prokazující shodu (ES prohlášení o shodě, označení shody CE), požadovaného, resp. dodavatelem nabízeného zboží, vydaný příslušným orgánem, a to v původním jazyce a českém jazyce, překlad nemusí být úředně ověřen.

Předmětem veřejné zakázky je rovněž předvedení funkčnosti nabízeného zboží a seznámení zaměstnanců kupujícího s obsluhou tak, aby jej byli schopni řádně užívat, dále dodání veškerých návodů k použití a údržbě dodávaného zboží v českém jazyce, technická dokumentace v českém jazyce a uživatelské dokumentace v českém jazyce.

Seznam poddodavatelů:

V případě, že veřejná zakázka bude plněna prostřednictvím třetí osoby, požaduje zadavatel tuto skutečnost uvést v nabídce a identifikovat tyto třetí osoby (účastník ZŘ je povinen u poddodavatele uvést jeho identifikační údaje, přiložit písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky a dokumenty poddodavatele k prokázání základní a profesní způsobilosti). Účastník ZŘ odpovídá v plném rozsahu za veškerou součinnost poddodavatelů. Změna poddodavatele v průběhu VZ je možná po předchozím písemném souhlasu zadavatele. Pokud účastník ZŘ nepřiloží seznam poddodavatelů, má se za to, že bude VZ realizovat pouze s využitím vlastních kapacit.

3. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

400 000,- Kč bez DPH.

4. Lhůta a místo pro podání nabídek

Nabídku v rozsahu dle zadávací dokumentace odešlete **prostřednictvím elektronického tržiště zadavatele (v prostředí elektronického nástroje E-ZAK)** v termínu do 17.4.2020 do 08:00 hodin.

Nabídky doručené zadavateli po uplynutí stanovené lhůty nebudou hodnoceny.

Jiná forma podání nabídky, než prostřednictvím nástroje E-ZAK, není přípustná.

5. Požadavky na prokázání splnění kvalifikace

5.1. **Základní způsobilost** splňuje dodavatel, který doloží bezdlužnost a trestní bezúhonnost formou čestného prohlášení statutárního zástupce nebo podnikatele – fyzické osoby (Příloha č. 2 Oznámení).

5.2. **Profesní způsobilost** splňuje dodavatel, který předloží v kopii:

- a) výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán,
- b) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím celému předmětu zakázky, oprávnění k podnikání může být nahrazeno výpisem z živnostenského rejstříku.

Účastník je oprávněn pro prokázání splnění profesní způsobilosti předložit **výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů**, pokud je v něm zapsán. Doklady prokazující profesní způsobilost musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení.

5.3. Technická kvalifikace

K prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů dodavatele pro plnění předmětné zakázky zadavatel požaduje Seznam min. 3 významných dodávek o stejných nebo kvalitativně vyšších parametrech a stejné nebo vyšší kapacitě ve srovnání s poptávanými přístroji, za roky 2015-2019 ve finančním objemu min. 170 000 Kč bez DPH u každé samostatně (Příloha č. 3)

6. Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny

Dodavatel je povinen nabídkovou cenu uvést v Obchodních podmínkách (Příloha č. 4 Oznámení) a v Krycím listu (Příloha č. 5 Oznámení). V Krycím listu uvede všechny požadované údaje nutné pro provedení hodnocení. **Nabídková cena bude uvedena v totožné výši jak na Krycím listu, tak i v Obchodních podmínkách. Jakýkoliv rozpor v cenových údajích v nabídce zjištěný při otevírání obálek s nabídkami nebo při posuzování a hodnocení nabídek je nesplněním této zadávací podmínky, která může vést až k vyřazení nabídky.**

Celková nabídková cena musí zahrnovat veškeré náklady účastníka na splnění celého předmětu plnění specifikovaného zadávací dokumentací, zejména veškeré náklady spojené s jeho dodáním, uvedením do provozu a přezkoušením jeho řádné funkčnosti včetně odstranění veškerých rizik a vlivů, prováděním servisu a revizí po celou dobu záruční lhůty, odvodů daní, cla a jakékoliv další výdaje spojené s realizací předmětu plnění.

Cena je cenou nejvýše přípustnou a nelze ji překročit. Zadavatel připouští překročení (resp. snížení) nabídkové ceny v případě změny sazby DPH týkající se předmětu zakázky.

7. Hodnotící kritéria

Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je ekonomická výhodnost nabídky, hodnocena dle nejnižší nabídkové ceny:

Nejnižší nabídková cena

100 %

U tohoto kritéria dodavatelé uvedou kupní cenu, včetně všeho požadovaného včetně příslušenství. V této ceně musí být započítána dodávka zboží na konkrétní pracoviště, instalace, zprovoznění, předvedení funkčnosti,

cestovní náklady, proškolení zaměstnanců z obsluhy a údržby a jiné.

Nejvíce bodů získá nabídka s nejnižší hodnotou. Vzorec pro výpočet:

$$\text{Bodová hodnota} = 100 * \text{Hodnota nejvhodnější nabídky} / \text{Hodnota posuzované nabídky}$$

Zadavatel provede seřazení nabídek dle jejich bodového ohodnocení.

Hodnocena bude cena vč. DPH.

Jako nejvýhodnější bude vybrána nabídka s nejnižší cenovou nabídkou.

Zadavatel si vyhrazuje právo nejdříve nabídky hodnotit a až poté posoudit nabídku vybraného dodavatele.

8. Zadávací lhůta

Do 31.5.2020.

Zadávací lhůta se prodlužuje účastníkům, s nimiž může zadavatel uzavřít smlouvu (tj. s účastníkem, který se umístil jako druhý nebo třetí v pořadí) až do doby uzavření smlouvy nebo zrušení zadávacího řízení. Účastníci jsou povinni na vyzvání poskytnout zadavateli součinnost potřebnou k uzavření smlouvy na zakázku v maximální délce 5 pracovních dnů ode dne doručení výzvy k uzavření smlouvy.

9. Termín a místo plnění, prohlídka místa plnění

Místem plnění je Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace, Dělnická 1132/24, Město, 736 01 Havířov – oddělení porodní sál.

Požadovaný termín splnění je do 30 kalendářních dnů od nabytí účinnosti smlouvy.

10. Platební podmínky

Zálohy na platby nebudou sjednány.

Lhůta splatnosti faktury je stanovena na 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení objednateli.

11. Kontaktní osoba zadavatele

Ing. Pavel Švarc, manažer investic a veřejných zakázek tel. 596 491 442, e-mail: pavel.svarc@nsphav.cz.

Zadavatel zároveň upozorňuje, že v rámci této veřejné zakázky má v úmyslu adresovat korespondenci zájemcům, resp. účastníkům, zejména prostřednictvím komunikačního kanálu el. nástroje E-ZAK.

12. Obsah a forma nabídky

Zadavatel pro plnění předmětné zakázky stanovuje Obchodní podmínky, formou kupní smlouvy, které jsou Přílohou č. 4 Oznámení. Dodavatel je povinen obchodní podmínky akceptovat. Zadavatel jejich změnu neumožňuje. Účastník obchodní podmínky vyplněné (viz žlutě podbarvené části) vč. přílohy a podepsané oprávněnou osobou přiloží do nabídky.

Nabídka bude obsahovat vyplněné a podepsané:

- a) Čestné prohlášení (Příloha č. 2)
- b) Seznam významných dodávek (Příloha č. 3)
- c) Obchodní podmínky (Příloha č. 4) ve formátu **pdf** a rovněž **doc**
- d) Krycí list nabídky (Příloha č. 5)

Zadavatel dále požaduje:

- a) doplněná technická specifikace vč. podrobné specifikace a fotografie nabízeného zboží a příslušenství (Příloha č. 1 Obchodních podmínek) ve formátu **pdf** a rovněž **doc**
- b) cenová nabídka (Příloha č. 2 Obchodních podmínek) ve formátu **pdf** a rovněž **doc**
- c) prohlášení o shodě (v původním jazyce a jazyce českém)
- d) seznam poddodavatelů (má-li smysl)

- e) doklad o odborné způsobilosti (Oznámení o splnění ohlašovací povinnosti ve vztahu ke své činnosti či povinnost notifikace zdravotnického prostředku – Sdělení SÚKL – dle zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích, v platném znění
- f) doklad o oprávnění k provádění servisu – souhlas či pověření výrobce k provádění servisu, údržby kontrol zařízení a systému specifikovaného v této zadávací dokumentaci a nabízeného v ČR

Dokumenty dle bodu 5 této Zadávací dokumentace.

Všechny stránky nabídky budou očíslovány vzestupnou řadou. Zadavatel požaduje, aby nabídka obsahovala údaje o obsahu nabídky s uvedením čísel stran kapitol nabídky vč. uvedení celkového počtu listů nabídky.

13. Informace o elektronickém nástroji E-ZAK

Podrobné instrukce elektronického nástroje E-ZAK naleznete v uživatelské příručce pro dodavatele, pod odkazem: <https://skoleni.ezak.cz/data/manual/EZAK-Manual-Dodavatele.pdf> Systémové požadavky na PC pro podání nabídek v aplikaci E-ZAK najdete na adrese <http://www.ezak.cz/faq/pozadavky-na-system>.

14. Další informace a údaje

- a. Zakázka je realizovaná v souladu s § 31 Zákona v režimu výběrového řízení, na něž se nevztahují kogentní ustanovení Zákona, vyjma zásad uvedených v § 6 Zákona. Pojmy či postupy použité v rámci tohoto zadávacího řízení, které odpovídají pojmům či postupům obsaženým v Zákoně, jsou použity pouze z důvodu dodržení zásad uvedených v § 6 Zákona, a dále z důvodu zachování jednotné terminologie při zadávání veřejných zakázek, a v žádném případě je nelze vykládat jako úmysl zadavatele podřítit kteroukoli z částí zadávacího řízení postupu dle Zákona.
- b. Zadavatel si vyhrazuje právo podepsat smlouvu s vítězným účastníkem až po obdržení rozhodnutí o poskytnutí finančních prostředků zřizovatelem.
- c. Zadavatel si vyhrazuje právo nehodnotit žádnou z předložených nabídek a zadávání veřejné zakázky kdykoliv zrušit. Zadavatel není povinen sdělovat důvody takového rozhodnutí.
- d. Zadavatel si vyhrazuje právo v průběhu výběrového řízení, změnit, upřesnit nebo doplnit podmínky výběrového řízení a to všem účastníkům výběrového řízení shodně.
- e. Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit si informace poskytnuté účastníkem u třetích osob a účastník je povinen mu v tomto ohledu poskytnout veškerou potřebnou součinnost.
- f. Účastníci mohou požadovat dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Žádost musí být učiněna písemně prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 3 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.
- g. Upozorňujeme, že dodatečně zveřejňované informace na profilu zadavatele v elektronickém prostředí E-ZAK nebudou dodavatelům automaticky zasílány. Z tohoto důvodu je nutno průběžně sledovat obsah Zadávací dokumentace veřejné zakázky a sekci Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace.
- h. Nabídka nesplňující podmínky zadavatele nebude hodnocena.
- i. Účastník je oprávněn podat pouze jednu nabídku, a to v českém jazyce.
- j. Variantní nabídku zadavatel nepřipouští.
- k. Ukončením výběrového řízení a oznámením výsledků soutěže nevznikne automaticky smluvní vztah.
- l. Zadavatel si vyhrazuje právo vyloučit účastníka zadávacího řízení pro nezpůsobilost, pokud se prokáže, že se účastník ZŘ dopustil v posledních 3 letech od zahájení zadávacího řízení závažných nebo dlouhodobých pochybení při plnění dřívějšího smluvního vztahu se zadavatelem zadávané veřejné zakázky, nebo s jiným veřejným zadavatelem, která vedla ke vzniku škody, předčasnému ukončení smluvního vztahu nebo jiným srovnatelným sankcím.
- m. Zadavatel nepožaduje předložení vzorků, ale vyhrazuje si právo v průběhu hodnocení nabídek požádat o předložení předmětu nabídky za účelem ověření deklarovaných technických parametrů. Účastník je povinen předložit předmět nabídky nejpozději do 5 pracovních dnů od

obdržení žádosti.

Ing. Norbert Schellong, MPH v. r.
ředitel