



Vysvětlení, změna či doplnění zadávací dokumentace č. 1

Zadavatel: Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace

Se sídlem: I.P. Pavlova 552/9, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov

IČO: 00844641

Zastoupena: MUDr. Ladislavem Václavcem, MBA, ředitelem

Veřejná zakázka:

„Dodávka celotělového bodypletysmografu s impulsní oscilometrií pro plicní oddělení„

Číslo spisu: **SZZ/Otr/20120/07/bodypletysmograf-TRN**

Číslo zakázky: **P20V00000079**

(dále také „VZ“)

Na základě požadavku účastníka ZŘ poskytuje zadavatel k výše uvedené Veřejné zakázce tyto informace k zadávací dokumentaci.

DOTAZ č. 1

Domníváme se, že u Bronchoprovokační jednotky asi administrativním nedopatřením jste uvedli technické požadavky, které zřejmě patří k Oscilometrii. Žádám o vysvětlení tohoto technického zadání. Pokud tomu tak je – následovně žádáme o doplnění minimálních technických požadavků na Bronchoprovokační jednotku, děkuji.

ODPOVĚď č. 1

Ano, technická specifikace bronchoprovokační jednotky je určená pro oscilometrii. Zadavatel se tímto omlouvá za administrativní chybu.

Bronchoprovokační jednotka má tyto parametry:

- Rozměry max. - v150 mm* š250mm* h250mm
- Maximální tlak min. 7,5 baru
- Nebulizační tlak 2 bary +-10%
- Objem tlakové komory min. 0,5L
- Nebulizační čas/dechu 0,6s +-10%
- Nebuliozační objem/dech (uzavřený ventil) $8 \pm 1\mu\text{g}$
- Nebuliozační objem/dech (otevřený ventil) $14 \pm 2\mu\text{g}$
- Velikost částic 50 % $< 0,8\mu\text{m}$
- Bolusová metoda
- tichá chod
- Vestavěný tlakový senzor
- LCD displej
- Stativ na nebulizátor
- Barevně rozlišené konektory

Současně zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek.

PŮVODNÍ TERMÍN: 22. 4. 2020 09:00 hod.

NOVÝ TERMÍN: 24. 4. 2020 9:00 hod.

V Krnově dne - 7. 04. 2020



MUDr. Ladislav Václavec, MBA
ředitel