



Vysvětlení, změna či doplnění zadávací dokumentace č. 1

dle ustanovení § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném znění

Zadavatel: Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace
Sídlo: Olomoucká 470/86, Předměstí, 764 01 Opava
IČO/DIČ: 47813750 / CZ47813750
Zastoupena: Ing. Karlem Seiebrtem, MBA, ředitelem

Veřejná zakázka:

„Dodávka elektrických nemocničních lůžek a matrací pro lůžková oddělení SN v Opavě“

Část 1 Elektrické polohovací nemocniční lůžko, vč. matrace

Číslo spisu: **SNO/Otr/2020/16/lůžka+matrace-SNO**

Číslo zakázky: P20V00000104

Číslo zakázky: P20V00000105 (Část 1)

Číslo zakázky: P20V00000106 (Část 2)

Na základě požadavku účastníka ZŘ poskytuje zadavatel k výše uvedené Veřejné zakázce tyto informace k zadávací dokumentaci.

DOTAZ č. 1

V příloze č. 4 Minimální technické požadavky k Části 1. je uvedeno:

„Ruční (pacientský) ovladač s integrovanou svítílnou“

Dotaz zní: Může uchazeč nabídnout ruční (pacientský) ovladač bez integrované svítilny?

ODPOVEĎ č. 1

ANO, účastník ZŘ může nabídnout ruční ovladač bez integrované svítilny.

DOTAZ č. 2

V příloze č. 4 Minimální technické požadavky k Části 1. je uvedeno:

„Sesterský ovládací panel“

Zároveň nikde v technické specifikaci nejsou uvedeny požadavky na funkce jako je např. trendelenburgova poloha, poloha kardiackého křesla, resuscitační poloha, které jsou běžně ze sesterského panelu ovládány. Funkce jako je výškové nastavení lůžka, polohování zádového a nožního dílu jsou dostupné i z ručního (pacientského) ovladače.

Dotaz zní: Bude zadavatel po všech uchazečích požadovat funkce jako elektricky ovládaný trendelenburg, kardiacké křeslo, resuscitační polohu? Pokud toto zadavatel nepožaduje, může uchazeč nabídnout lůžko jen s ručním ovladačem, který splňuje možnost ovládání základních poloh jako je výškové nastavení, polohování zádového a nožního dílu ložné plochy a zámek proti nechtěnému polohování?

ODPOVEĎ č. 2

NE, Zadavatel nepožaduje funkce „elektricky ovládaný trendelenburg, kardiacké křeslo, resuscitační polohu“. Proto může účastník ZŘ nabídnout lůžko jen s ručním ovladačem.

Vzhledem k výše uvedeným změnám technické specifikace, jež souvisí se změnou technické specifikace, prodlužuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek Části 1: Dodávka elektrických nemocničních lůžek a matrací pro lůžková oddělení SN v Opavě - Část 1 Elektrické polohovací nemocniční lůžko, vč. matrace.

Současně zveřejňuje na profilu zadavatele upravenou Přílohu č. 4 Minimální technické požadavky k Části 1.

PŮVODNÍ TERMÍN: 12. 5. 2020 10:00 hod.

NOVÝ TERMÍN: 14. 5. 2020 10:00 hod.

V Opavě

Ing. Karel Siebert, MBA
ředitel