



Vysvětlení, změna či doplnění zadávací dokumentace č. 1

Zadavatel: Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace

Se sídlem: I.P. Pavlova 552/9, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov

IČO: 00844641

Zastoupena: MUDr. Ladislavem Václavcem, MBA, ředitelem

Veřejná zakázka:

„Dodávka zdravotnické techniky pro apalickou jednotku“

Číslo spisu: **SZZ/Otr/2020/14/zdravotnická technika-apalická jednotka**

Číslo zakázky: **P20V00000162**

(dále také „VZ“)

Na základě požadavku účastníka ZŘ poskytuje zadavatel k výše uvedené Veřejné zakázce tyto informace k zadávací dokumentaci.

DOTAZ č. 1

Zadavatel uvádí v příloze č. 7 Minimální technické požadavky v bodě b. Odsávačka elektrická, parametr - hlučnost max. 40 dB, plynule nastavitelný podtlak min. 0-90 kPa.

- Ptáme se, zda-li zadavatel bude akceptovat u elektrické odsávačky maximální hlučnost 58,6 dB? Ostatní technické parametry Odsávačky elektrické splňujeme v plném rozsahu.

ODPOVĚď č. 1

NE, zadavatel trvá na požadované hlučnosti max. 40 dB. Jedná se o jeden z nejdůležitějších parametrů pro komfort pacienta a personálu.

DOTAZ č. 2

Zadavatel uvádí v příloze č. 7 Minimální technické požadavky v bodě d. nebulizátor ultrazvukový, parametr - tryskový tepelný nebulizátor pro pacienty s tracheostomií trvale upoutané na lůžko.

- zadavatel požaduje dle technické specifikace *Tryskový tepelný nebulizátor*, ale položka je nazvána jako *Nebulizátor ultrazvukový*.

Chápeme správně, že došlo k administrativní chybě v názvu položky a zadavatel požaduje Tryskový tepelný nebulizátor, který odpovídá požadované technické specifikaci

ODPOVĚď č. 2

Zadavatel umožní nabídnout přístroje, které pracují oběma principy, pokud budou určeny pro daný účel, tedy pro pacienty s tracheostomií trvale upoutané na lůžko.

Vzhledem k výše uvedeným dotazům, prodlužuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek.

PŮVODNÍ TERMÍN: 21. 7. 2020 10:00 hodin

NOVÝ TERMÍN: 24. 7. 2020 10:30 hodin.

V Krnově

MUDr. Ladislav Václavec, MBA
ředitel