



Vysvětlení, změna či doplnění zadávací dokumentace č. 2

Zadavatel: Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace
Se sídlem: I.P. Pavlova 552/9, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov
IČO: 00844641
Zastoupena: MUDr. Ladislavem Václavcem, MBA, ředitelem

Veřejná zakázka:

„Dodávka zdravotnické techniky pro apalickou jednotku“

Číslo spisu: **SZZ/Otr/2020/14/zdravotnická technika-apalická jednotka**

Číslo zakázky: **P20V00000162**

(dále také „VZ“)

Na základě požadavku účastníka ZŘ poskytuje zadavatel k výše uvedené Veřejné zakázce tyto informace k zadávací dokumentaci.

DOTAZ č. 1

Zadavatel uvádí v příloze č. 7 Minimální technické požadavky v bodě k. Chladicí skříň na léky, parametr - provozní teplota nastavitelná v rozmezí min. 0-8°C.

- Ptáme se, proč zadavatel požaduje nastavitelnou teplotu v rozmezí 0-8 °C? Chladicí skříň pro skladování léčiv pro profesionální použití se řídí normou DIN 58345, která udává, že teplota léčiv v chladicí skříni nemůže klesnout pod 2 °C.

Bude zadavatel akceptovat chladicí skříň na léky, která má nastavitelnou teplotu od 2 °C?

ODPOVĚď č. 1

Ano, zadavatel akceptuje teplotu nastavitelnou od 2°C.

V Krnově dne

MUDr. Ladislav Václavec, MBA
ředitel