



Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace
Dělnická 1132/24, Havířov, PSČ 736 01, IČ 00844896
Akreditovaná nemocnice

Výzva k podání nabídek
OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ
(dále jen „Oznámení“)

Veřejná zakázka malého rozsahu

realizovaná v souladu s ŘD 1/46/2016 – 3. REVIZE „Veřejné zakázky“, která upravuje zásady a postupy při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „Zákon“).

„Pořízení zdravotnických přístrojů – Ultrazvukový přístroj pro ARIM“

I.	Zadavatel:	příspěvková organizace
	Název:	Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace
	Sídlo:	Dělnická 1132/24, 736 01 Havířov
	IČ zadavatele:	008 44 896
	Oprávněná osoba za zadavatele:	Ing. Norbert Schellong, MPH – ředitel
	Kontaktní osoba zadavatele:	Ing. Pavel Švarc manažer investic a veřejných zakázek
	Telefon:	596 491 442
	E-mail:	pavel.svarc@nspHAV.cz
II.	Druh veřejné zakázky:	Dodávka
	Předmět veřejné zakázky:	Dodávka, instalace, předvedení a zaškolení personálu nového ultrazvukového přístroje pro ARIM
	Číselné označení zakázky:	P20V00000182
	Zadávací dokumentace:	Příloha č. 1 Oznámení <u>Související přílohy:</u> Čestné prohlášení – Příloha č. 2 Oznámení Seznam významných dodávek – Příloha č. 3 Oznámení Obchodní podmínky – Příloha č. 4 Oznámení Krycí list – Příloha č. 5 Oznámení
III.	Lhůta pro podání nabídek:	03.08.2020, 10:00 hod.
	Místo pro podání nabídek:	https://msk.ezak.cz/profile_display_4.html
IV.	Údaje o hodnotících kritériích:	Ekonomická výhodnost nabídky, hodnocena dle kritérií: Nabídková cena – váha 100% Hodnoceny budou ceny vč. DPH

Veškeré další relevantní informace a požadavky zadavatele jsou součástí dokumentů zveřejněných na profilu zadavatele, dle bodu III.

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
veřejné zakázky
„Pořízení zdravotnických přístrojů – Ultrazvukový přístroj pro ARIM“

1. Zadavatel

Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace
Dělnická 1132/24, 736 01 Havířov
IČ: 00844896, DIČ CZ00844896
zastoupený Ing. Norbertem Schellongem, MPH, ředitelem

2. Druh a předmět veřejné zakázky

Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku ve smyslu Zákona.

Předmětem zakázky je dodání, instalace, předvedení a zaškolení personálu ohledně užívání nového ultrazvukového přístroje pro potřeby oddělení ARIM v NsP Havířov, příspěvkové organizace.

Předmětné vybavení musí splňovat zadavatelem požadovanou technickou specifikaci.

Technická specifikace zařízení:

Základní vlastnosti systému:

- 1) celotělový digitální ultrazvukový systém pro použití v urgentní medicíně a intenzivní péči
- 2) maximálně mobilní ultrazvukový systém umístěný na stojanu vč. brzd
- 3) hmotnost systému včetně baterie maximálně 63 kg
- 4) maximální rozměry stojanu 50 x 55 cm
- 5) start systému do plné funkce maximálně 80 s
- 6) start systému do plné funkce ze Standby módu maximálně 7 s
- 7) ovládání přístroje přes multidotykový ovládací panel umístěný na všesměrovém rameni o velikosti min. 19"
- 8) multidotykový ovládací panel umístěný na všesměrovém rameni o velikosti min. 19"
- 9) multidotykový ovládací panel o velikosti minimálně 19"
- 10) sterilizovatelný ovládací panel
- 11) při použití na operačním sále nebo provádění intervenčních procedur možnost instalace sterilní fólie na ovládací panel
- 12) intuitivní multidotykové ovládání přístroje
- 13) možnost práce z integrované baterie nebo z elektrické sítě
- 14) plná práce systému na integrované baterii minimálně 4 hod.
- 15) snadno dostupný indikátor nabití baterie zobrazující zbývající čas skenování
- 16) dotykové nastavení TGC křivky pomocí minimálně osmi ovladačů
- 17) možnost výměny sond za provozu
- 18) současné připojení minimálně 4 ultrazvukových sond
- 19) sondy umístěné ergonomicky na horní hraně ovládacího panelu,
- 20) sondy lehce přístupné, zabraňující přejetí kabelů přístrojem
- 21) minimální vstupy/výstupy: 3 x USB 3.0, LAN, HDMI

Základní funkce systému:

- 22) uživatelsky jednoduše vytvářená a modifikovatelná vlastní přednastavení (presety)
- 23) automatická optimalizace obrazu pro B-mód, PW a CW Doppler
- 24) archivace patientských dat na interní SSD HDD
- 25) interní SSD HDD s kapacitou minimálně 120 GB
- 26) interní integrovaná patientská databáze s možností vyhledávání, ukládání obrázků a smyček do této patientské databáze
- 27) funkce zvětšení (ZOOM) plynule ovladatelná dotykovým gestem, posun zvětšené oblasti v živém i zamraženém obraze, možnost celkového náhledu na scanovanou oblast
- 28) možnost snadného exportu dat do standardních formátů (AVI, JPEG, apod.)

- 29) interní paměťová smyčka pro více jak 120 s vyšetření
- 30) maximálně jednoduchá obsluha pomocí multidotykového panelu
- 31) možnost exportu dat na libovolné externí zařízení typu USB (flash disk, HDD)
- 32) možnost zvětšit diagnostický obraz na celý monitor
- 33) nastavitelná hloubka zobrazení až 36 cm

Kalkulace:

- 34) standardní výpočty, měření vzdáleností, ploch a úhlů
- 35) automatické on-line i off-line trasování dopplerovské křivky s modifikovatelnými výpočty, min. hodnot S , D , S/D , D/S , PI , RI , HR
- 36) kompletní výpočty pro gynekologii a porodnictví, min. GS , CRL , BPD , HC , AC , FL , EFW
- 37) programovatelné vlastní kalkulačky a nastavení menu pro výpočty
- 38) standardní výpočty, měření vzdáleností, ploch a úhlů pro RDG, měkké tkáně a muskuloskeletální aplikace
- 39) plně automatický výpočet VTI (velocity time integral) a SV (stroke volume), po zadání velikosti LVOT (left ventricular outflow tract) dále automatický výpočet CO (cardiac output)
- 40) záznam trendu vývoje VTI (velocity time integral) automaticky do grafu
- 41) plně automatické měření a vyhodnocení kolapsibility dolní duté žíly (IVC - vena cava inferior) možné pro ventilovaného i neventilovaného pacienta
- 42) plně automatické vyhodnocení počtu B-linií na plicní tkáni s možností záznamu vyšetření v jednotlivých sektorech hrudníku do uživatelem zvoleného protokolu měření
- 43) integrovaný standardizovaný eFAST protokol pro rychlé zhodnocení akutního stavu pacienta s možností záznamu vyšetření do přehledného protokolu

Zobrazovací módy:

- 44) velmi kvalitní B-mód s automatickou optimalizací obrazu
- 45) M-mód, barevný M-mód, anatomický M-mód
- 46) barevný směrový rychlostní Doppler
- 47) citlivý výkonový (energetický, angio) Doppler
- 48) spektrální PW a CW Doppler s automatickou optimalizací spektra
- 49) harmonické zobrazení na všech sondách
- 50) nastavitelné zobrazení redukující ultrazvukové spekle ve více jak dvou krocích
- 51) nastavitelné compaundní zobrazení (zobrazení z více úhlů) ve více jak dvou krocích
- 52) funkce pro zvýraznění intervenčního nástroje (jehly) ve 2D obraze
- 53) tkáňový Doppler (TDI)

Sondy:

- 54) lineární multifrekvenční sonda, minimálně 4 – 12 MHz, šířka aktivního pole maximálně 40 mm, minimálně 192 krystalů ve snímači, vyznačené značky středu a osy sondy pro snadné provádění intervenčních zákroků, sonda s ovládacími prvky na hlavici sondy (tlačítka jsou určena pro ovládání funkcí přístroje, volba těchto funkcí v menu přístroje, minimálně: změna hloubky, gainu, aktivace zobrazovacích módů, freeze),
- 55) konvexní multifrekvenční sonda, minimálně 1,5 - 6 MHz, minimálně 192 krystalů ve snímači
- 56) sektorová multifrekvenční kardiologická sonda, minimálně 1,6 – 4,5 MHz s technologií polarizovaných krystalů
- 57) podpora dalších typů sond minimálně: mikrokonvexní, endokavitální, jícnová, lineární sonda s programovatelnými tlačítky
- 58) dostupné bioptické kity pro sondy

Možné rozšíření:

- 59) dostupný EKG modul
- 60) dostupná čtečka čárových kódů
- 61) dostupný kompletní DICOM 3.0
- 62) dostupná podpora Wi-Fi přenosu dat - možnost bezdrátového připojení k síti LAN
- 63) dostupný modul pro snadné intervenční zákroky vedené z libovolného směru s prezentací na diagnostickém obraze
- 64) dostupný termoprinter.

Zadavatel v případech, kdy u parametrů v technické specifikaci není stanoven min./max. rozsah, přípouští použití pro splnění parametru obecné pravidlo odchylky +/- 10% od zadaných parametrů. Musí však být dosaženo naplnění požadovaných medicínských výkonů.

Zadavatel dále požaduje:

Součástí dodávky je doprava na určené pracoviště, instalace, zprovoznění a zaškolení personálu v obsluze dle návodu na použití.

Součástí zakázky je i bezplatné provádění servisu a revizí přístrojů dle platných právních předpisů, norem a návodu výrobce po celou dobu záruční lhůty.

Délka záruční doby min. 36 měsíců.

Dodavatel uvede podrobnou technickou specifikaci vč. fotografie nabízeného zboží, jeho součástí, příslušenství a požadovaného vybavení v Příloze č. 1, Obchodních podmínek (Kupní smlouvy), která bude podepsaná oprávněnou osobou.

V rámci své nabídky dodavatel přiloží doklad prokazující shodu (ES prohlášení o shodě, označení shody CE), požadovaného, resp. dodavatelem nabízeného zboží, vydaný příslušným orgánem, a to v původním jazyce a českém jazyce, překlad nemusí být úředně ověřen.

Předmětem veřejné zakázky je rovněž předvedení funkčnosti nabízeného zboží a seznámení zaměstnanců kupujícího s obsluhou tak, aby jej byli schopni řádně užívat, dále dodání veškerých návodů k použití a údržbě dodávaného zboží v českém jazyce, technická dokumentace v českém jazyce a uživatelské dokumentace v českém jazyce.

Seznam poddodavatelů:

V případě, že veřejná zakázka bude plněna prostřednictvím třetí osoby, požaduje zadavatel tuto skutečnost uvést v nabídce a identifikovat tyto třetí osoby (účastník ZŘ je povinen u poddodavatele uvést jeho identifikační údaje, přiložit písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky a dokumenty poddodavatele k prokázání základní a profesní způsobilosti). Účastník ZŘ odpovídá v plném rozsahu za veškerou součinnost poddodavatelů. Změna poddodavatele v průběhu VZ je možná po předchozím písemném souhlasu zadavatele. Pokud účastník ZŘ nepřiloží seznam poddodavatelů, má se za to, že bude VZ realizovat pouze s využitím vlastních kapacit.

3. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

1 200 000,- Kč bez DPH.

4. Lhůta a místo pro podání nabídek

Nabídku v rozsahu dle zadávací dokumentace odešlete **prostřednictvím elektronického tržiště zadavatele (v prostředí elektronického nástroje E-ZAK)** v termínu do 03.08.2020 do 10:00 hodin.

Nabídky doručené zadavateli po uplynutí stanovené lhůty nebudou hodnoceny.

Jiná forma podání nabídky, než prostřednictvím nástroje E-ZAK, není přípustná.

5. Požadavky na prokázání splnění kvalifikace

5.1. Základní způsobilost splňuje dodavatel, který doloží bezdlužnost a trestní bezúhonnost formou čestného prohlášení statutárního zástupce nebo podnikatele – fyzické osoby (Příloha č. 2 Oznámení).

5.2. Profesní způsobilost splňuje dodavatel, který předloží v kopii:

- a) výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán,
- b) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím celému předmětu zakázky, oprávnění k podnikání může být nahrazeno výpisem z živnostenského rejstříku.

Účastník je oprávněn pro prokázání splnění profesní způsobilosti předložit **výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů**, pokud je v něm zapsán. Doklady prokazující profesní způsobilost musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení.

5.3. Technická kvalifikace

K prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů dodavatele pro plnění předmětné zakázky zadavatel požaduje Seznam min. 3 významných dodávek o stejných nebo kvalitativně vyšších parametrech a stejné nebo vyšší kapacitě ve srovnání s poptávaným ultrazvukovým přístrojem za roky 2015-2019 ve finančním objemu min. 600 000 Kč bez DPH u každé samostatně (Příloha č. 3)

6. Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny

Dodavatel je povinen nabídkovou cenu uvést v Obchodních podmínkách (Příloha č. 4 Oznámení) a v Krycím listu (Příloha č. 5 Oznámení). V Krycím listu uvede všechny požadované údaje nutné pro provedení hodnocení. **Nabídková cena bude uvedena v totožné výši jak na Krycím listu, tak i v Obchodních podmínkách.** Jakýkoliv rozpor v cenových údajích v nabídce zjištěný při otevírání obálek s nabídkami nebo při posuzování a hodnocení nabídek je nesplněním této zadávací podmínky, která může vést až k vyřazení nabídky.

Celková nabídková cena musí zahrnovat veškeré náklady účastníka na splnění celého předmětu plnění specifikovaného zadávací dokumentací, zejména veškeré náklady spojené s jeho dodáním, uvedením do provozu a přezkoušením jeho řádné funkčnosti včetně odstranění veškerých rizik a vlivů, prováděním servisu a revizí po celou dobu záruční lhůty, odvodů daní, cla a jakékoliv další výdaje spojené s realizací předmětu plnění.

Cena je cenou nejvýše přípustnou a nelze ji překročit. Zadavatel připouští překročení (resp. snížení) nabídkové ceny v případě změny sazby DPH týkající se předmětu zakázky.

7. Hodnotící kritéria

Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je ekonomická výhodnost nabídky:

Nejnižší nabídková cena

100 %

U tohoto kritéria dodavatelé uvedou kupní cenu, včetně všeho požadovaného včetně příslušenství. V této ceně musí být započítána dodávka zboží na konkrétní pracoviště, instalace, zprovoznění, předvedení funkčnosti, cestovní náklady, proškolení zaměstnanců z obsluhy a údržby a jiné.

Bližší specifikace dílčích kritérií:

Nabídková cena

100 %

Nejvíce bodů získá nabídka s nejnižší hodnotou. Vzorec pro výpočet:

$$\text{Bodová hodnota} = 100 * \text{Hodnota nejvhodnější nabídky} / \text{Hodnota posuzované nabídky}$$

Pozn.: Cena bude vždy hodnocena vč. DPH.

Zadavatel provede seřazení nabídek dle jejich bodového ohodnocení.

Jako nejvýhodnější bude vybrána nabídka s nejnižší cenovou nabídkou.

Zadavatel si vyhrazuje právo nejdříve nabídky hodnotit a až poté posoudit nabídku vybraného dodavatele.

8. Zadávací lhůta

Do 31.10.2020.

Zadávací lhůta se prodlužuje účastníkům, s nimiž může zadavatel uzavřít smlouvu (tj. s účastníkem, který se umístil jako druhý nebo třetí v pořadí) až do doby uzavření smlouvy nebo zrušení zadávacího řízení. Účastníci jsou povinni na vyzvání poskytnout zadavateli součinnost potřebnou k uzavření

smlouvy na zakázku v maximální délce 5 pracovních dnů ode dne doručení výzvy k uzavření smlouvy.

9. Termín a místo plnění, prohlídka místa plnění

Místem plnění je Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace, Dělnická 1132/24, Město, 736 01 Havířov – oddělení ARIM.

Požadovaný termín splnění je do 30 kalendářních dnů od nabytí účinnosti smlouvy.

10. Platební podmínky

Zálohy na platby nebudou sjednány.

Lhůta splatnosti faktury je stanovena na 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení objednateli.

11. Kontaktní osoba zadavatele

Ing. Pavel Švarc, manažer investic a veřejných zakázek tel. 596 491 442, e-mail: pavel.svarc@nspohav.cz.

Zadavatel zároveň upozorňuje, že v rámci této veřejné zakázky má v úmyslu adresovat korespondenci zájemcům, resp. účastníkům, zejména prostřednictvím komunikačního kanálu el. nástroje E-ZAK.

12. Obsah a forma nabídky

Zadavatel pro plnění předmětné zakázky stanovuje Obchodní podmínky, formou kupní smlouvy, které jsou Přílohou č. 4 Oznámení. Dodavatel je povinen obchodní podmínky akceptovat. Zadavatel jejich změnu neumožňuje. Účastník obchodní podmínky vyplněné (viz žlutě podbarvené části) vč. přílohy a podepsané oprávněnou osobou přiloží do nabídky.

Nabídka bude obsahovat vyplněné a podepsané:

- a) Čestné prohlášení (Příloha č. 2)
- b) Seznam významných dodávek (Příloha č. 3)
- c) Obchodní podmínky (Příloha č. 4) ve formátu **pdf** a rovněž **doc**
- d) Krycí list nabídky (Příloha č. 5)

Zadavatel dále požaduje:

- a) doplněná technická specifikace vč. podrobné specifikace a fotografie nabízeného zboží a příslušenství (Příloha č. 1 Obchodních podmínek) ve formátu **pdf** a rovněž **doc**
- b) cenová nabídka (Příloha č. 2 Obchodních podmínek) ve formátu **pdf** a rovněž **doc**
- c) prohlášení o shodě (v původním jazyce a jazyce českém)
- d) seznam poddodavatelů (má-li smysl)
- e) doklad o odborné způsobilosti (Oznámení o splnění ohlašovací povinnosti ve vztahu ke své činnosti či povinnost notifikace zdravotnického prostředku – Sdělení SÚKL – dle zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích, v platném znění)
- f) doklad o oprávnění k provádění servisu – souhlas či pověření výrobce k provádění servisu, údržby kontrol zařízení a systému specifikovaného v této zadávací dokumentaci a nabízeného v ČR

Dokumenty dle bodu 5 této Zadávací dokumentace.

Všechny stránky nabídky budou očíslovány vzestupnou řadou. Zadavatel požaduje, aby nabídka obsahovala údaje o obsahu nabídky s uvedením čísel stran kapitol nabídky vč. uvedení celkového počtu listů nabídky.

13. Informace o elektronickém nástroji E-ZAK

Podrobné instrukce elektronického nástroje E-ZAK naleznete v uživatelské příručce pro dodavatele, pod odkazem: <https://skoleni.ezak.cz/data/manual/EZAK-Manual-Dodavatele.pdf> Systémové požadavky na PC pro podání nabídek v aplikaci E-ZAK najdete na adrese <http://www.ezak.cz/faq/pozadavky-na-system>.

14. Další informace a údaje

- a. Zakázka je realizovaná v souladu s § 31 Zákona v režimu výběrového řízení, na něž se nevztahují kogentní ustanovení Zákona, vyjma zásad uvedených v § 6 Zákona. Pojmy či postupy použité v rámci tohoto zadávacího řízení, které odpovídají pojmům či postupům obsaženým v Zákoně, jsou použity pouze z důvodu dodržení zásad uvedených v § 6 Zákona, a dále z důvodu zachování jednotné terminologie při zadávání veřejných zakázek, a v žádném případě je nelze vykládat jako úmysl zadavatele podřídit kteroukoli z částí zadávacího řízení postupu dle Zákona.
- b. Zadavatel si vyhrazuje právo podepsat smlouvu s vítězným účastníkem až po obdržení rozhodnutí o poskytnutí finančních prostředků zřizovatelem.
- c. Zadavatel si vyhrazuje právo nehodnotit žádnou z předložených nabídek a zadávání veřejné zakázky kdykoliv zrušit. Zadavatel není povinen sdělovat důvody takového rozhodnutí.
- d. Zadavatel si vyhrazuje právo v průběhu výběrového řízení, změnit, upřesnit nebo doplnit podmínky výběrového řízení a to všem účastníkům výběrového řízení shodně.
- e. Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit si informace poskytnuté účastníkem u třetích osob a účastník je povinen mu v tomto ohledu poskytnout veškerou potřebnou součinnost.
- f. Účastníci mohou požadovat dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Žádost musí být učiněna písemně prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 3 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.
- g. Upozorňujeme, že dodatečně zveřejňované informace na profilu zadavatele v elektronickém prostředí E-ZAK nebudou dodavatelům automaticky zasílány. Z tohoto důvodu je nutno průběžně sledovat obsah Zadávací dokumentace veřejné zakázky a sekci Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace.
- h. Nabídka nesplňující podmínky zadavatele nebude hodnocena.
- i. Účastník je oprávněn podat pouze jednu nabídku, a to v českém jazyce.
- j. Variantní nabídku zadavatel nepřipouští.
- k. Ukončením výběrového řízení a oznámením výsledků soutěže nevznikne automaticky smluvní vztah.
- l. Zadavatel si vyhrazuje právo vyloučit účastníka zadávacího řízení pro nezpůsobilost, pokud se prokáže, že se účastník ZŘ dopustil v posledních 3 letech od zahájení zadávacího řízení závažných nebo dlouhodobých pochybení při plnění dřívějšího smluvního vztahu se zadavatelem zadávané veřejné zakázky, nebo s jiným veřejným zadavatelem, která vedla ke vzniku škody, předčasnému ukončení smluvního vztahu nebo jiným srovnatelným sankcím.
- m. Zadavatel nepožaduje předložení vzorků, ale vyhrazuje si právo v průběhu hodnocení nabídek požádat o předložení předmětu nabídky za účelem ověření deklarovaných technických parametrů. Účastník je povinen předložit předmět nabídky nejpozději do 5 pracovních dnů od obdržení žádosti.

Ing. Norbert Schellong, MPH v. r.
ředitel