



Vysvětlení, změna či doplnění zadávací dokumentace č. 1 k Veřejné zakázce

Zadavatel: Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace

Se sídlem: Olomoucká 470/86, Předměstí, 746 01 Opava

IČO: 47813750

Zastoupena: MUDr. Karlem Siebertem, MBA, ředitelem

Veřejná zakázka:

„Dodávka infusní techniky pro infekční oddělení“

Číslo spisu: **SNO/Otr/2020/27/infusní technika-INF**

Číslo zakázky: **P20V00000175**

(dále jen „VZ“)

Na základě požadavku účastníka ZŘ poskytuje zadavatel k výše uvedené Veřejné zakázce tyto informace k zadávací dokumentaci.

DOTAZ č. 1

Ze zadávací dokumentace vyplývá, že zadavatel požaduje u infuzních pump tyto parametry:

1. „Možnost použití setů různých výrobců“. Mohl by zadavatel zvážit tento požadavek, jelikož každá pumpa, ve které se použijí nededikované sety, se musí zvlášť nakalibrovat, u dedikovaných setů jsou pumpy již nakalibrovány od výrobce na maximální přesnost podávání infuze. Použití nededikovaných setů s sebou přináší mnoho nevýhod a nepřesného podání infuze pacientovi, což může mít vliv na úspěšnost léčby. Kvůli použití méně kvalitního materiálu dochází k nepřesnosti monitorování okluzního tlaku. Dedikované sety jsou navíc vhodné pro použití i u viskózních látek a zajišťují využití bez kapkového senzoru. Dedikované sety rovněž zadavateli přináší jak finanční úsporu, tak časovou úsporu vzhledem k menší vytíženosti personálu způsobenou nutností posouvání setu a kalibrací pumpy. Dále také nededikované sety od pumpy k pacientovi neposkytují dostatečnou délku a je tedy zapotřebí k nim dokupovat prodlužovací hadičky, čímž se zadavateli použití těchto setů dále prodražuje. Z důvodu garance přesnosti podávání je výhodnější použití dedikovaných setů, jelikož při použití univerzálních setů dalšího výrobce není možné garantovat požadovanou přesnost. Bude zadavatel z výše uvedených důvodů akceptovat přístroj, který umožňuje použití široké nabídky dedikovaných setů?

ODPOVĚď č. 1

Zadavatel trvá na možnosti použití setů různých výrobců. Závislost na cenové politice jediného možného dodavatele je neakceptovatelná.

DOTAZ č. 2

Ze zadávací dokumentace vyplývá, že zadavatel požaduje u infuzního stojanu následující parametr:

2. „Celková nosnost stojanu 40 kg“. Bude zadavatel akceptovat nosnost stojanu 25 kg?

ODPOVĚĎ č. 2

Ne, zadavatel trvá na požadavku na celkovou nosnost min. 40 kg

DOTAZ č. 3

Ze zadávací dokumentace vyplývá, že zadavatel požaduje u lineárních dávkovačů tyto parametry:

3. „Snadná transportovatelnost, nízká hmotnost, max 2 kg“. Bude zadavatel akceptovat vyšší hmotnost – tj. 2,1 kg?

ODPOVĚĎ č. 3

Ano, zadavatel akceptuje hmotnost 2,1 kg.

DOTAZ č. 4

Ze zadávací dokumentace vyplývá, že zadavatel požaduje u lineárních dávkovačů tyto parametry:

4. „Nastavení doby dávkování min. od 1 minuty do 99 hod“. Bude zadavatel akceptovat dobu dávkování min. 96 hodin?

ODPOVĚĎ č. 4

Ano, zadavatel akceptuje dobu dávkování min. 96 hodin.

Vzhledem k výše uvedeným dotazům, prodlužuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek a současně uveřejňuje na svém profilu upravenou technickou specifikaci lineárních dávkovačů.

PŮVODNÍ TERMÍN: 30. 7. 2020 09:00 hodin

NOVÝ TERMÍN: 10. 8 2020 10:00 hodin.

V Opavě

Ing. Karel Siebert, MBA
ředitel