



Vysvětlení, změna či doplnění zadávací dokumentace č. 1 k Veřejné zakázce

Zadavatel: Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace
Se sídlem: Olomoucká 470/86, Předměstí, 746 01 Opava
IČO: 47813750
Zastoupena: MUDr. Karlem Siebertem, MBA, ředitelem

Veřejná zakázka:

„Dodávka 2 ks diagnostických pracovních stanic pro TRN“

Číslo spisu: **SZZ/Otr/2020/30/2 ks diagnostických prac. stanic-TRN**
Číslo zakázky: **P20V00000201**
(dále jen „VZ“)

Na základě požadavku účastníka ZŘ poskytuje zadavatel k výše uvedené Veřejné zakázce tyto informace k zadávací dokumentaci.

DOTAZ č. 1

Zadavatel ve specifikaci neupřesňuje, jakou minimální třídu zdravotnického prostředku, v návaznosti na EU MDR 2017/745 – Pravidlo 10, Národní radiologické standardy, a Zákon o zdravotnických prostředcích, požaduje. Žádáme o informaci, zda-li Zadavatel zamýšlí využití monitorů pro přímou diagnostiku resp. s možností zobrazení distribuce radiofarmak in vitro, v tomto případě by měla být požadována třída zdravotnického prostředku min. IIa resp. IIb. Diagnostické monitory jsou součástí celého řetězce zobrazovacích systémů (modalita-PACS-DICOM prohlížeč-zobrazení DICOM snímků).

ODPOVĚď č. 1

Požadujeme třídu ZP min. I. Monitory budou sloužit pro následné prohlížení a diagnostiku snímků školenými lékaři, ne pro přímou diagnostiku.

DOTAZ č. 2

Zadavatel ve specifikaci neupřesňuje, jaké minimální rozlišení požaduje u diagnostických monitorů. Žádáme o upřesnění minimální požadované hodnoty rozlišení diagnostických monitorů.

ODPOVĚď č. 2

Požadujeme nativní rozlišení minimálně 1200x1600.

DOTAZ č. 3

Zadavatel ve specifikaci uvádí svítivost 500 cd/m². Žádáme o upřesnění, zda-li zadavatel u tohoto parametru má na mysli „maximální svítivost“ nebo „kalibrovanou svítivost“ a zda-li požaduje

záruky na zachování kalibrované svítivosti. V případě, že požaduje záruky, žádáme o upřesnění minimálního počtu provozních hodin pro kalibrovanou svítivost.

ODPOVĚď č. 3

Požadujeme maximální možnou svítivost 500 cd/m² dle /tech. specifikace výrobce monitoru/.

V Opavě

Ing. Karel Siebert, MBA
ředitel