

Veřejná zakázka
"Modernizace vybavení pro obory návazné péče v NsP Karviná-Ráj, p.o. - 2. část"

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

dle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“)

Název veřejné zakázky:	"Modernizace vybavení pro obory návazné péče v NsP Karviná-Ráj, p.o. - 2. část"
Název zadavatele:	Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace
Sídlo zadavatele:	Vydmuchov 399/5, Ráj, 734 01 Karviná
IČO zadavatele:	00844853
URL adresa:	www.nspka.cz
Oprávněná osoba zadavatele:	Ing. Ivo Žolnerčík, ředitel
Kontaktní osoba zadavatele:	JUDr. Rita Kubicová, advokátka
Telefon:	+420 608 831 124
E-mail:	vzakazky@advokatkakubicova.eu
Profil zadavatele:	http://nspka.profilzadavatele.cz

Vážení dodavatelé,

zadavatel tímto v souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) poskytuje na základě níže uvedených dotazů dodavatele následující vysvětlení zadávací dokumentace:

Dotaz č. 1 k zadávací dokumentaci:

„Pasáž v zadávací dokumentaci: Příloha č.1 ZD – str. 7

Nejasnost se týká požadavku: Rychlost motorizace stropního závěsu

Zadavatel na výše uvedeném místě požaduje Rychlost motorizace stropního závěsu ve vertikálním směru, v podélném a příčném pohybu po kolejkách min. 0,3 m/s.

- **Týká se požadavek minimální rychlosti nebo minimální hodnoty maximální rychlosti?**

Komentář: Předpokládáme, že požadavek Zadavatele se týká max. rychlosti. Zadavatel ji takto uvádí např. u napětí VN generátoru. “

Odpověď zadavatele:

Zadavatel požaduje rychlost motorizace stropního závěsu ve vertikálním směru i v podélném a příčném pohybu po kolejkách minimálně 0,3 m/s. Jedná se o minimální hodnotu nastavenou s ohledem na provozní zkušenosti, kterou ještě zadavatel akceptuje coby nemající negativní vliv plynulost provozu pracoviště, a kterou plní několik výrobců. Hodnota nižší než uvedená, by

znamenal nesplnění požadavku. Zájemce ale může nabídnout hodnotu vyšší než požadovanou zadavatelem, disponuje-li takovou.

Dotaz č. 2 k zadávací dokumentaci:

„Pasáž v zadávací dokumentaci: Příloha č.1 ZD – str. 7

Nejasnost se týká požadavku: Rotace rentgenky okolo horizontální osy

Zadavatel na výše uvedeném místě požaduje Rotace rentgenky okolo horizontální osy v rozsahu $\pm 135^\circ$.

- **Bude Zadavatel akceptovat nabídku na přístroj s rotací rentgenky $\pm 120^\circ$?**

Komentář: *Námi nabízený RTG systém předního světového výrobce je instalován v ČR na mnoha RDG pracovištích včetně řady fakultních nemocnic. Zkušenosti z nich dokazují, že se jedná o nevýznamnou odchylku, která nemá žádný klinický ani provozní vliv. “*

Odpověď zadavatele:

Zadavatel trvá na požadavku zadání, které není nijak nadstandardní a plní jej několik výrobců.

Dotaz č. 3 k zadávací dokumentaci:

„Pasáž v zadávací dokumentaci: Příloha č.1 ZD – str. 7

Nejasnost se týká požadavku: Zobrazení úhlu volného přenosného detektoru

Zadavatel na výše uvedeném místě požaduje Zobrazení úhlu volného přenosného detektoru na digitálním displeji clony.

- **Má Zadavatel na mysli zobrazení úhlu detektoru v jeho příčné i podélné ose?**

Komentář: *Má-li být nastavení kolmosti rtg. paprsku nejen rychlé ale i přesné, je nezbytné, aby byl kolmý v obou osách. “*

Odpověď zadavatele:

Zadavatel požaduje zobrazení úhlu volného přenosného detektoru na digitálním displeji clony vůči podložce, tedy v podélné ose (sklopené polohovací lůžko, invalidní vozík apod.)

Smyslem požadavku je zajistit co nejlepší a velmi rychlé a přesné geometrické nastavení systému dosažením kolmosti primárního paprsku na volný detektor. Zadavatel trvá na požadavku zadání.

Dotaz č. 4 k zadávací dokumentaci:

„Pasáž v zadávací dokumentaci: Příloha č.1 ZD – str. 7

Nejasnost se týká požadavku: Automatické motorické nastavení všech pracovních pozic systému

Zadavatel na výše uvedeném místě požaduje Automatické motorické nastavení všech pracovních pozic systému – stropního stativu s rentgenkou, stolu, vertigrafu a šikmých projekcí.

- **Rozumíme tomu správně, že se požadavek vztahuje také na pozici systému pro snímkování vertikálním rtg. paprskem se sklopeným detektorem vertigrafu na $+90^\circ$? Tj. automatické motorické nastavení rtg. zářiče i detektoru vertigrafu do této pracovní pozice?**

Komentář: *Na mnoha pracovištích je tato pracovní pozice používána běžně a poměrně často např. pro snímkování horních končetin nebo imobilních pacientů. “*

Odpověď zadavatele:

Zadavatel požaduje automatické motorické nastavení pracovních pozic stropního stativu s rentgenkou, stolu, vertigrafu, šikmých projekcí atd. Automatickou synchronizaci a pohyb všech motorů simultánně v minimálně 6 osách současně. Sklápění detektoru vertikálního stativu motoricky ale vyžadováno není, viz. bod č. 3.1 zadání - Stativ vertikální (vertigraf).

V Karviné, dne 25.9.2020

Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj
příspěvková organizace
Ing. Ivo Žolnerčík, ředitel
i.s. JUDr. Rita Kubicová, advokátka