

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

VZ „Dodávka automatického dezinfektoru endoskopů“

1) Dotaz:

Dobrý den,

prosím Vás o informaci, zda připouštíte alternativní technické řešení automatického dezinfektoru endoskopů v podobě jedné mycí a dezinfekční komory s košem pro dva endoskopy namísto dvou asynchronních komor.

Odpověď:

Výše nabízené technické řešení zadavatel nepřipouští. Požadavek dvou nezávislých komor na desinfekci endoskopů je zásadní, urychlující cyklus vyšetření a počet vyšetření.

V Karviné dne 07.10.2020

vyřizuje: Bc. Alexandra Stušová