

Veřejná zakázka: Pořízení zdravotnických přístrojů – Flexibilní cystoskop

Systémové číslo zakázky: P20V00000271

Dotaz uchazeče:

Dobrý den,

v souvislosti s probíhající veřejnou zakázkou "Pořízení zdravotnických přístrojů - Flexibilní cystoskop" bych chtěl poprosit o zodpovězení dodatečného dotazu týkající se technické specifikace cystoskopu (ostatní požadavky na kompatibilitu a příslušenství zůstávají zachovány). Nabízíme obdobné řešení společnosti Karl Storz s níže uvedenými parametry. Bude zadavatel námi navrhované řešení akceptovat? Současně nabízíme možnost odzkoušení námi nabízeného řešení..

Technické parametry:

- Dynamické i kontinuální ostření obrazu
- Kompatibilita s kamerovými systémy, zdroji světla a světlovodnými kabely různých známých výrobců - jako např.: KARL STORZ, Olympus, WOLF, AESCULAP, Rudolf, STRYKER, Linvatec, XION, PENTAX atd.
- Vnější průměr endoskopu 15,5 Fr.
- Pracovní kanál s průměrem 7 Fr.
- Pracovní délka 370 mm
- Hloubka ostrosti 1-50 mm
- Úhel pohledu 110°
- Zorné pole 0°
- Ohyb (angulace) distálního konce nahoru / dolů 210°/ 140°

Odpověď zadavatele:

Dobrý den,

zadavatel trvá na zadaných technických parametrech a jejich změnu nepřipouští.

S pozdravem

Ing. Pavel Švarc