

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

VZ „Rekonstrukce rehabilitace v Orlové – přístrojové vybavení“

1) Dotaz:

Náš dotaz zní, zda bude zadavatel akceptovat i nabídku van v akrylátovém provedení?

Odpověď:

Na základě dosavadních zkušeností zadavatel trvá na požadavku: *Materiál van ze sklolaminátu s antibakteriální úpravou, lehce omyvatelný* tak, jak je uvedeno v Příloze č. 6 Oznámení o zahájení zadávacího řízení – Technická specifikace.

Zadavatel proto nebude akceptovat výše nabízené řešení, tedy akrylátové provedení.

V Karviné dne 19.10.2020

vyřizuje: Bc. Alexandra Stušová