



**Vysvětlení, změna či doplnění zadávací dokumentace č. 2  
k Veřejné zakázce**

**Zadavatel:** Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace  
**Se sídlem:** Olomoucká 470/86, Předměstí, 746 01 Opava  
**IČO:** 47813750  
**Zastoupena:** MUDr. Karlem Siebertem, MBA, ředitelem

**Veřejná zakázka:**

**„Dodávka vrtacího systému pro velké  
a malé kosti pro COS“**

Číslo spisu: **SNO/Otr/2020/36/vrtací systémy-COS**

Číslo zakázky: **P20V00000299**

Číslo zakázky: P20V00000300 (Část 1.)

Číslo zakázky: P20V00000301 (Část 2.)

(dále jen „VZ“)

Na základě požadavku účastníka ZŘ poskytuje zadavatel k výše uvedené Veřejné zakázce tyto informace k zadávací dokumentaci.

**DOTAZ č. 1**

Bude zadavatel v části „Dodávka vrtacího systému pro malé kosti“ akceptovat nabídku modulárního systému s přímým elektrickým napájením pomocí ovládací konzole s dig. displejem (dotykovou obrazovkou) a propojovacím kabelem při splnění ostatních technických parametrů?

Odůvodnění:

1. Moderní a žádaný systém s vysokou spolehlivostí, stabilním výkonem bez nutnosti nabíjení a rizika snižování kapacity baterií.
2. Snadnější a méně nákladná sterilizace (1 kabel vs. 2 baterie s příslušenstvím).
3. Stabilní a dlouhodobý výkon při náročných zákrocích.
4. Universálnost systému – ke konzoli lze připojit další motory s nastavci v různé kombinaci a to 2 současně.

**ODPOVĚď č. 1**

**Ne, zadavatel trvá na svém požadovaném technickém řešení.**

V Opavě

Ing. Karel Siebert, MBA  
ředitel