

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

(dále jen „Oznámení“)

Veřejná zakázka malého rozsahu

realizovaná v souladu s ŘD 02-16-04-S-PTN „Veřejné zakázky“, která upravuje zásady a postupy při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „Zákon“).

„Dodávka operačního stolu“

I.	Zadavatel:	příspěvková organizace
	Název:	Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace
	Sídlo:	Vydmuchov 399/5, Ráj, 734 01 Karviná
	IČ zadavatele:	008 44 853
	Oprávněná osoba za zadavatele:	Ing. Ivo Žolnerčík ředitel
	Kontaktní osoba zadavatele:	Bc. Alexandra Stušová specialista pro veřejné zakázky a dotace
	Telefon:	596 383 274
	E-mail:	stusova@nspka.cz
II.	Druh veřejné zakázky:	dodávky
	Číselné označení zakázky:	P20V00000317
	Předmět veřejné zakázky:	Dodání, instalace, zaškolení a předvedení 1 ks operačního stolu s příslušenstvím pro traumatologii, ortopedii.
	Související dokumentace:	Příloha č. 1 – Zadávací dokumentace Příloha č. 2 - Čestné prohlášení Příloha č. 3 - Seznam obdobných dodávek Příloha č. 4 - Obchodní podmínky Příloha č. 5 - Krycí list nabídky
III.	Lhůta pro podání nabídek:	13.11.2020, 08:00 hod.
	Místo pro podání nabídek:	https://msk.ezak.cz/vz00005105 https://msk.ezak.cz/profile_display_3.html
IV.	Údaje o hodnotících kritériích:	Ekonomická výhodnost nabídky, hodnocena podle nejnižší nabídkové ceny (váha 100%) Hodnocena bude cena bez DPH.

Veškeré další relevantní informace a požadavky zadavatele jsou součástí dokumentů zveřejněných na profilu zadavatele, dle bodu III.

Zadávací dokumentace

„Dodávka operačního stolu“

1. Zadavatel

Nemocnice s poliklinikou Karviná–Ráj, příspěvková organizace

Výdmuchov 399/5, Ráj, 734 01 Karviná

IČ: 00844853, DIČ CZ00844853

Zastoupena Ing. Ivo Žolnerčíkem – ředitelem

2. Úvodní informace k podmínkám soutěže

- 2.1. Zakázka je realizovaná v souladu s § 31 Zákona v režimu zadávacího řízení, na něž se nevztahují kogentní ustanovení Zákona, vyjma zásad uvedených v § 6 Zákona. Pojmy či postupy použité v rámci tohoto zadávacího řízení, které odpovídají pojmům či postupům obsaženým v Zákoně, jsou použity pouze z důvodu dodržení zásad uvedených v § 6 Zákona, a dále z důvodu zachování jednotné terminologie při zadávání veřejných zakázek, a v žádném případě je nelze vykládat jako úmysl zadavatele podřítit kteroukoli z částí zadávacího řízení postupu dle Zákona.
- 2.2. Tato veřejná zakázka je zadávána elektronicky. Veškeré úkony proto budou realizovány elektronicky, a to prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK.
- 2.3. Zadavatel si vyhrazuje právo v průběhu zadávacího řízení změnit, upřesnit nebo doplnit podmínky zadávacího řízení.
- 2.4. Účastníci mohou požadovat dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Žádost musí být učiněna písemně prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK, nejpozději však do 10.11.2020 do 10:00 hodin. V prostředí elektronického nástroje E-ZAK je vytvořen prostředek na podávání žádostí o vysvětlení zadávací dokumentace i jejich vypořádání zadavatelem. Zadavatel zároveň upozorňuje, že dodatečně zveřejňované informace na profilu nemusí být účastníkům automaticky zasílány, z tohoto důvodu je nutno obsah zadávací dokumentace ke stažení a sekci Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace průběžně sledovat.
- 2.5. Veškeré dokumenty odeslané zadavatelem prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK se považují za doručené okamžikem odeslání.
- 2.6. Účastník je plně odpovědný za registraci v elektronickém nástroji E-ZAK, nastavení potřebných oprávnění kompetentním osobám a včasné přebírání doručených dokumentů souvisejících s účastí v zadávacím řízení.
- 2.7. Podáním nabídky v tomto zadávacím řízení přijímá účastník plně a bez výhrad zadávací podmínky, včetně všech příloh a případných dodatků k těmto zadávacím podmínkám.
- 2.8. Zadavatel nehradí účastníkům žádné náklady, které jim vzniknou v souvislosti s jejich účastí v tomto zadávacím řízení.
- 2.9. Účastník je oprávněn podat pouze jednu nabídku, a to v českém jazyce. Listiny v jiném než českém jazyce budou doplněny překladem do českého jazyka (s výjimkou dokladů ve slovenském jazyce).
- 2.10. Variantní nabídku zadavatel nepřipouští.
- 2.11. Pokud zadávací podmínky obsahují odkazy na určité dodavatele nebo výrobky, nebo patenty na vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, pak u každého takového odkazu zadavatel připouští možnost nabídnout rovnocenné řešení.
- 2.12. Podrobné instrukce elektronického nástroje E-ZAK naleznete v uživatelské příručce pro dodavatele, pod odkazem: <https://msk.ezak.cz/data/manual/EZAK-Manual-Dodavatele.pdf> Systémové požadavky na PC pro podání nabídek v aplikaci E-ZAK najdete na adrese <http://www.ezak.cz/fag/pozadavky-na-system>

3. Druh a předmět veřejné zakázky, požadavky

3.1. Druh:

Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky.

3.2. Předmět a požadavky:

Předmětem zakázky je dodání, instalace, zaškolení a předvedení funkčnosti 1 ks operačního stolu s příslušenstvím pro traumatologii, ortopedii pro potřeby Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, p.o.

Minimální technické požadavky:

- operační stůl musí být mobilní, elektromechanický,
- operační stůl musí mít modulární pracovní desku, s elektrickým polohováním (nahoru - dolů, Trendelenburg – antiTrendelenburg, flexe, reflexe, laterálního náklonu, dolního zádového segmentu, nožního segmentu), ostatní polohování operačního stolu mechanicky,
- celkové maximální možné zatížení operačního stolu min. 540 kg,
- maximální zatížení operačního stolu ve všech polohách min. 250 kg,
- celková šíře pracovní desky operačního stolu bez eurolišť min. 550 mm,
- celková šíře pracovní desky operačního stolu s eurolišťami min. 610 mm,
- délka celé pracovní desky operačního stolu musí být větší než 2180 mm a menší než 2300 mm,
- pracovní deska operačního stolu musí být složena z malého hlavového segmentu, horního zádového segmentu s odnímatelnými segmenty ramene (levý, pravý), dolního zádového segmentu, pánevního segmentu a děleného nožního segmentu,
- pracovní deska operačního stolu musí být v celé délce pracovní desky RTG transparentní; operační stůl musí být vhodný pro použití C ramene RTG,
- pracovní deska operačního stolu musí mít antidekubitní, antistatické polstrování s paměťovou pěnou o min. výšce 80 mm,
- polstrování pracovní desky operačního stolu musí být jednoduše odnímatelné a umožňovat tak snadnou údržbu a hygienu; uchycení polstrování pomocí čepového systému z důvodu vyššího hygienického standardu, uchycení polstrování se suchými zipy není povoleno z důvodu uplívání nečistot,
- operační stůl musí umožňovat „reverzní mód“, tedy oboustranné sestavení operační desky (záměna zádového segmentu za nožní a opačně),
- operační stůl musí být možné z rozvodné sítě střídavým napětím min. 100, max. 230 V, s frekvencí min. 50, max. 60 Hz,
- napájení operačního stolu musí být možné z integrované bezúdržbové baterie umožňující vícedenní provoz, dobíjení baterie pomocí integrované nabíječky,
- ovládání operačního stolu musí být možné pomocí integrovaného ovládacího panelu na noze operačního stolu, integrovaný ovládací panel musí být umístěn zboku nohy operačního stolu (nesmí být umístěn pod nožními segmenty; nesmí být umístěn pod hlavovým segmentem),
- ovládání operačního stolu musí být možné pomocí kabelového ovladače s barevným displejem, zároveň musí být možné ovládat operační stůl pomocí bezdrátového ovladače s barevným displejem (ovladače musí mít tlačítkovou volbu: výškové polohování, trendelenburg, antitrendelenburg, laterální náklon, flexe, reflexe, podélný posun, polohování zádové sekce a nožních segmentů, automatického nulování desky operačního stolu do vodorovné polohy),
- operační stůl musí mít indikátor stavu baterie operačního stolu na barevném displeji (drátového a bezdrátového) ovladače a na ovládacím panelu umístěném na noze stolu,
- operační stůl musí mít nerezové ocelové boční vodící a asistenční eurolišty s profilovým rozměrem 25x10mm,
- operační stůl musí mít nastavení výšky pracovní desky v rozsahu min. 580-1100mm (měřeno od podlahy po hranu operační desky bez polstrování),
- operační stůl musí mít elektrické nastavení bočního (laterálního) náklonu v rozsahu min. -20°/20°,
- operační stůl musí mít elektrické nastavení trendelenburgové polohy v rozsahu min. -30°/30°,
- operační stůl musí mít elektrické nastavení dolního zádového segmentu v rozsahu min. -45°/80°,
- operační stůl musí mít dělené, lehce odnímatelné nožní segmenty. Levý i pravý nožní segment musí být možné rozevřít do strany min. v rozsahu 90°,
- operační stůl musí mít elektrické nastavení pravého a levého nožního segmentu v rozsahu min. -90°/80°; ovládání pravého a levého nožního segmentu musí být možné v synchronním nebo asynchronním módu,
- operační stůl musí podporovat připojení amerických bot namísto nožních segmentů. Americké boty musí být možné elektricky nastavit v rozsahu min. -90°/80°; ovládání pravé a levé americké boty musí být možné v synchronním nebo asynchronním módu,
- operační stůl musí mít nastavení malého hlavového segmentu v rozsahu min. -45°/45°,

- operační stůl musí mít elektrické nastavení flexe pracovní desky min. v rozsahu 210°,
- operační stůl musí mít elektrické nastavení reflexe pracovní desky min. v rozsahu 120°,
- operační stůl musí mít čtyři dvojitá antistatická plastová kola v rozích podvozkové základny operačního stolu o průměru min. 125 mm, které jsou chráněna krytím před znečištěním,
- základna operačního stolu musí být vyrobena z nerezové oceli bez plastových krytů,
- operační stůl musí mít centrální brzdový systém s výsuvnou aretací. Stabilita operačního stolu musí být zajištěna pomocí min. 4 výsuvných válců umístěnými mezi dvojitými koly.

Příslušenství:

- extenční zařízení 1 ks – součástí extenčního zařízení musí být: fixační adaptér pro operační stůl vč. Pánevní části s čalouněním, protitahový válec pro peritoneum a krček stehenní kosti, dva výsuvné extenční profily (každý profil má dva klouby), dvě otočné a výškově stavitelné tahové vřetena s adaptací pro držáky extenčních bot, pár extenčních bot, dvě výškově nastavitelné tyčové opěrky, jeden vozík s odkládacím košem na další příslušenství,
- drátový dálkový ovladač 1 ks.

Zadavatel v případech, kdy u parametrů v technické specifikaci není stanoven min./max. či od/do rozsah, připouští použití pro splnění parametru obecné pravidlo odchylky +/- 10% od zadaných parametrů. Musí však být dosaženo naplnění požadovaných medicínských výkonů.

Použití firemních názvů či termínů či způsobů řešení specifických pro určitého výrobce má pouze ilustrovat příklady vhodných přístrojů, ale požadavek není omezen na nabídku jen těchto přístrojů, lze nabídnout jakékoliv jiné, které mají stejné či lepší vlastnosti.

Další požadavky:

Součástí zakázky je dodání zboží na určené místo, předání příslušné dokumentace (min. návody k použití a údržbě v českém jazyce, technická dokumentace v českém jazyce a uživatelská dokumentace v českém jazyce), případný upgrade a software, likvidace obalů a odpadů, bezplatné provádění servisu a revizí přístroje, měření, kalibrace, validace dle platných právních předpisů, norem a návodu výrobce po celou dobu zakázky.

Záruční doba min. 36 měsíců.

Dodávané zboží musí být nové, nerepasované, ne demo a nepoužité.

Seznam poddodavatelů

V případě, že veřejná zakázka bude plněna prostřednictvím třetí osoby, požaduje zadavatel tuto skutečnost uvést v nabídce a identifikovat tyto třetí osoby (účastník ZŘ je povinen u poddodavatele uvést jeho identifikační údaje, přiložit písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky a dokumenty poddodavatele k prokázání základní a profesní způsobilosti). Účastník ZŘ odpovídá v plném rozsahu za veškerou součinnost poddodavatelů. Změna poddodavatele v průběhu VZ je možná po předchozím písemném souhlasu zadavatele. Pokud účastník ZŘ nepřiloží seznam poddodavatelů, má se za to, že bude VZ realizovat pouze s využitím vlastních kapacit.

Dodavatel provede přijímací zkoušku funkčnosti nabízeného zboží:

- dodávka bude realizována na základě předávacího protokolu vč. předání veškerých návodů k použití ke všem součástem přístroje (1x v tištěné, 1x v elektronické podobě na CD/DVD či USB flash disku), prohlášení o shodě výrobku v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů a pokud se jedná o zdravotnický prostředek dle zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích, v platném znění, s uvedením klasifikační třídy, záručního listu (vše v českém jazyce), proškolení obsluhy z užívání a údržby přístroje zdarma,
- po dobu záruky bude dodavatel poskytovat záruční servis, předepsané prohlídky a revize vč. náhradních dílů, které je dle doporučení výrobce nutné při prohlídkách přístroje pravidelně měnit dle platné legislativy a návodů výrobce, zejména zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích, ve znění pozdějších předpisů, a to zdarma.

4. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

827 000 Kč bez DPH.

5. Místo a lhůta pro podání nabídek

- 5.1. Nabídku v rozsahu dle bodu 10 „Zadávací dokumentace“ odešlete **prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK** v termínu **do 13.11.2020 do 08:00 hodin**.

- 5.2. Nabídky doručené zadavateli po uplynutí stanovené lhůty nebudou hodnoceny.
- 5.3. Jiná forma nabídky, než zasláná prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK, je nepřipustná.
- 5.4. Zadavatel nepožaduje elektronicky podepsat nabídku při jejím odeslání v elektronickém nástroji E-ZAK.

6. Doba a místo plnění

- 6.1. Doba plnění:
Požadovaný termín dodání zboží je maximálně do 4 týdnů od podpisu smlouvy.
- 6.2. Místo plnění:
Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, p.o., operační sály.

7. Požadavky na prokázání splnění způsobilosti a kvalifikace

- 7.1. Základní způsobilost splňuje účastník, který doloží bezdlužnost a trestní bezúhonnost formou čestného prohlášení statutárního zástupce nebo podnikatele – fyzické osoby (Příloha č. 2 Oznámení).
- 7.2. Profesní způsobilost splňuje účastník, který předloží v kopii:
 - **výpis z obchodního rejstříku**, pokud je v něm zapsán, **či výpis z jiné obdobné evidence**, pokud je v ní zapsán.

Účastník je oprávněn pro prokázání splnění profesní způsobilosti předložit **výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů**, pokud je v něm zapsán.

Doklady prokazující profesní způsobilost **nesmí být starší 90 dnů** přede dnem zahájení zadávacího řízení.

- 7.3. Technická kvalifikace
K prokázání technické kvalifikace účastníka pro plnění předmětné zakázky zadavatel požaduje podepsaný seznam obdobných dodávek provedených účastníkem. Minimální úroveň technického kvalifikačního předpokladu je zadavatelem stanovena s ohledem na druh, rozsah a složitost předmětu plnění zakázky na minimálně 3 dodávky obdobného charakteru za poslední 3 roky ve finančním objemu min. 500 tis. včetně DPH u každé samostatně. Za dodávku obdobného charakteru zadavatel považuje operační stůl o stejných nebo kvalitativně vyšších parametrech a kvalitě ve srovnání s poptávaným zbožím (Příloha č. 3 Oznámení).

8. Hodnotící kritéria, způsob hodnocení nabídek

- 8.1. Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je ekonomická výhodnost nabídky, hodnocena dle nejnižší nabídkové ceny.

Kritérium:

Nejnižší nabídková cena bez DPH

Váha kritéria:

100%

Hodnocení kritéria:

Hodnocena bude kupní cena bez DPH za dodání 1 ks operačního stolu s příslušenstvím. V této ceně musí být rovněž započítány náklady za dodávku zboží na konkrétní pracoviště, instalaci, příp. software a upgrade, předvedení funkčnosti, cestovní náklady, likvidace obalů a odpadů, proškolení zaměstnanců z obsluhy a údržby, validace, kalibrace či jiná vstupní měření a jiné. Součástí této ceny nejsou náklady na servis či předepsanou odbornou údržbu po uplynutí záruční doby.

Tuto nabídkovou cenu účastníci uvedou v Krycím listu (Příloha č. 5 Oznámení) a dále pak v Obchodních podmínkách (Příloha č. 4 Oznámení) na požadovaných místech a v požadovaném dělení.

Zadavatel provede seřazení nabídek dle výše celkových nabídkových cen, a to od nejnižší po nejvyšší. Nejvýhodnější je nabídka s nejnižší nabídkovou cenou.

- 8.2. Zadavatel si vyhrazuje právo nejdříve nabídky hodnotit a až poté posoudit pouze nabídku vybraného účastníka.
- 8.3. V případě shodných nabídkových cen dvou a více nabídek bude o výsledném pořadí nabídek rozhodovat čas jejich doručení (tj. lepší umístění bude mít nabídka s dřívějším časem doručení).

9. Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny

- 9.1. Nabídková cena musí zahrnovat veškeré náklady a práce účastníka, nutné a nezbytné pro řádné a úplné provedení zakázky, včetně odstranění veškerých rizik a vlivů, odvodů daní, cla a jakékoliv další výdaje spojené s realizací předmětu plnění.

- 9.2. Nabídkovou cenu účastník uvede do Krycího listu a pak do Obchodních podmínek dle níže uvedeného členění:

bez DPH	,- Kč
DPH ...%	,- Kč
včetně DPH	,- Kč

- 9.3. Ceny jsou cenami nejvýše přípustnými a nelze je překročit. Zadavatel připouští překročení (resp. snížení) nabídkové ceny v případě změny sazby DPH týkající se předmětu zakázky.
- 9.4. Ceny budou stanoveny v české měně. Jakýkoliv rozpor v cenových údajích v nabídce zjištěný při posuzování a hodnocení nabídek je nesplněním této zadávací podmínky, která může vést až k vyřazení nabídky.

10. Podmínky a požadavky na zpracování nabídky

- 10.1. Zadavatel pro plnění předmětné zakázky stanovuje Obchodní podmínky formou kupní smlouvy, které jsou Přílohou č. 4 Oznámení. Účastník je povinen tyto Obchodní podmínky akceptovat, zadavatel jejich změnu neumožňuje. Účastník obchodní podmínky doplněné (viz poznámky žlutě označené v textu) včetně příloh (specifikace nabízeného zboží, ze které bude možné zjistit, zda se jedná o zdravotnický prostředek a také, zda zboží splňuje požadované parametry dle zadávací dokumentace a cenové nabídky) a podepsané oprávněnou osobou přiloží do nabídky.
- 10.2. Dokumenty v nabídce budou podepsány oprávněnou osobou, případně zmocněnou podle právních předpisů, plná moc bude součástí nabídky.
- 10.3. Nabídka bude obsahovat vyplněné a podepsané (účastník je oprávněn podepsat vlastní rukou, elektronicky na vyznačených místech nebo elektronicky při odeslání nabídky):
- | | | |
|----------|--|------------------------------------|
| 10.3.1. | Čestné prohlášení | (Příloha č. 2 Oznámení) |
| 10.3.2. | Seznam obdobných dodávek | (Příloha č. 3 Oznámení) |
| 10.3.3. | Obchodní podmínky | (Příloha č. 4 Oznámení) |
| 10.3.4. | Krycí list nabídky | (Příloha č. 5 Oznámení) |
| 10.3.5. | Doplněná technická specifikace
vč. podrobné specifikace a
fotografie nabízeného zboží
a příslušenství | (Příloha č. 1 Obchodních podmínek) |
| 10.3.6. | Podrobná cenová nabídka | (Příloha č. 2 Obchodních podmínek) |
| 10.3.7. | Prohlášení o shodě k
veškerému nabízenému zboží | (v anglickém příp. českém jazyce) |
| 10.3.8. | Seznam poddodavatelů | (má-li smysl) |
| 10.3.9. | Doklad o oprávnění k provádění servisu – souhlas či pověření výrobce k provádění servisu,
údržby, kontrol zařízení a systému specifikovaného v této zadávací dokumentaci a nabízeného
v ČR | |
| 10.3.10. | V případě zdravotnického prostředku – doklad o odborné způsobilosti (Oznámení o splnění
ohlašovací povinnosti ve vztahu ke své činnosti či povinnost notifikace zdravotnického prostředku
– Sdělení SÚKL – dle zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích, v platném znění) | |

Součástí nabídky budou dále dokumenty dle bodu 7.2. této zadávací dokumentace.

Účastník připojí ostatní dokumenty, které ve vztahu k veřejné zakázce považuje za důležité.

Zadavatel doporučuje, aby jednotlivé stránky nabídky byly očíslovány vzestupně.

11. Ostatní ujednání

11.1. Platební podmínky:

Zálohy na platby nebudou sjednány. Lhůta splatnosti faktur bude 30 kalendářních dnů od data doručení.

11.2. Zadávací lhůta:

Tj. lhůta, po kterou jsou účastníci svými nabídkami vázáni, trvá 3 měsíce od skončení lhůty pro podání nabídek. Zadávací lhůta se prodlužuje účastníkům, s nimiž může zadavatel uzavřít smlouvu (tj. s účastníkem, který se umístil jako druhý nebo třetí v pořadí) až do doby uzavření smlouvy nebo zrušení zadávacího řízení. Účastníci jsou povinni na vyzvání poskytnout zadavateli součinnost potřebnou k uzavření smlouvy na zakázku v maximální délce 5 pracovních dnů ode dne doručení výzvy k uzavření smlouvy.

11.3. Zadavatel si vyhrazuje právo:

- nehodnotit žádnou z předložených nabídek a zadávání veřejné zakázky kdykoliv zrušit. Zadavatel není povinen sdělovat důvody takového rozhodnutí. Účastníkům nevzniká vůči zadavateli jakýkoliv nárok.
- ověřit si informace poskytnuté účastníkem u třetích osob a účastník je povinen mu v tomto ohledu poskytnout veškerou potřebnou součinnost,
- vyloučit účastníka zadávacího řízení pro nezpůsobilost, pokud se prokáže, že se účastník zadávacího řízení dopustil v posledních 3 letech od zahájení za zadávacího řízení závažných nebo dlouhodobých pochybení při plnění dřívějšího smluvního vztahu se zadavatelem zadávané veřejné zakázky, nebo s jiným veřejným zadavatelem, která vedla ke vzniku škody, předčasnému ukončení smluvního vztahu nebo jiným srovnatelným sankcím.

11.4. Nabídka nesplňující podmínky zadavatele nemusí být hodnocena.


11.5. Ukončením zadávacího řízení a oznámení výsledků soutěže nevznikne automaticky smluvní vztah.

11.6. Zadavatel nepožaduje předložení vzorků, ale vyhrazuje si právo v průběhu hodnocení nabídek požádat o předložení předmětu nabídky za účelem ověření deklarovaných technických parametrů. Účastník je povinen předložit předmět nabídky nejpozději do 5 pracovních dnů od obdržení žádosti.

11.7. Zadavatel si vyhrazuje právo podepsat smlouvu s vítězným účastníkem až po obdržení rozhodnutí o poskytnutí finančních prostředků zřizovatelem.

11.8. Účastník podáním nabídky souhlasí se zpracování osobních údajů v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

V Karviné, listopad 2020


.....
Ing. Ivo Žolnerčík
ředitel

