



**Vysvětlení, změna či doplnění zadávací dokumentace č. 1
k Veřejné zakázce**

Zadavatel: Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace
Se sídlem: Olomoucká 470/86, Předměstí, 746 01 Opava
IČO: 47813750
Zastoupena: MUDr. Karlem Siebertem, MBA, ředitelem

Veřejná zakázka:

**„Dodávka elektrochirurgického generátoru
s argon-plazmovou koagulací pro interní
oddělení“**

Číslo spisu: **SNO/Otr/2020/38/elektrochir. generátor-INT**
Číslo zakázky: **P20V00000312**
(dále jen „VZ“)

Na základě požadavku účastníka ZŘ poskytuje zadavatel k výše uvedené Veřejné zakázce tyto informace k zadávací dokumentaci.

DOTAZ č. 1

.....k dokumentu Zadávací dokumentace, čl. 3 VYMEZENÍ PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY – ZÁKLADNÍ POŽADAVKY, Argon plasma koagulační jednotka, bod - "min. 4 základní Argon plasma koagulační módy – každý s min. 5 nastavitelnými efekty intenzity"
Bude zadavatel akceptovat nabídku řešení, kde je dostupné nastavení účinku na tkáň pouze u jednoho módu?

ODPOVĚď č. 1

Ano, zadavatel akceptuje nabízené řešení.

Na základě dotazu účastníků ZŘ prodlužuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek.

PŮVODNÍ LHŮTA: 18. 11. 2020, 9:00 hod.
NOVÁ LHŮTA: 23.11. 2020, 9:00 hod

V Opavě

Ing. Karel Siebert, MBA
ředitel