

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

VZ „Dodávka operačního stolu“

Zadavatel: Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace

se sídlem: Vydmuchov 399/5, Ráj, 734 01 Karviná

IČ: 00844853

DIČ: CZ00844853

zastoupený: Ing. Ivo Žolnerčíkem, ředitelem

Žádám Vás o vysvětlení zadávací dokumentace. V minimálních technických požadavcích na operační stůl uvádíte:

Dotaz č. 1:

- *"operační stůl musí být mobilní, elektromechanický"*

Prosím o informaci, zda můžeme nabídnout operační stůl mobilní elektrohydraulický.

Odpověď na dotaz č. 1:

Ano, zadavatel bude akceptovat nabízené řešení.

Dotaz č. 2:

- *dále uvádíte "celkové maximální možné zatížení operačního stolu min. 540 kg"*

Prosím o informaci, zda můžeme nabídnout operační stůl s celkovým maximálním zatížením 350 kg.

Odpověď na dotaz č. 2:

Ano, zadavatel bude akceptovat nabízené řešení.

Dotaz č. 3:

- *dále uvádíte "celková šíře pracovní desky operačního stolu bez eurolišť min. 550 mm"*

Prosím o informaci, zda můžeme nabídnout celkovou šíři pracovní desky operačního stolu bez eurolišť 500 mm.

Odpověď na dotaz č. 3:

Ano, zadavatel bude akceptovat nabízené řešení.

Dotaz č. 4:

- dále uvádíte "celková šíře pracovní desky operačního stolu s eurolišťami min. 610 mm"

Prosím o informaci, zda můžeme nabídnout celkovou šíři pracovní desky operačního stolu s eurolišťami 600 mm

Odpověď na dotaz č. 4:

Ano, zadavatel bude akceptovat nabízené řešení.

Dotaz č. 5:

- dále uvádíte "délka celé pracovní desky operačního stolu musí být větší než 2180 mm a menší než 2300 mm.

Prosím o informaci, zda můžeme nabídnout operační stůl s délkou pracovní desky 2100 mm.

Odpověď na dotaz č. 5:

Ano, zadavatel bude akceptovat nabízené řešení.

Dotaz č. 6:

- dále uvádíte "operační stůl musí mít nastavení výšky pracovní desky v rozsahu min. 580-1100 mm"

Prosím o informaci, zda můžeme nabídnout operační stůl s nastavením výšky pracovní desky v rozsahu 680-1100 mm.

Odpověď na dotaz č. 6:

Ano, zadavatel bude akceptovat nabízené řešení.

Dotaz č. 7:

- dále uvádíte "operační stůl musí mít elektrické nastavení dolního zádového segmentu v rozsahu min. -45°/80°.

Prosím o informaci, zda můžeme nabídnout elektrické nastavení dolního zádového segmentu v rozsahu -40°/80°.

Odpověď na dotaz č. 7:

Ano, zadavatel bude akceptovat nabízené řešení.

Dotaz č. 8:

- dále uvádíte "operační stůl musí mít elektrické nastavení pravého a levého nožního segmentu v rozsahu min. -90°/80°.

Prosím o informaci, zda můžeme nabídnout elektrické nastavení pravého a levého nožního

segmentu
v rozsahu min. $-90^{\circ}/25^{\circ}$

Odpověď na dotaz č. 8:

Ano, zadavatel bude akceptovat nabízené řešení.

Dotaz č. 9:

- dále uvádíte "operační stůl musí podporovat připojení amerických bot namísto nožních segmentů. Americké boty musí být možné elektricky nastavit v rozsahu min. $-90^{\circ}/80^{\circ}$."

Prosím o informaci, zda můžeme nabídnout americké boty montované na eurolištu operační desky. Tyto americké boty se nastavují manuálně, nastavení je však možné provést pohodlně jednou rukou i při plném zatížení bot. Nosnost těchto bot je 158 kg. Toto řešení plně vyhovuje zamýšlenému medicínskému účelu.

Odpověď na dotaz č. 9:

Ano, zadavatel bude akceptovat nabízené řešení.

Dotaz č. 10:

- dále uvádíte „operační stůl musí mít nastavení malého hlavového segmentu v rozsahu min. $-45^{\circ}/45^{\circ}$ “

Prosím o informaci, zda můžeme nabídnout nastavení malého hlavového segmentu v rozsahu $-40^{\circ}/40^{\circ}$

Odpověď na dotaz č. 10:

Ano, zadavatel bude akceptovat nabízené řešení.

Dotaz č. 11:

- dále uvádíte "operační stůl musí mít čtyři dvojité antistatická plastová kola v rozích podvozkové základny operačního stolu o průměru min. 125 mm, které jsou chráněna krytím před znečištěním."

Prosím o informaci, zda můžeme nabídnout operační stůl, který se pohybuje na třech antistatických kolech (dvě kola jsou umístěná na společné ose, jedno kolo je otočné o 180° a umožňuje tak velmi dobrou manipulaci se stolem).

Odpověď na dotaz č. 11:

Ano, zadavatel bude akceptovat nabízené řešení.

Dotaz č. 12:

- dále uvádíte "základna operačního stolu musí být vyrobena z nerezové oceli bez plastových krytů"

Prosím o informaci, zda můžeme nabídnout operační stůl se základnou vyrobenou z uhlíkového

vlákna. Tato technologie velmi významně usnadňuje čištění a dezinfekci stolu (nezůstávají fleky) a také je velmi odolná vůči nárazům například při manipulaci C-ramenem. Tento materiál je také velmi trvanlivý a odolný vůči všem ve zdravotnictví používaným dezinfekčním prostředkům.

Odpověď na dotaz č. 12:

Ano, zadavatel bude akceptovat nabízené řešení.

S ohledem na výše uvedené skutečnosti, zadavatel stanovuje nově lhůtu pro podání nabídek, a to do: 23.11.2020 do 08:00 hod.

Žádosti o další dodatečné informace musí být učiněny nejpozději do 19.11.2020 do 08:00 hod.

V Karviné dne 12. 11. 2020
Vyřizuje: Bc. Alexandra Stušová