

Veřejná zakázka
„Poskytování komplexního pozáručního servisního zabezpečení magnetické rezonance po dobu 3 let“

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

dle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“)

Název veřejné zakázky:	„Poskytování komplexního pozáručního servisního zabezpečení magnetické rezonance po dobu 3 let“
Název zadavatele:	Nemocnice Třinec, příspěvková organizace
Sídlo zadavatele:	Kaštanová 268, Dolní Líštná, 73961 Třinec
IČO zadavatele:	00534242
URL adresa:	www.nemtr.cz
Oprávněná osoba zadavatele:	Ing. Martin Sikora, ředitel
Kontaktní osoba zadavatele:	JUDr. Rita Kubicová, advokátka
Telefon:	+420 608 831 124
E-mail:	vzakazky@advokatkakubicova.eu
Profil zadavatele:	https://msk.ezak.cz/profile_display_8.html

Vážení dodavatelé,

zadavatel tímto v souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) poskytuje na základě níže uvedených dotazů dodavatele následující vysvětlení zadávací dokumentace:

Text tazatele a odpovědi zadavatele:

„v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, si Vás dovoluujeme požádat o vysvětlení zadávací dokumentace.

Vzhledem ke stáří přístroje již od příštího roku nebudou výrobcem podporovány SW a HW (počítače AWP a MRWP).

Situace se dá řešit upgradem přístroje na nejnovější SW plus HW (počítače). Potom jsme schopni zajistit provozuschopnost v požadovaných parametrech, po upgrade budete mít stroj na nejnovějším SW dostupném pro váš přístroj.

Dotaz:

zváží zadavatel úpravu servisní smlouvy v následujících bodech? “

Zadavatel nezvažuje úpravu Servisní smlouvy, která tvoří přílohu č. 4. Výzvy k podání nabídek.

„1. Předmětem smlouvy není případná výměna některých součástí, a to počítačů AWP a/nebo MRWP v případě jejich poruchy, z důvodu ukončení podpory výrobcem. “

Zadavatel trvá na původně stanovených podmínkách na provádění údržby a servisu uvedených v Servisní smlouvě, článek 3, která tvoří přílohu č. 4. Výzvy k podání nabídek. Výměna Vámi uvedených součástí se vztahuje k bodu 2.2. tohoto článku.

Zadavatel tedy nebude upravovat Servisní smlouvu v uvedeném článku.

„2. V bodech, kde se řeší termíny se tyto nevztahují na případ poruchy součástí uvedených v bodě 1.“

Zadavatel trvá na původně stanovených podmínkách na délky termínů nástupu na odstranění poruch nebo závad a provedení plánovaného servisu. Dle článku 6. bod 1. a bod 3., lze v konkrétních případech dohodnout i jiné lhůty, než jsou stanovené v článku 5 a článku 6 Servisní smlouvy, která tvoří přílohu č. 4. Výzvy k podání nabídek.

Zadavatel tedy nebude upravovat Servisní smlouvu v uvedeném článku.

„3. Situaci je možné řešit rozšířením smlouvy o provedení upgrade, potom jsme schopni garantovat požadované termíny oprav přístroje, cena upgrade je zhruba 1.650.000,- Kč bez DPH.

4. V případě, že přístroj nebude upgradován a dojde k nutnosti výměny HW a SW, je přepokládaná doba odstávky 4 týdny (dodání upgrade), cena opět 1.650.000,- Kč bez DPH (oprava je možná pouze formou provedení výše umíněného upgrade).“

Zadavatel nebude rozšiřovat podmínky Servisní smlouvy na provádění údržby a servisu, jelikož objem uváděných zásahů je již v Servisní smlouvě specifikován, a to v Článku 3, bod 2.3. Servisní smlouvy, která tvoří přílohu č. 4. Výzvy k podání nabídek. Náklad na tento zásah by měl být obsažen v ceně za servis a údržbu, viz Článek 4 bod 1. předmětné smlouvy.

V Třinci, dne 18.11.2020

Nemocnice Třinec, příspěvková organizace
Ing. Martin Sikora, ředitel