



Vysvětlení zadávací dokumentace

k veřejné zakázce malého rozsahu č. 21/2020 s názvem „dodání injekčního materiálu“ (č.spisu ZZS/Bi/2020/21/injekční materiál)

Zadavatel v souvislosti s dotazy podanými dodavatelem k této veřejné zakázce níže zveřejňuje odpověď na dané dotazy:

Dotaz č.1:

*Infuzní set PL-50 - Infuzní set pro gravitační i přetlakovou infuzi se zavzdušňovacím antibakteriálním ventilem a chlopní proti zpětnému toku krve
-NENÍ UVEDENÁ POŽADOVANÁ DÉLKA SETU, prosím o upřesnění
-PROSÍM O KONKRÉTNÍ SPECIFIKACI CHLOPNĚ PROTI ZPĚTNÉMU TOKU KRVE*

Odpověď zadavatele na dotaz č.1:

Délka setu je 150 cm, jedná se o odvzdušňovací ventil s antibakteriálním filtrem a klapkou.

Dotaz č.2:

*Hadička propojovací PL-20 - Spojovací hadička 1,8x450 mm LL, šroubovací závit pouze na jednom konci
-PROSÍM O INFORMACI ZDA POŽADOVANÁ DÉLKA JE JEDINÁ PŘÍPUSTNÁ, NEBO JE TO NEJKRATŠÍ MOŽNÁ?*

Odpověď zadavatele na dotaz č.2:

Jediná přípustná délka je 450 mm.