



Vysvětlení, změna či doplnění zadávací dokumentace č. 1

dle ustanovení § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném znění

Zadavatel: Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace
Sídlo: I.P. Pavlova 552/9, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov
IČO/DIČ: 00844641 / CZ00844641
Zastoupena: MUDr. Ladislavem Václavcem, MBA, ředitelem

Veřejná zakázka:

„Dodávka RTG diagnostického přístroje pro plicní ambulanci v Bruntále“

Číslo spisu: **SZZ/Otr/2021/01/RTG-plicní ambulance Bruntál**
Číslo zakázky: P21V00000005

Na základě požadavku účastníka ZŘ poskytuje zadavatel k výše uvedené Veřejné zakázce tyto informace k zadávací dokumentaci.

DOTAZ č. 1

Dotaz č. 1 k technickým parametrům U-ramena

Zadavatel v technických specifikacích U-ramena požaduje

- Vertikální dráha ramene min. 1265 mm
- Vzdálenost středu detektoru od podlahy min. v rozmezí 425-1650 mm
- Rychlost motorického nastavení SID min. 85 mm/s

Námi nabízený plně automatický přístroj umožňuje motorizovaný vertikální pohyb ramene v rozsahu 1 200 mm s minimální výškou středu detektoru od podlahy 450 mm a rychlostí motorického nastavení SID 45 mm/s. Uvedené rozdíly jsou zanedbatelné a nemají vliv na klinické využití přístroje. Bude zadavatel akceptovat nabídku přístroje s vertikální dráhou ramene 1 200 mm, vzdáleností středu detektoru od podlahy v rozmezí 450-1650 mm a rychlostí motorického nastavení SID 45 mm/s?

ODPOVEĎ č. 1

ANO, zadavatel akceptuje navrhované rozsahy pohybu.

DOTAZ č. 2

Dotaz č. 2 k rotaci kolimátoru

Zadavatel v technických specifikacích U-ramena požaduje

- Rotace kolimátoru min. +180°/-180°

a zároveň ve specifikacích rentgenky a kolimátoru požaduje

- Otáčení kolimátoru po svislé ose, při fixaci rentgenky ve stejné poloze min. v rozsahu +/- 90°

Námi nabízený přístroj obsahuje plně automatický kolimátor s přídatnou filtrací, který umožňuje rotaci $\pm 45^\circ$. S ohledem na rotaci rentgenky až $\pm 90^\circ$ nepředstavuje nižší rozsah rotace kolimátoru žádné

omezení pro klinický provoz přístroje. Bude zadavatel akceptovat nabídku přístroje s rotací kolimátoru $\pm 45^\circ$?

ODPOVEĎ č. 2

ANO, zadavatel akceptuje navrhované technické řešení.

DOTAZ č. 3

Dotaz č. 3 k radiologickému pohyblivému stolu

Zadavatel v technických specifikacích radiologického pohyblivého stolu požaduje

- šířka min. 650 mm

Námi nabízený přístroj obsahuje pohyblivý stůl s rozměry ložné plochy 2006 × 640 mm. Oproti požadované šířce 650 mm se jedná o zanedbatelný rozdíl, který nepředstavuje žádné omezení pro klinické využití přístroje. Bude zadavatel akceptovat nabídku přístroje s radiologickým pohyblivým stolem o šířce 640 mm?

ODPOVEĎ č. 3

ANO, zadavatel akceptuje stůl o šířce 640 mm.

DOTAZ č. 4

Dotaz č. 4 k vysokofrekvenčnímu generátoru

Zadavatel v technických specifikacích vysokofrekvenčního generátoru požaduje

- Rozsah mA min. 10-640 mA

Námi nabízený přístroj obsahuje generátor umožňujícím až 630 mA. S ohledem na předpokládané využití zejména pro snímkování plic se nejedná o parametr, který by omezoval klinické použití přístroje. Bude zadavatel akceptovat nabídku přístroje s generátorem umožňujícím rozsah mA 10-630 mA?

ODPOVEĎ č. 4

ANO, zadavatel akceptuje generátor s maximálním rozsahem 10-630 mA.

DOTAZ č. 5

Dotaz č. 5 ke stavebním pracím

V zadávací dokumentaci je jakožto předmět veřejné zakázky uvedeno.:

- Výměna podlahy v celé vyšetřovně a ovladovně za podlahu splňující příslušné normy dle účelu použití
- Součástí dodávky je i závěrečná výmalba a výměna podlahy včetně ovladovny a vyšetřovny

Při prohlídce místa plnění bylo zjištěno, že nevyhovující podlaha je nejen ve vyšetřovně a ovladovně, ale též v technické místnosti s datovým rozvaděčem.

Požaduje zadavatel v rámci plnění veřejné zakázky novou podlahu a výmalbu i v této místnosti?

ODPOVEĎ č. 5

ANO, zadavatel požaduje výměnu podlahy a výmalbu i v místnosti s datovým rozvaděčem

DOTAZ č. 6

Dotaz č. 6 k dodací lhůtě

V návrhu kupní smlouvy je uvedeno:

- Prodávající se zavazuje odevzdat kupujícímu instalované zboží, včetně příslušenství nejpozději do 26. 3. 2021.
- Neodevzdá-li prodávající kupujícímu zboží ve lhůtě uvedené v čl. V odst. 2 této smlouvy, je povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,2 % z kupní ceny bez DPH uvedené v čl. IV odst. 1 této smlouvy, a to za každý započatý den prodlení.

Jak je uvedeno v zadávací dokumentaci, termín zahájení plnění veřejné zakázky je podmíněn řádným ukončením zadávacího řízení a podepsáním smlouvy s vybraným dodavatelem.

Zváží zadavatel prodloužení smluvního termínu předání, resp. odpuštění sankcí za pozdní dodání, pokud nedojde k řádnému ukončení zadávacího řízení a podepsání smlouvy s vybraným dodavatelem do 26. 2. 2021?

ODPOVEĎ č. 6

ANO, Zadavatel prodlužuje termín předání zboží takto: Prodávající se zavazuje odevzdat kupujícímu instalované zboží, včetně příslušenství nejpozději do 6.4. 2021.

Vzhledem k výše uvedeným změnám technické specifikace a smluvních podmínek prodlužuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek

Současně zveřejňuje na profilu zadavatele upravenou Přílohu č. 4 Minimální technické požadavky a Přílohu č. 1 Návrh kupní smlouvy.

PŮVODNÍ TERMÍN: 8. 2. 2021 10:00 hod.

NOVÝ TERMÍN: 18. 2. 2021 10:00 hod.

V Krnově

MUDr. Ladislav Václavec, MBA
ředitel