



**Vysvětlení, změna či doplnění zadávací dokumentace č. 1
k Veřejné zakázce**

Zadavatel: Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace
Se sídlem: Olomoucká 470/86, Předměstí, 746 01 Opava
IČO: 47813750
Zastoupena: Ing. Karlem Siebertem, MBA, ředitelem

Veřejná zakázka:

**„Dodávka 3 ks mycího a desinfekčního automatu
pro GDO“**

Číslo spisu: **SNO/Otr/2021/06/3 ks mycího automatu – GDO**
Číslo zakázky: **P21V00000022**
(dále jen „VZ“)

Na základě požadavku účastníka ZŘ poskytuje zadavatel k výše uvedené Veřejné zakázce tyto informace k zadávací dokumentaci.

DOTAZ č. 1

V Zadávací dokumentaci, v odstavci 3. VYMEZENÍ PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY – ZÁKLADNÍ POŽADAVKY jsou popsány minimální požadavky. Jedním z požadavků je: příslušenství – univerzální držák na sanitární nádoby.

Máte na mysli držák na močové lahve, podložní mísy, lavor k použití v mycím a desinfekčním automatu nebo externí držák na skladování čistých nádob?

Pokud požadujete externí držák na skladování, tak k správnému nacenění potřebujeme znát tvar, velikost, materiál, má být samostatně stojící, způsob fixace apod. požadovaného univerzálního držáku.

ODPOVĚď č. 1

Ano, požadujeme externí držák na močové láhve a podložní mísy, eventuálně lavor. Tvar obdélníkový, velikost na tři močové láhve spolu s mísou, eventuálně lavoru. Uchycení na stěnu místnosti, provedení kovové s bílým nátěrem odolným vůči dezinfekčním prostředkům používaných v nemocničním zařízení nebo vyrobený z nerezavějící oceli, avšak odolný vůči dezinfekčním prostředkům používaných v nemocničním zařízení. Rozměry max.: šířka 55 cm, výška 60-80 cm, hloubka 30 cm.

V Opavě

Ing. Karel Siebert, MBA
ředitel