



**Vysvětlení, změna či doplnění zadávací dokumentace č. 1
k Veřejné zakázce**

Zadavatel: Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace
Se sídlem: Olomoucká 470/86, Předměstí, 746 01 Opava
IČO: 47813750
Zastoupena: Ing. Karlem Siebertem, MBA, ředitelem

Veřejná zakázka:

**„Upgrade laseru pro metodiku HoLEP
pro urologické oddělení“**

Číslo spisu: **SNO/Otr/2021/05/upgrade laseru – UROL**
Číslo zakázky: **P21V00000021**
(dále jen „VZ“)

Na základě požadavku účastníka ZŘ poskytuje zadavatel k výše uvedené Veřejné zakázce tyto informace k zadávací dokumentaci.

DOTAZ č. 1

Zadavatel v technických parametrech Rozšíření bipolárního resektoskopu požaduje:

- Extrakční kleště se zuby, rigidní, 3,5 x 400 mm, 1 ks

Akceptuje zadavatel, bez jakékoliv penalizace, dodávku 1 ks extrakčních rigidních kleští, o rozměru 3,25 x 400 mm?

Máme za to, že námi nabízený rozměr neomezí žádným způsobem medicínský účel použití, pro který jsou nabízené kleště v daném průměru dostatečně pevné.

ODPOVĚď č. 1

ANO, zadavatel akceptuje dodávku extrakčních rigidních kleští s výše uvedeným rozměrem.

V Opavě

Ing. Karel Siebert, MBA
ředitel