



**Vysvětlení, změna či doplnění zadávací dokumentace č. 2
k Veřejné zakázce**

Zadavatel: Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace
Se sídlem: Olomoucká 470/86, Předměstí, 746 01 Opava
IČO: 47813750
Zastoupena: Ing. Karlem Siebertem, MBA, ředitelem

Veřejná zakázka:

**„Dodávka 3 ks mycího a desinfekčního automatu
pro GDO“**

Číslo spisu: **SNO/Otr/2021/06/3 ks mycího automatu – GDO**
Číslo zakázky: **P21V00000022**
(dále jen „VZ“)

Na základě požadavku účastníka ZŘ poskytuje zadavatel k výše uvedené Veřejné zakázce tyto informace k zadávací dokumentaci.

DOTAZ č. 1

Zadavatel v zadávací dokumentaci v oddíle

3. VYMEZENÍ PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY – ZÁKLADNÍ POŽADAVKY

Minimální technické požadavky požaduje:

- rotační rameno

Je tímto myšleno tlakové mytí v komoře pomocí rotačního ramene?

Pro dokonalé umytí všech částí a prostor nabízíme tlakové mytí v komoře pomocí osmi rotačních trysek.

Souhlasí zadavatel s rotačními tryskami?

ODPOVĚď č. 1

ANO, je to takto myšleno, zadavatel souhlasí s nabízeným technickým řešením.

V Opavě, dne


Slezská nemocnice
v Opavě
příspěvková organizace
Olomoucká 470/86
Předměstí, 746 01 Opava
IČO 47 81 37 50

Ing. Karel Siebert, MBA
ředitel