

**Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídek
VZ „UZV přístroj pro urologickou diagnostiku“**

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

I. Zadavatel

Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace
Dělnická 1132/24, 736 01 Havířov
IČ: 00844896, DIČ CZ00844896
zastoupený Ing. Norbertem Schellongem, MPH, ředitelem
profil zadavatele na: https://msk.ezak.cz/profile_display_4.html

II. Kontaktní osoba zadavatele

Kontaktní osobou zadavatele v rámci tohoto zadávacího řízení je JUDr. Rita Kubicová, advokátka, se sídlem Veleslavínova 1022/4, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, IČ 71332529, která je zadavatelem zmocněna ke všem úkonům souvisejícím s tímto zadávacím řízením a zároveň jsou jí učiněné úkony rozhodnými pro počátek či ukončení běhu lhůt dle ZZVZ.

Kontaktní údaje:

e-mail: vzakazky@advokatkakubicova.eu

telefon: +420 608 831 124

III. Rozsah zakázky a technické podmínky

Jedná se o podlimitní veřejnou zakázku, jejímž předmětem je:

- dodávka nového a nerepasovaného (rok výroby 2020,2021) ultrazvukového přístroje určeného pro diagnostiku se specializovaným vybavením (zejména pro intervenční diagnostiku prostaty včetně fúzní technologie pro využití záznamu magnetické rezonance, ale i pro vyšetření ledviny, orgánů skróta, penisu a vyšetření náhlých urologických příhod (1ks),
- zajištění dopravy do místa plnění, instalace a uvedení do provozu na náklady dodavatele
- zaškolení personálu na náklady dodavatele
- provedení zabezpečení přijímacích zkoušek funkčnosti dodávaného přístroje,
- provedení instruktáže min. 10 osob zadavatele v potřebném rozsahu, a to v českém jazyce v sídle zadavatele, v souladu se zákonem č. 268/2014 Sb.,
- dodání podkladů potřebných pro provoz zařízení, zejména uživatelského manuálu (návod k obsluze) v českém jazyce, a to v tištěné, případně elektronické podobě, a technických manuálů v češtině nebo v angličtině,
- dodání dokladů osvědčujících způsobilost dodávek k účelu užívání v České republice,
- dodání prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 268/2014 Sb., (neobsahuje-li prohlášení o shodě zařazení do klasifikační třídy, doloží účastník současně i prohlášení o zařazení do příslušné klasifikační třídy, popř. doloží kopii rovnocenných dokladů vydaných v členském státě EU včetně překladu do českého jazyka),
- periodické bezpečnostně technické kontroly budou **prováděny v záruční době bezplatně a bez vyzvání včetně náhradních dílů, spotřebního materiálu, nutného k provedení kontroly,**
- Servis nabízených přístrojů musí být prováděn v souladu s ustanoveními § 64 a 65 zákona č. 268/2014 Sb., v platném znění, doložte čestným prohlášením (Příloha 6),

- Dodavatel bude bezplatně provádět instruktáž (dle zákona č. 268/2014 Sb., v platném znění) nového personálu kupujícího, který bude zboží obsluhovat (maximálně 10x v průběhu jednoho kalendářního roku). Prodávající provede instruktáž do 10 pracovních dnů od doručení písemné (email) výzvy k jejímu provedení kupujícímu, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

V případě potřeby dodávek či služeb neuvedených v zadávací dokumentaci, avšak dle názoru dodavatele nutných k řádnému splnění předmětu této veřejné zakázky, doporučuje zadavatel účastníkům kontaktovat zadavatele, a to formou písemné žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace, která bude řešena v souladu s ust. § 98 a násl. Zákona.

Předpokládá-li účastník zadávacího řízení, že bude při realizaci plnění ze smlouvy nutná spolupráce s oddělením informačních technologií zadavatele, požaduje zadavatel, aby byl v nabídce účastníka specifikován budoucí rozsah této spolupráce tak, aby bylo možné v dostatečném předstihu alokovat zdroje na straně zadavatele.

Pokud se v zadávacích podmínkách vyskytnou požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, je účastník oprávněn navrhnout i jiné, technicky a kvalitativně obdobné řešení, které musí splňovat technické a funkční požadavky zadavatele uvedené v této zadávací dokumentaci. Zadavatel si v případě potřeby vyhrazuje právo požádat účastníka o dodání prohlášení výrobce, že nabízené zařízení splňuje definované vlastnosti.

Rozdělení veřejné zakázky na části:

Veřejná zakázka není rozdělena na části.

Technické podmínky

Předmět plnění musí splňovat požadavky dle technické specifikace:

Obecné požadavky na přístroj:

- Instalace přístroje, napojení na informační systémy a nastavení na úroveň nezbytnou pro zahájení používání proběhne bez nutnosti přerušování provozu příslušného oddělení.
- Servisní podpora: nástup technika do 24 hodin od nahlášení poruchy, dostupnost servisu 24 hod. po 7 dní v týdnu, bezplatná hotlinka 24 hodin / 7 dní v týdnu v českém jazyce.
- Dodávaný přístroj musí mít označení CE.

Technické požadavky na přístroj:

Ultrazvukový přístroj určený pro diagnostiku se specializovaným vybavením zejména pro intervenční diagnostiku prostaty včetně fúzní technologie pro využití záznamu magnetické rezonance, ale i pro vyšetření ledviny, orgánů skróta, penisu a vyšetření náhlých urologických příhod.

Ultrazvuk

1. Monitor minimálně 19“ na výklpném rameni
2. Omyvatelná a dezinfikovatelná klávesnice
3. Snadný převoz jednotky

4. Minimálně 3 vstupy pro intervenční ultrasonografii
5. Snímací módy – základní (B, M, THI, evertovaný puls, CFM, P, D), kombinace módů, simultánní módy (rozdělený obraz)
6. Volitelné programy s nastavením dle orgánů a možností úpravy a tvorby nových variant nastavení (nastavení obrazu, optimální nabídka metod měření)
7. Zpracování obrazu běžné pro vyšší třídu
8. Funkce přepnutí do pohotovostního režimu (minimální zásah obsluhy)

Ultrazvukové snímače (sondy) pro specifické využití v urologii

1. Abdominální konvexní
 - a. S frekvenčním rozsahem 6-2 MHz
 - b. Multifrekvenční snímač pro vyšetření s vysokým rozlišením punkce dospělých i dětí s menším vstupním kontaktem
 - c. Možnost nastavení min. 4 nativních frekvencí v B módu
 - d. Programovatelné integrované tlačítko pro rychlé ukládání a tisk snímků
 - e. Snímač s utěsnitelným konektorem pro úplné ponoření i s konektorem, sterilizace snímače v plazmě
 - f. Připojení resterilizovatelného nástavce na punkce
2. Transrektální snímač
 - a. S frekvenčním rozsahem 14 – 4 MHz
 - b. Specializovaný pro vyšetření prostaty
 - c. Minimálně 3 zobrazovací roviny
 - Rovina příčná a podélně šikmá (roviny se protínají a rovina průniku je vyznačena na monitoru sonografu, zobrazení každé roviny zvlášť i obě roviny zároveň v reálném čase) - punkční nástavec vkládaný do těla snímače pro biopsii periferní zóny pod úhlem cca 16-20° od dlouhé osy snímače
 - Rovina přímá - punkční nástavec pro průběh jehly paralelně s povrchem sondy
 - d. Resterilizovatelný punkční nástavec pro transrektální biopsii
 - e. Jednorázový punkční nástavec pro transrektální biopsii
 - f. Resterilizovatelný nástavec pro transperineální biopsii
 - g. Přepínání roviny řezu během biopsie na sondě i na klávesnici sonografu
 - h. Sonda musí být podporována fúzní biopsií ve všech třech rovinách
3. Snímač typu linear array
 - a. S frekvenčním rozsahem 18 - 5 MHz
 - b. Možnost nastavení minimálně 5 nativních frekvencí v B módu
 - c. Programovatelné integrované tlačítko pro rychlé ukládání a tisk snímků
 - d. Snímač s utěsnitelným konektorem pro úplné ponoření i s konektorem, sterilizace snímače v plazmě

Fúzní systém

1. Základní pracovní stanice na přístrojovém vozíku - řídicí počítač se software (širokoúhlý monitor s klávesnicí a myši) a moduly připojení k ultrasonografu a navigačního systému
2. Hardware pro navigaci
 - a. Sledování roviny řezu sondy
 - b. Řídicí jednotka
 - c. Vysílač pro vytvoření magnetického pole

- d. Senzor pro deformaci magnetického pole k nasazení na transrektální sondu, vysílač na pohyblivém rameni s možností nastavení správné polohy nad pacientem
3. Software pro fúzi k integraci do ultrasonografu
 - a. Načtení MR obrazů z vnějšího zdroje (CD, PACS, Cloud, USB periferie), jejich zpracování a uložení do paměti
 - b. Možnost manuálního označení obrysů prostaty a ložisek
 - c. Spojení obrysů z MR obrazů z paměti s ultrasonografickým obrazem v reálném čase
 - d. Optimalizace úhlu roviny MR obrazových dat pro snadnější spárování obou modalit
 - e. Pro spárování MR obrazových dat je třeba využít minimálně dvě sonografické roviny s dokumentovanou geometrií vztahu těchto rovin v reálném čase
 - f. Automatická korekce drobných pohybů prostaty při dýchání
 - g. Podpora všech rovin transrektálního snímače při punkci se zobrazením ložisek MR v každé rovině, punkční vektor zobrazen ve všech rovinách zobrazení sondy
4. Software pro přípravu dat na radiologickém pracovišti
 - a. Konturace obrysů prostaty a ložisek a odesílání do sonografu pro fúzní biopsii (PACS systémem nebo nemocničním intranetem nebo přenos na lokálním paměťovém mediu)
 - b. Možnost doplnění o technologii transperineální biopsie pomocí navigace sondou v krokovacím zařízení (stepperu)

Součásti dodávky

1. UZV
2. sonda abdominální + punkční nástavec sterilizovatelný
3. sonda transrektální + punkční nástavec transrektální sterilizovatelný a jednorázový + punkční nástavec transperitoneální sterilizovatelný
4. sonda lineární
5. fúzní systém vč. pracovní stanice, vozíku, SW

Další požadavky zadavatele na předmět plnění:

Zadavatel požaduje poskytnutí záruky za jakost minimálně 24 měsíců, a to jak na dodané zboží, tak v něm případně obsažený software, včetně servisní podpory na hardware a software.

Dodavatel uvede podrobnou technickou specifikaci nabízeného zboží, jeho součástí, příslušenství a požadovaného vybavení v příloze č. 1 obchodních podmínek (kupní smlouvy), která bude podepsaná příslušnou oprávněnou osobou.

Zadavatel požaduje, aby účastník (dodavatel) po dobu záruky bezplatně poskytoval záruční servis v místě plnění a v tomto rozsahu:

- provádění pravidelných bezpečnostně-technických kontrol dle § 65 zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích, v platném znění (dále jen „zákon č. 268/2014 Sb.“) a dle požadavků výrobce, dodavatel rovněž zodpovídá za dodržování předepsaných lhůt,
- provádění servisu a oprav dle §§ 64 a 66 zákona č. 268/2014 Sb. a dle platných technických norem,
- provádění revize elektrických zařízení dle platných ČSN EN 60601-1 a ČSN EN 62353 a dle požadavků výrobce,
- v případě, že se jedná o zdravotnický prostředek se zdrojem ionizujícího záření, požadujeme po dobu záruky zajištění zkoušek dlouhodobé stability dle zákona č.18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření („atomový zákon“),

- v případě, že se jedná o zdravotnický prostředek s měřicí funkcí, požadujeme provádění pravidelných předepsaných ověření, popř. kalibrací dle požadavků zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii, v platném znění a dle požadavků výrobce,
- provádění aktualizace a upgrade softwarového vybavení přístrojů,
- náhradní díly s spotřební materiál nutný k provádění výše uvedených kontrol a prohlídek poskytne prodávající bezplatně.

V rámci záručního servisu bude účastník (dodavatel) pravidelně provádět bezplatně prohlídky přístrojů a jejich údržbu (dále též „odborná údržba“) dle doporučení výrobce, tak aby byla po celou dobu záruky zajištěna plná funkčnost přístroje. Odborná údržba dle tohoto odstavce zahrnuje servisní úkony, zejména technickou podporu, práci a cestu technika, servisní prohlídky apod.

V rámci své nabídky dodavatel předloží popis a fotografie (např. ve formě brožury) jím nabízeného zboží.

Předmětem veřejné zakázky je rovněž předvedení funkčnosti nabízeného zboží a seznámení zaměstnanců kupujícího s obsluhou zboží tak, aby jej byli schopni řádně užívat, dodání veškerých návodů k použití a údržbě dodávaného zboží v českém jazyce, technické dokumentace v českém jazyce a uživatelské dokumentace v českém jazyce, a to vždy během záruční doby na vyžádání zadavatele, včetně přeložení pověření konkrétního školitele výrobcem v souladu s platnými právními předpisy.

Dodavatel provede přijímací zkoušku funkčnosti nabízeného zboží.

Vyzkoušení funkcí přístroje:

Účastník je povinen na vyžádání zajistit zapůjčení přístroje vybranému odborníkovi na určené pracoviště, kde bude přístroj předveden za současného umožnění vyzkoušení funkcí zařízení. Přístroj bude zapůjčen nejpozději do 1 týdne ode dne obdržení žádosti ze strany zadavatele.

IV. Termín a místo plnění

4.1. Termín plnění

Požadovaný termín dodání zboží je do 6 týdnů od uzavření smlouvy.

4.2. Místo plnění

Prodávající je povinen dodat kupujícímu zboží do místa plnění určeného kupujícím.

V. Kvalifikace

POŽADAVKY NA KVALIFIKACI DODAVATELE

Zadavatel požaduje předložit pro plnění veřejné zakázky:

Kvalifikace

Doklady o prokázání kvalifikačních předpokladů musí být součástí nabídky. Kvalifikovaný pro plnění veřejné zakázky je dodavatel, který prokáže:

- a) základní způsobilost podle § 74
- b) profesní způsobilost podle § 77
- c) technickou kvalifikaci podle § 79 odst. 2 písm. b)

Zadavatel bude akceptovat prokázání splnění kvalifikace čestným prohlášením (§ 86 odst. 2 zákona).

Zadavatel bude akceptovat doklady k prokázání kvalifikace, které budou doloženy v prosté kopii.

Vybraný dodavatel předloží podle § 122 odst. 3 písm. a) zákona originály nebo úředně ověřené kopie výše stanovených dokladů k prokázání splnění způsobilosti o jeho kvalifikaci.

Základní způsobilosti podle § 74 zákona:

Podle § 74 odst. 1 zákona způsobilým není dodavatel, který:

a) byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k tomuto zákonu nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zaházeným odsouzením se nepřihlíží (§ 74 odst. 1 písm. a) zákona); jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí výše uvedené podmínky splňovat jak tato právnická osoba, tak každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a také osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.

Podá-li nabídku či žádost o účast pobočka závodu zahraniční právnické osoby, musí výše uvedené podmínky splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu.

Podá-li nabídku či žádost o účast pobočka závodu české právnické osoby, musí výše uvedené podmínky splňovat vedle výše uvedených osob rovněž vedoucí pobočky.

b) má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek (§ 74 odst. 1 písm. b) zákona),

c) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění (§ 74 odst. 1 písm. c) zákona),

d) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (§ 74 odst. 1 písm. d) zákona),

e) je v likvidaci, proti níž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu, nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele (§ 74 odst. 1 písm. e) zákona).

Účastník je oprávněn pro prokázání splnění kvalifikace předložit výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů dle § 228 zákona, pokud je v něm zapsán. Účastník je rovněž oprávněn prokázat kvalifikaci platným certifikátem dle § 234 zákona.

Doklady prokazující způsobilost podle § 74 zákona musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení.

Prokázání splnění základní způsobilosti

Dodavatel podle § 75 odst. 1 zákona prokazuje splnění podmínek základní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením:

a) výpisu z evidence Rejstříku trestů ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. a) zákona,

b) potvrzení příslušného finančního úřadu ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b) zákona,

c) písemného čestného prohlášení ve vztahu ke spotřební dani ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b) zákona,

d) písemného čestného prohlášení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. c) zákona,

e) potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. d) zákona,

f) výpisu z obchodního rejstříku, nebo předložením písemného čestného prohlášení v případě, že není v obchodním rejstříku zapsán, ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. e) zákona.

Za bezdlužnosti účastníka dle výše uvedených bodů je podle zákona považován i stav, kdy má účastník se správcem nebo příslušnou OSSZ na jakoukoli dlužnou částku dohodnut splátkový kalendář.

Profesní způsobilost dle § 77 zákona

Účastník prokáže profesní způsobilost dle § 77 zákona předložením prosté kopie:

- a) výpisu z obchodního rejstříku (postačí předložit výpis z obchodního rejstříku jedenkrát a bude považován za prokázání základní i profesní způsobilosti),
- b) dokladu prokazujícího odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost prokazuje – konkrétně dokladu prokazujícího způsobilost dodavatele, jakožto osoby zacházející se zdravotnickými prostředky, k jejich prodeji, distribuci a servisu zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích, ve znění pozdějších předpisů.

Účastník je oprávněn pro prokázání splnění kvalifikace předložit výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů dle § 228 zákona, pokud je v něm zapsán. Účastník je rovněž oprávněn prokázat kvalifikaci platným certifikátem dle § 234 zákona.

Doklady prokazující způsobilost podle § 77 odst. 1 zákona musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení.

Technická kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. b) zákona

Účastník prokáže technickou kvalifikaci dle § 79 odst. 2 písm. b) zákona předložením seznamu významných dodávek zdravotnické techniky obdobného charakteru ve srovnání s poptávaným přístrojem provedených dodavatelem za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení. Zadavatel požaduje minimálně 3 referenční zakázky v celkové hodnotě min. 6.000.000,- Kč bez DPH, tj. u každé referenční zakázky min. 2.000.000,- Kč bez DPH.

Požadavky na jednotlivé části veřejné zakázky:

Předložený seznam musí obsahovat následující údaje:

- označení subjektu, pro který byla zakázka realizována,
- stručný popis realizované dodávky s uvedením jejich rozsahu (finančně vyjádřeno v Kč),
- období, ve kterém byla zakázka realizována,
- jméno a kontakt na osobu, která může uvedené údaje potvrdit.

Účastník vyplní Přílohu č. 2 Výzvy k podání nabídek.

Zadavatel stanovuje dle ust. § 95 ZZVZ technickou podmínku:

- **Účastník předloží doklady vydané v souladu s nařízením vlády č. 54/2015 Sb., o technických požadavcích na zdravotnické prostředky, prokazující shodu požadovaného výrobku.** Dodavatelé mohou předložit příslušné doklady v prostých kopiích, a to i v rámci součinnosti vybraného dodavatele před uzavřením smlouvy.

Zadavatel dále stanovuje dle ust. § 89 ZZVZ technickou podmínku:

- **Účastník předloží** popis a fotografie zboží určeného k dodání, návodu k použití či jiného obdobného dokladu, ze kterého bude vyplývat splnění minimálních technických parametrů přístrojů požadovaných zadavatelem.

Změny kvalifikace účastníka zadávacího řízení (§ 88 zákona)

Pokud po předložení dokladů nebo prohlášení o kvalifikaci dojde v průběhu zadávacího řízení ke změně kvalifikace účastníka zadávacího řízení, je účastník zadávacího řízení povinen tuto změnu zadavateli do 5 pracovních dnů oznámit a do 10 pracovních dnů od oznámení této změny předložit nové doklady nebo prohlášení ke kvalifikaci; zadavatel může tyto lhůty prodloužit nebo prominout jejich zmeškání. Povinnost podle věty první účastníku zadávacího řízení nevzniká, pokud je kvalifikace změněna takovým způsobem, že

a) podmínky kvalifikace jsou nadále splněny,

b) nedošlo k ovlivnění kritérií pro snížení počtu účastníků zadávacího řízení nebo nabídek a

c) nedošlo k ovlivnění kritérií hodnocení nabídek.

Dozví-li se zadavatel, že dodavatel nesplnil povinnost uvedenou v odstavci 1, zadavatel jej bezodkladně vyloučí ze zadávacího řízení.

Kontrolu prokázání kvalifikace a hodnocení nabídek provede hodnotící komise ustanovená zadavatelem.

VI. Obsah a forma nabídky

6.1. Nabídka

Nabídkou se rozumí údaje nebo doklady, které dodavatel podá písemně zadavateli na základě zadávacích podmínek. Nabídka a veškeré ostatní doklady a údaje budou uvedeny v českém jazyce, (technické listy, katalogové listy, prospekty apod. mohou být předloženy v anglickém jazyce). Náklady dodavatelů spojené s účastí v tomto zadávacím řízení zadavatel nehradí. Podané nabídky nebudou vráceny.

Pokud nebude nabídka zadavateli doručena ve stanovené lhůtě nebo způsobem a na místo stanovené v zadávacích podmínkách, nepovažuje se za podanou a v průběhu zadávacího řízení se k ní nebude přihlížet. Za řádné a včasné podání nabídky je odpovědný dodavatel. Dodavatel může podat v zadávacím řízení pouze jednu nabídku. Dodavatel, který podal nabídku v tomto zadávacím řízení, nesmí být současně osobou, jejímž prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci.

6.2. Forma nabídky

Nabídky se podávají písemně v elektronické formě. Podrobnosti a odkaz na elektronický nástroj jsou stanovené ve Výzvě k podání nabídek.

6.3. Krycí list nabídky

Krycí list nabídky, obsahující identifikační údaje dodavatele, s uvedením nabídkové ceny, bude vyplněn podle vzoru formuláře (příloha č. 3 Výzvy). Krycí list bude opatřen podpisem oprávněné osoby dodavatele nebo zástupcem zmocněným k tomuto úkonu podle právních předpisů, tento podpis stvrzuje celý obsah nabídky.

6.4. Návrh kupní smlouvy (obchodní podmínky)

Návrh smlouvy musí být podepsán osobou oprávněnou jednat za účastníka. Tento návrh musí být v souladu se vzorem předloženým zadavatelem v zadávací dokumentaci (příloha č. 4 Výzvy). **Nedílnou součástí návrhu smlouvy musí být dodavatelem vypracovaná příloha:**

Příloha č. 1 - Specifikace předmětu smlouvy, součástí a příslušenství

Dodavatel je povinen obchodní podmínky akceptovat. **Zadavatel změnu obchodních podmínek, vyjma částí určených k doplnění dodavatelem (v textu zřetelně označeno), neumožňuje.** Jakákoli nepovolená změna bude automaticky znamenat vyřazení nabídky dodavatele a jeho vyloučení z další účasti v zadávacím řízení.

6.5. Doklady prokazující kvalifikaci dodavatele

Doklady prokazující splnění kvalifikace dodavatele dle čl. V. musí být součástí nabídky.

6.6. Obsah nabídky podané společně více dodavateli

V případě, že nabídku podává společně více dodavatelů, pak nabídka musí být členěna shodně s předchozími požadavky s tím, že za krycím listem nabídky bude předložena smlouva mezi účastníky společné nabídky, z níž musí vyplývat podmínka, aby odpovědnost nesli všichni dodavatelé podávající společnou nabídku společně a nerozdílně. Doklady prokazující kvalifikaci dodavatele pak budou řazeny vždy tak, aby byla prokázána základní způsobilost prvního až posledního dodavatele, poté profesní způsobilost ve stejném řazení atd.

VII. Nabídková cena

Účastník je povinen vyplnit nabídkovou cenu bez DPH i včetně DPH za dodávku do krycího listu nabídky, který je přílohou č. 3 Výzvy. Uvedené ceny včetně DPH jsou závazné a obsahující veškeré náklady účastníka nutné pro plnění předmětu veřejné zakázky ke dni zahájení plnění této zakázky po celou dobu plnění veřejné zakázky, a to i při změně výše DPH. Celková nabídková cena je cenou nejvýše přípustnou a nelze ji překročit. Nabídková cena musí zahrnovat veškeré náklady dodavatele na splnění celého předmětu plnění specifikovaného zadávací dokumentací, zejména veškeré náklady spojené s jeho dodáním, uvedením do provozu a jeho řádnou funkčností, včetně veškerých rizik a vlivů (včetně inflačních), provedení požadovaných zkoušek, daně, cla a jakékoliv další výdaje spojené s realizací předmětu plnění, o kterých dodavatel věděl nebo vědět měl či mohl včetně nákladů na přepravu plnění veřejné zakázky do místa plnění – Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace, Dělnická 1132/24, 736 01 Havířov.

Odpovědnost za správnost stanovení sazby DPH nese dodavatel. DPH bude v nabídce uvedeno ve výši platné ke dni podání nabídky.

V případě, že nabídka nebude obsahovat všechny náležitosti požadované touto zadávací dokumentací (včetně příloh Obchodních podmínek), jedná se o nesplnění požadavku zadavatele uvedeného v zadávacích podmínkách.

Variantské řešení se nepřipouští.

VIII. Platební podmínky

Zadavatel nebude poskytovat dodavateli zálohy.

Daňový doklad je splatný do 30 dnů od jeho prokazatelného doručení zadavateli.

Veškeré účetní doklady musejí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že účetní doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, je zadavatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět vybranému dodavateli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. Důvody vrácení sdělí zadavatel dodavateli písemně zároveň s vráceným daňovým dokladem. V závislosti na povaze závady je poskytovatel povinen daňový doklad včetně jeho příloh opravit nebo vyhotovit nový. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů.

IX. Mimořádně nízká nabídková cena

Při posouzení nabídek provede hodnotící komise posouzení výše nabídkové ceny ve vztahu k předmětu veřejné zakázky (ve vztahu k předpokládané hodnotě veřejné zakázky). Hodnotící komise posoudí výši nabídkových cen k předpokládané hodnotě, přičemž zohlední i vzájemný poměr nabídkových cen (případný vliv konkurenčního prostředí na výši nabídkových cen).

Zadavatel si vyžádá zdůvodnění výše nabídkové ceny, pokud dodavatel předloží nabídkovou cenu s odchylkou 20 a více % od předpokládané hodnoty veřejné zakázky.

Nemocnice s poliklinikou Havířov,
příspěvková organizace
Ing. Norbert Schellong, MPH, ředitel

i.s. JUDr. Rita Kubicová, advokátka