

Veřejná zakázka
„Modernizace přístrojového vybavení pracovišť Nemocnice s poliklinikou Havířov, p.o.“

Vysvětlení a změna zadávací dokumentace č. 1

Dle § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“)

Název veřejné zakázky:	„Modernizace přístrojového vybavení pracovišť Nemocnice s poliklinikou Havířov, p.o.“
Název zadavatele: Sídlo zadavatele: IČO zadavatele: URL adresa: Oprávněná osoba zadavatele:	Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace Dělnická 1132/24, 736 01 Havířov IČ 00844896 www.nsphav.cz Ing. Norbert Schellong, MPH, ředitel
Kontaktní osoba zadavatele: Telefon: E-mail: Profil zadavatele:	JUDr. Rita Kubicová, advokátka +420 608 831 124 vzakazky@advokatkakubicova.eu https://msk.ezak.cz/profile_display_4.html

Vážení dodavatelé,

zadavatel tímto v souladu s ust. § 98 a 99 ZZVZ poskytuje následující vysvětlení zadávací dokumentace. Zároveň v návaznosti toto vysvětlení rovněž dle § 99 ZZVZ mění zadávací dokumentaci níže uvedeným způsobem:

Část 3 VZ - Infuzní technika pro akutní lůžka ARIM

Zadavatel v zadávací dokumentaci v rámci požadovaných technických parametrů u lineárních dávkovačů uvedl:

„Vizuální informace o probíhající infuzi, před-alarmu, alarmu

a/Alarmy vizuální i zvukové – zobrazení popisu na displeji

b/Alarmy - **vzduch v setu**, **otevřená dvířka**, vybitá baterie, slabá baterie, vnitřní porucha, odpojení od sítě, okluze **před** i za přístrojem, technická porucha“

Zadavatel uvádí, že při zpracování technické specifikace došlo k administrativní chybě. Požadavky na alarmy **vzduch v setu, otevřená dvířka, okluze před přístrojem** nejsou z technického hlediska provedení lineárního dávkovače možné.

Z tohoto důvodu zadavatel mění příslušnou část požadovaných technických parametrů u lineárních dávkovačů následovně:

Vizuální informace o probíhající infuzi, před-alarmu, alarmu

a/Alarmy vizuální i zvukové – zobrazení popisu na displeji

b/Alarmy - vybitá baterie, slabá baterie, vnitřní porucha, odpojení od sítě, okluze za přístrojem, technická porucha

Jelikož se jedná pouze o opravu administrativní chyby, povaha uvedené změny zadávací dokumentace nevyžaduje prodloužení lhůty pro podání nabídek.

V Havířově, dne 22.4.2021

Nemocnice s poliklinikou Havířov,
příspěvková organizace
Ing. Norbert Schellong, MPH, ředitel
i.s. JUDr. Rita Kubicová, advokátka