



Vysvětlení, změna či doplnění zadávací dokumentace č. 1

Zadavatel: Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace
Sídlo: I.P. Pavlova 552/9, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov
IČO/DIČ: 00844641 / CZ00844641
Zastoupena: MUDr. Ladislavem Václavcem, MBA, ředitelem

Veřejná zakázka:

„Dodávka kryostatu pro oddělení patologie“

Číslo spisu: **SZZ/Otr/2021/10/kryostat-patologie**

Číslo zakázky: **P21V00000080**

(dále také jen „VZ“)

Na základě požadavku účastníka ZŘ poskytuje zadavatel k výše uvedené Veřejné zakázce tyto informace k zadávací dokumentaci.

DOTAZ č. 1

Dovolujeme se dotázat, zadavatel v kupní smlouvě požaduje:

Závada musí být odstraněna nejpozději do 6 pracovních dnů od nahlášení závady, pokud k odstranění závady není nutný náhradní díl(y). Pokud bude k opravě nutný náhradní díl(y), bude zadavatel akceptovat odstranění závady nejpozději do 14 pracovních dnů od nahlášení závady?

ODPOVEĎ č. 1

NE, zadavatel bude akceptovat provedení opravy s použitím náhradního dílu maximálně do 10 pracovních dnů od nahlášení závady.

Zadavatel na základě odpovědi upřesňuje ustanovení č. VIII, bod 11 kupní smlouvy:

V případě nutnosti použít k opravě náhradní díl bude oprava provedena nejpozději do 10 pracovních dnů, dnů od nahlášení závady, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

Zadavatel současně doplňuje do kupí smlouvy ustanovení ze ZD:

Po dobu opravy delší než 6 pracovních dnů požaduje zadavatel zapůjčení náhradního zdrav. prostředku o stejných či vyšších technických parametrech.

V Krnově, dne 26. 5. 2021

MUDr. Ladislav Václavec, MBA
ředitel