



Vysvětlení, změna či doplnění zadávací dokumentace č. 2

Zadavatel: Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace
Sídlo: I.P. Pavlova 552/9, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov
IČO/DIČ: 00844641 / CZ00844641
Zastoupena: MUDr. Ladislavem Václavcem, MBA, ředitelem

Veřejná zakázka:

„Dodávka kryostatu pro oddělení patologie“

Číslo spisu: **SZZ/Otr/2021/10/kryostat-patologie**

Číslo zakázky: **P21V00000080**

(dále také jen „VZ“)

Na základě požadavku účastníka ZŘ poskytuje zadavatel k výše uvedené Veřejné zakázce tyto informace k zadávací dokumentaci.

DOTAZ č. 1

V minimálních technických požadavcích požadujete nastavení tloušťky krájení vzorku v rozsahu od 2 do 5 µm po 0,5 µm, od 5 do 20 µm po 1 µm, od 20 do 60 µm po 5 µm. Náš kryostat umožňuje krájení vzorku pro 1 – 10 µm v krocích po 1 µm, pro 10 – 20 µm v krocích po 2 µm, pro 20 – 50 µm v krocích po 5 µm a pro 50 – 100 µm v krocích po 10 µm. Toto nastavení tloušťky pro krájení je podobné Vaším požadavkům, rozdíl je především ve větším rozsahu posunu, což poskytuje díky nižšímu počtu jednotlivých posunů komfortnější a rychlejší přichystání ke krájení. Navíc náš kryostat umožňuje krájet řezy silné až 100 µm (trimování až 500 µm). Je proto možné upravit požadavky na nastavení tloušťky krájení vzorku?

ODPOVEĎ č. 1

ANO, zadavatel bude akceptovat Vámi uvedené nastavení tloušťky krájení vzorků.

DOTAZ č. 2

Dále požadujete min. 2 rychlosti pro hrubý posuv vzorku, a to 600 a 900 µm / s. Náš kryostat také disponuje 2 rychlostmi pro elektrický hrubý posun vzorku, ale v rychlosti 500 a 1000 µm / s, což je jen velice mírný rozdíl oproti Vaším požadavkům, bez dopadu na kvalitu výsledných řezů i ergonomii práce. Bude zadavatel akceptovat posun vzorku v rychlosti 500 a 1000 µm / s?

ODPOVEĎ č. 2

ANO, zadavatel toto bude akceptovat.

DOTAZ č. 3

Pro rozmrazování kryostatu požadujete systém rozmrazování horkým plynem se zvukovým upozorněním. Náš kryostat používá pro rozmrazování topení. Navíc je možné zvolit mezi rozmrazením celé kryokomory anebo pouze výparníku. Bude zadavatel akceptovat naše řešení?

ODPOVEĎ č. 3

ANO, zadavatel toto řešení bude akceptovat.

DOTAZ č. 4

K ovládání přístroje požadujete panel s membránovými tlačítky. Náš kryostat se ovládá přes zabudovaný dotykový displej. Bude zadavatel akceptovat tuto variantu ovládacího panelu?

ODPOVEĎ č. 4

ANO, zadavatel bude tuto variantu akceptovat.

DOTAZ č. 5

Společně s kryostatem požadujete dodání i držáků vzorků ve velikosti 25 a 30 mm. K našemu kryostatu je možné dodat několik variant držáků k upevnění tkáně pomocí média. Konkrétně: 20 mm, 30 mm, 40 mm, 50 mm, 55 mm, 60 x 55 mm a 75 x 70 mm. Je pro zadavatele akceptovatelná některá z výše uvedených velikostí?

ODPOVEĎ č. 5

ANO, zadavatel bude akceptovat držáky o velikosti v rozmezí 20-25 mm.

DOTAZ č. 6

V minimálních technických požadavcích uvádíte „Uchycení mikrotomového nože“. Náš kryostat použití mikrotomových nožů umožňuje, je k tomu však třeba jiný držák než ten na žiletky. Přejete si vypracovat nabídku včetně držáku nožů anebo stačí informace, že v případě potřeby je možné držák nožů dokoupit?

ODPOVEĎ č. 6

Zadavatel požaduje vypracovat nabídku včetně držáku nožů.

Vzhledem k výše uvedeným dotazům a s tím související změnou technické specifikace prodlužuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek:

PŮVODNÍ LHŮTA: 31. 5. 2021 do 10:00 hod

NOVÁ LHŮTA: 7. 6. 2021 do 10:00 hod.

V Krnově, dne 26. 5. 2021


MUDr. Ladislav Václavec, MBA
ředitel