



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí

Zadavatel:	Název: Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace Sídlo: Dělnická 1132/24, 736 01 Havířov IČ: 008 44 896 DIČ: CZ00844896 Zástupce žadatele: Ing. Norbert Schellong, MPH, ředitel
Druh zakázky:	Nadlimitní veřejná zakázka zadávaná dle ust. § 56 zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb., v platném znění
Předmět zakázky:	Předmětem plnění je dodávka dle technických podmínek zadávací dokumentace pro realizaci projektu Zařízení pro úpravu zdravotnických odpadů Nemocnice Havířov
Typ výběrového řízení:	Nadlimitní otevřené řízení dle ust. § 56 zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb., v platném znění

Písemná zpráva zadavatele

Cena sjednaná ve smlouvě:

1) ENCORE GTD s.r.o. – dekontaminační jednotka: 6 745 000,- Kč + DPH

Identifikační údaje vybraného dodavatele, popřípadě dodavatelů, je-li smlouva uzavírána s více osobami na straně účastníka:

1) ENCORE GTD s.r.o., Mladotická 731, 763 21 Slavičín, IČ: 292 97 192 (nabídka č. 1)

Odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky:

Dodavatel splnil podmínky zadávacího řízení a předložil přijatelnou nabídku.

Část veřejné zakázky plněná prostřednictvím poddodavatelů:

Nepředpokládá se plnění dodávek s využitím poddodavatelů.

Identifikační údaje všech účastníků a jejich nabídková cena:

	Účastník	Cena (Kč) bez DPH
1.	ENCORE GTD s.r.o., Mladotická 731, 763 21 Slavičín, IČ: 292 97 192 (nabídka č. 1)	6.745.000
2.	Damaris Technology s.r.o., Příkop 843/4, 602 00 Brno, IČ: 091 99 055 (nabídka č. 2)	6.300.000

Identifikační údaje účastníků zadávacího řízení, kteří byli vyloučeni z účasti v zadávacím řízení a odůvodnění jejich vyloučení:

Damaris Technology s.r.o., Příkop 843/4, 602 00 Brno, IČ: 091 99 055 (nabídka č. 2)

Zadavatel si vyžádal 23.4.2021 v 08:57 prostřednictvím elektronického nástroje (profilu zadavatele) od společnosti Damaris Technology s.r.o. o objasnění splnění technické specifikace dekontaminačního

zařízení. Lhůta pro objasnění nabídky byla stanovena do 4 dnů od zaslání žádosti, tj. do 27.4.2021 do 14:00. Zadavatel dne 23.4.2021 v 13:31 prostřednictvím elektronického nástroje (profilu zadavatele) obdržel zprávu od společnosti Damaris Technology s.r.o. s žádostí o prodloužení lhůty pro objasnění nabídky o 14 kalendářních dnů z důvodu komplikovaného získávání podkladů ze zahraničí s ohledem na současnou situaci s opatřením spojenými s pandemií COVID-19. Dne 23.4.2021 zadavatel informoval společnost Damaris Technology s.r.o. o neprodloužení lhůty. Dne 26.4.2021 byl zaslán opět dotaz od společnosti Damaris Technology s.r.o. na prodloužení lhůty s odkazem na zásadu přiměřenosti. Zadavatel lhůtu neprodloužil, protože ji považuje s ohledem na požadavky na obsah nabídky uvedené již v zadávací dokumentaci za přiměřenou.

Společnost DAMARIS Technology s.r.o. nedodala ve stanoveném termínu 27.4.2021 do 14:00 žádné, ani dílčí, objasnění nabídky vyžádané zadavatelem. Nabídka přitom obsahuje kromě potvrzení o splnění technické specifikace včetně vyplnění konkrétní hodnoty číselně vyjádřených parametrů do Přílohy č. 2 zadávací dokumentace pouze dokument „5.2 Technické parametry JRX-0.8“. Tento dokument obsahuje přehled části parametrů zařízení dle technické specifikace identických s parametry potvrzenými do vyplněné Přílohy č. 2 Zadávací dokumentace a bezrozměrné 3D schéma „typického uspořádání“ dekontaminační jednotky, které nelze považovat za fotografii či nákres dodávaného zařízení, protože zadavatel hodlá koupit konkrétní dekontaminační jednotku, a ne nějaké neurčité zařízení. Dokument „5.2 Technické parametry JRX-0.8“ nedokládá žádný další podrobný popis dodávky zařízení, kterým by se tvrzení o splnění parametrů, obsažená ve vyplněné Příloze č. 2 zadávací dokumentace dokumentovala. Dokument tak není relevantní pro splnění požadavku v zadávací dokumentaci, kapitola 10, odst. 5, kde je zřetelně požadováno, že „Technické parametry budou v nabídce dále podrobně uvedeny a dokumentovány formou například podrobného popisu dodávky zařízení, fotografie, nákresy, technickým prospektem a podobně tak, **aby bylo možno posoudit splnění technických parametrů příslušné dodávky zařízení.**“.

Nabídka konkrétně neobsahovala dokumentaci, formou například podrobného popisu dodávky zařízení, fotografií, nákresů, technického prospektu a podobně tak, **aby bylo možno posoudit splnění technických parametrů příslušné dodávky zařízení.**“, v tomto rozsahu:

- 1) Nabídka uvádí bez dalších podrobností kapacitu zařízení 800 l/h a až 80 kg/h (při běžné měrné hmotnosti 0,1 kg/l).
- 2) Nabídka uvádí bez dalších podrobností rozměry zařízení 2,2 x 1,3 x 2,3 m.
- 3) Nabídka uvádí bez dalších podrobností možnost instalace v místnosti s výškou stropu 3 m.
- 4) Nabídka bez dalších podrobností uvádí, že zpracování probíhá za atmosférického tlaku (beztlaké zařízení) v jednom provozním cyklu zahrnujícím rozmělnění odpadů a následnou dekontaminaci mikrovlnným ohřevem (konkrétně „provozní tlak = atmosférický tlak, zpracování odpadu probíhá v jednom provozním cyklu; odpad je nejprve rozmělněn v drtiči a následně dekontaminován pomocí mikrovlnného ohřevu“)
- 5) Nabídka uvádí bez podrobností, že redukce mikroorganismů činí minimálně 6log10 (úroveň účinnosti dekontaminace III podle klasifikace STAATT).
- 6) Nabídka uvádí bez podrobností, že výsledný odpad je suchý a stabilní, původní složky nelze identifikovat a že redukce objemu odpadu je 55 % - 70 %.
- 7) Nabídka uvádí bez podrobností, že výsledný produkt úpravy je možno zařadit dle katalogu odpadů jako odpad s kódem 19 12 12 kategorie "ostatní".
- 8) Nabídka uvádí bez podrobností, že veškerý proces je řízen automaticky. Software monitoruje celý provozní cyklus dekontaminace odpadu, provozní parametry dekontaminace jsou automaticky dokumentovány a ke každé dávce odpadů je vytištěn štítek s parametry dekontaminace.
- 9) Nabídka uvádí bez podrobností, že zařízení slouží na úpravu nemocničních odpadů (kódy odpadů dle Katalogu odpadů: 18 01 01 – veškerý odpad, 18 01 03 – veškerý odpad, 18 01 02 – minimálně v rozsahu krevní vaky, krevní konzervy, 18 01 04 – veškerý odpad). Všechny tyto druhy odpadů je možné zpracovávat pohromadě bez nutnosti segregace (pevný, měkký, sklo, plast, obvazy...).

Nabídka společnosti DAMARIS Technology s.r.o. tedy není kompletní, resp. není v souladu s požadavky zadávací dokumentace kapitola 10 odst. 5. a neumožňuje posouzení splnění některých technických parametrů příslušné dodávky zařízení. Dodavatelem nebylo předloženo ani dílčí objasnění nabídky na základě dotazů zadavatele. Na základě neúplnosti nabídky společnosti DAMARIS Technology s.r.o. a v důsledku toho nemožnosti posoudit splnění technických parametrů příslušné dodávky zařízení, uvedených v nabídce společnosti se zadavatel rozhodl nabídku vyloučit.

Důvod použití soutěžního dialogu, jednacího řízení s uveřejněním či jednacího řízení bez uveřejnění, byla-li taková možnost využita:

—

Důvod použití nadlimitního režimu, bylo-li použito:

Z důvodu předpokládané hodnoty veřejné zakázky.

Důvod zrušení zadávacího řízení nebo zavedení dynamického nákupního systému, pokud k tomu došlo:

—

Důvod použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto elektronických prostředků, byly-li jiné prostředky použity:

—

Soupis osob, u kterých byl zjištěn střet zájmů, a následně přijatých opatření, byl-li střet zájmů zjištěn:

—

Pokud zadavatel nadlimitní veřejnou zakázku nerozdělí na části, uvede zadavatel odůvodnění tohoto postupu, pokud je neuvedl v zadávací dokumentaci:

—

Odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu podle § 78 odst. 3 ZZVZ, pokud je neuvedl v zadávací dokumentaci:

—

V Havířově dne 14. 6. 2021

Podpis: _____
Ing. Norbert Schellong, MPH,
ředitel nemocnice Havířov