

Veřejná zakázka
„Modernizace pracovišť v Nemocnici s poliklinikou Karviná-Ráj – Ortopedické sály“

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2,3

Dle §! 98 a 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“)

Název veřejné zakázky:	„Modernizace pracovišť v Nemocnici s poliklinikou Karviná-Ráj – Ortopedické sály“
Název zadavatele:	Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace
Sídlo zadavatele:	Vydmuchov 399/5, Ráj, 734 01 Karviná
IČO zadavatele:	00844853
URL adresa:	www.nspka.cz
Oprávněná osoba zadavatele:	Ing. Ivo Žolnerčík, ředitel
Kontaktní osoba zadavatele:	JUDr. Rita Kubicová, advokátka
Telefon:	+420 608 831 124
E-mail:	vzakazky@advokatkakubicova.eu
Profil zadavatele:	http://nspka.profilzadavatele.cz

Vážení dodavatelé,

zadavatel tímto v souladu s ust. § 98 a § 99 ZZVZ poskytuje na základě níže uvedených dotazů dodavatelů následující vysvětlení zadávací dokumentace. V návaznosti na poskytnuté vysvětlení zadávací dokumentace rovněž mění zadávací dokumentaci v níže uvedeném rozsahu:

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Dotaz č. 1:

„V příloze č. 1 Zadávací dokumentace – Požadované technické parametry „Modernizace pracovišť v Nemocnici s poliklinikou Karviná-Ráj – Ortopedické sály“ pro část I – C rameno I kus je požadován parametr: vzdálenost ohnisko-zesilovač min. 97 cm

Bude zadavatel akceptovat nabídku přístroje špičkového výrobce splňující veškeré ostatní požadované parametry se vzdáleností ohnisko-zesilovač 95 cm? Tento rozdíl nemá žádný vliv na požadovaný medicínský účel přístroje.“

Odpověď zadavatele:

Ano, zadavatel bude akceptovat dodavatelem nabízený parametr: vzdálenost ohnisko- zesilovač 95 cm.

Dotaz č. 1:

„V příloze Požadované technické parametry uvádíte parametry:

- Minimálně jeden mód pro bipolární řezání tkáně s rozsahem min. 100 -320 W

- Možnost endoresekcce ve fyziologickém roztoku

Dotaz: Akceptuje zadavatel nabídku generátoru s 2 monopolárními a jedním bipolárním výstupem, který není vybaven funkcí endoresekcce ve fyziologickém roztoku a nemá mód pro bipolární řezání tkáně s rozsahem 100-320W?“

Odpověď zadavatele:

Ano, zadavatel bude akceptovat dodavatelem nabízený parametr: generátor s 2 monopolárními a jedním bipolárním výstupem, který není vybaven funkcí endoresekcce ve fyziologickém roztoku a nemá mód pro bipolární řezání tkáně s rozsahem 100-320W?“

S ohledem na skutečnost, že zadavatelem uvedené vysvětlení a na to navazující změna zadávací dokumentace je způsobilá rozšířit okruh účastníků zadávacího řízení, zadavatel stanovuje nově lhůtu pro podání nabídek: 25.8.2021 9.00 hod.

V Karviné, dne 23.7.2021

Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj
příspěvková organizace
Ing. Ivo Žolnerčík, ředitel
i.s. JUDr. Rita Kubicová, advokátka